

PATHFAST KOMPAKTNÍ IMUNOANALYZÁTOR

Návod k použití

PHC Corporation

PATHFAST

Všechna práva vyhrazena

© 2024 PHC Corporation

Tato příručka je chráněna autorskými právy a všechna práva jsou vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PHC Corporation nesmí být žádná část této příručky ani produkty v ní popsané reprodukovány jakýmkoli způsobem nebo v jakémkoli formátu.

Systém PATHFAST je určen pro diagnostické použití *In Vitro*.

PATHFAST: Registrovaná ochranná známka JP č. 5982733

PATHFAST: Registrovaná ochranná známka US č. 3074207

Informace v této příručce byly správné v době tisku.

Společnost PHC Corporation však produkty neustále zdokonaluje a vyhrazuje si právo měnit specifikace, vybavení a postupy údržby.

- I . Obsah
- II . Historie revizí
- III. Záznamy o školení uživatelů
- IV. Záznamy o údržbě

1 O této příručce

- 1.1 Účel této příručky1-1
- 1.2 ID uživatele a úroveň přístupu1-1
- 1.3 O funkci Blokování QC1-4
- 1.4 Informace o symbolech na štítcích výrobků1-4

2 O analyzátoru PATHFAST™

- 2.1 Zamýšlené použití2-1
- 2.2 Charakteristika2-2
- 2.3 Specifikace2-3
- 2.4 Značky shody2-4

3 Bezpečnostní pokyny pro instalaci a provoz analyzátoru PATHFAST

- 3.1 Instalace.....3-1
 - 3.1.1 Napájení.....3-1
 - 3.1.2 Parametry okolí.....3-1
 - 3.1.3 Skladovací a přepravní podmínky3-2
 - 3.1.4 Postup při rozbalení3-2
 - 3.1.5 Postup demontáže přepravních přípravků (pro osu Y, pro osu PMT).....3-3
- 3.2 Manipulace se vzorky.....3-5
- 3.3 Výstražné štítky3-5
- 3.4 Bezpečnostní pokyny3-6
- 3.5 Omezení odpovědnosti..... 3-10

4 Popis analyzátoru PATHFAST

- 4.1 Princip postupu4-1
- 4.2 Součásti systému PATHFAST4-3
 - 4.2.1 Čelní pohled na přístroj4-3
 - 4.2.2 Zadní pohled na přístroj4-4
 - 4.2.3 Pohled na levou stranu přístroje4-5
 - 4.2.4 Vnitřní prostor přístroje4-6
- 4.3 Příslušenství4-8
- 4.4 Jednorázový materiál.....4-11
- 4.5 Sada reagentů a související komponenty 4-13

5 Příprava na test a základní obsluha

- 5.1 Úvod5-1

5.2	Způsob popisu obsluhy	5-1
5.3	Před připojením napájení	5-3
5.4	Zapnutí a spuštění systému	5-3
5.5	Přihlášení.....	5-5
5.6	TEST/DOMŮ	5-6
5.7	ID uživatele a Přístupnost.....	5-12
5.8	Nastavení blokování QC	5-14
5.9	Postup při vypnutí	5-17
6	Test vzorku pacienta (Úroveň přístupu: 1 a vyšší)	
6.1	Kontrola platnosti kalibrace a kontroly kvality (QC)	6-1
6.2	Úprava informací o vzorku	6-2
6.3	Příprava přístroje a vzorků	6-4
6.3.1	Příprava nádoby na odpadní špičky (PATHFAST WASTE BOX).....	6-4
6.3.2	Příprava vzorků.....	6-5
6.3.3	Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST	6-5
6.3.4	Vsazení jednorázových špiček (PATHFAST TIP)	6-7
6.4	Spuštění testu a dokončení testu	6-8
6.4.1	Spuštění testu	6-8
6.4.2	Výstup výsledků	6-10
6.4.3	Likvidace použitých reagenčních kazet a špiček	6-11
7	Test QC (Úroveň přístupu: 2 a vyšší)	
7.1	Úvod	7-1
7.2	Účel testu QC	7-1
7.3	Přehled testu QC	7-1
7.4	Příprava na test QC	7-2
7.4.1	Kontrola platnosti kalibrace	7-2
7.4.2	Úprava informací o QC	7-3
7.5	Příprava přístroje a vzorků QC.....	7-5
7.5.1	Příprava nádoby na odpadní špičky (PATHFAST WASTE BOX).....	7-5
7.5.2	Příprava vzorků QC	7-5
7.5.3	Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST	7-6
7.5.4	Vsazení jednorázových špiček (PATHFAST TIP)	7-8
7.6	Spuštění testu QC a dokončení testu	7-9
7.6.1	Spuštění testu QC	7-9
7.6.2	Výstup výsledků QC.....	7-11
7.6.3	Likvidace použitých reagenčních kazet a špiček	7-13
8	Test CAL (Úroveň přístupu: 3 a vyšší)	
8.1	Úvod	8-1
8.2	Účel kalibrace.....	8-1
8.3	Přehled kalibrace.....	8-1

8.4	Kontrola stavu kalibrace	8-2
8.5	Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST	8-3
8.6	Příprava přístroje a kalibrátorů	8-5
8.6.1	Příprava nádoby na odpadní špičky (PATHFAST WASTE BOX)	8-5
8.6.2	Příprava kalibrátorů	8-5
8.6.3	Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST	8-5
8.6.4	Vsazení jednorázových špiček (PATHFAST TIP)	8-7
8.7	Spuštění testu CAL/QC a dokončení testu	8-9
8.7.1	Spuštění testu CAL/QC	8-9
8.7.2	Výstup výsledků CAL	8-11
8.7.3	Likvidace použitých reagenčních kazet a špiček	8-12
8.8	ZADÁNÍ KALIBRACE	8-13
9	KONTROLA (Úroveň přístupu: 1 a vyšší)	
9.1	Úvod	9-1
9.2	KONTROLA VÝSLEDKŮ	9-2
9.3	KONTROLA QC	9-4
9.4	KONTROLA KALIBRACE	9-6
9.5	KOREKCE Hct%	9-8
9.6	KONTROLA TEPLoty	9-11
10	NASTAVENÍ (Úroveň přístupu: 4)	
10.1	Úvod	10-1
10.2	REGISTRACE UŽIVATELE	10-2
10.2.1	ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU	10-2
10.2.2	PŘIDAT	10-3
10.2.3	UPRAVIT	10-6
10.2.4	ODSTRANIT	10-9
10.3	NASTAVENÍ PŘÍSTROJE	10-10
10.3.1	KONFIGURACE	10-10
10.3.2	OBLAST/DATUM	10-12
10.3.3	JAZYK	10-13
10.4	NASTAVENÍ TESTŮ	10-14
10.4.1	REFERENČNÍ INTERVAL	10-14
10.4.2	REPLIKÁTY KALIBRACE	10-17
10.4.3	UPOZORNĚNÍ CAL/QC	10-18
10.4.4	VÝCHOZÍ Hct%	10-19
10.4.5	C FAKTOR	10-20
10.5	BLOKOVÁNÍ QC	10-21
10.6	NASTAVENÍ LIS	10-23
11	ADMINISTRÁTOR (Úroveň přístupu: 1 a vyšší)	
11.1	Úvod	11-1

11.2 VYPNUTÍ	11-2
11.3 PŘEPÍNÁNÍ UŽIVATELŮ	11-3
11.4 SYSTÉM	11-4
11.4.1 PROTOKOL UŽIVATELŮ	11-4
11.4.2 SYSTÉMOVÝ PROTOKOL	11-5
11.4.3 INFO O PŘÍSTROJI	11-6
11.4.4 SAMOKONTROLA (Úroveň přístupu: 4)	11-6
11.5 SOUBOROVÁ UTILITA (Úroveň přístupu: 4)	11-9
11.5.1 SOUBOROVÁ UTILITA	11-9
11.5.2 NOVÁ REGISTRACE	11-13
12 Analýza vzorku na pokyn z externího počítače (Úroveň přístupu: 1 a vyšší)	
12.1 Kontrola platnosti CAL a QC	12-1
12.2 Získání informací o vzorku	12-1
12.3 Příprava přístroje a vzorků	12-9
12.3.1 Příprava nádobky na odpadní špičky (PATHFAST WASTE BOX)	12-9
12.3.2 Příprava vzorků	12-9
12.3.3 Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST	12-9
12.3.4 Vsazení jednorázových špiček (PATHFAST TIP)	12-11
12.4 Spuštění testu a dokončení testu	12-13
12.4.1 Spuštění testu	12-13
12.4.2 Výstup výsledků	12-15
12.4.3 Likvidace použitých reagenčních kazet a špiček	12-16
13 Údržba	
13.1 Uživatelská údržba	13-1
13.1.1 Týdenní údržba	13-1
13.1.2 Měsíční údržba	13-2
13.2 Různé	13-3
13.2.1 Výměna papíru v tiskárně	13-3
13.3 Doporučená pravidelná údržba	13-5
13.4 SAMOKONTROLA	13-5
14 Odstraňování závad	
14.1 Úvod	14-1
14.2 Poznámky	14-1
14.3 Chybové kódy pro selhání kalibrace	14-3
14.4 Chybové zprávy	14-4

II . Historie revizí

II -1. Tabulka historie revizí

Tuto příručku vydala společnost PHC Corporation.

Máte-li jakékoli dotazy k obsahu této příručky, obraťte se na své obchodní zástupce nebo na místní středisko zákaznické podpory.

Tato příručka je poslední revizí a všechny v ní obsažené informace jsou považovány za správné v době jejího tisku. Upozorňujeme, že tato příručka může být revidována z důvodu neustálého zdokonalování přístroje a/nebo aktualizace softwaru.

V následující tabulce je uvedena historie revizí tohoto návodu k použití.

Datum revize	Důvod revize	Verze softwaru	Verze příručky
1. 3. 2022	První vydání (přeložená verze příručky verze 4.50EN)	4.1.1	4.50CS
1. 10. 2022	Aktualizace z důvodu stěhování centrály Drobné úpravy v celém dokumentu	4.1.1	4.60CS
1.5.2024	Aktualizace z důvodu změny názvu a adresy společnosti	4.1.1	4.70CS
1.10.2024	Adresa evropského zplnomocněného zástupce (EC-rep) změněna. Popis části „2.4 Značky shody“ byl zkontrolován a doplněn.	4.1.1	4.80CS

1 O této příručce

1.1 Účel této příručky

Tato návod k použití obsahuje informace potřebné k bezpečnému, správnému a efektivnímu používání systému PATHFAST. Je důležité, abyste si tuto příručku přečetli předtím, než se pokusíte přístroj PATHFAST na principu chemiluminiscenční enzymové imunoanalýzy (CLEIA) používat.

Informace v této příručce platí za předpokladu, že jsou aktivovány funkce PATHFAST „Úroveň přístupu“ a „Blokování QC“. Pokud se obsluha bez aktivace těchto funkcí nějak liší, tyto rozdíly jsou uvedeny. Podrobné informace naleznete v části **1.2 ID uživatele a úroveň přístupu** a v části **1.3 O funkci Blokování QC**.

1.2 ID uživatele a úroveň přístupu

Každému uživateli lze přiřadit určitou úroveň práv (přístupu) podle rozsahu jeho povinností a odborných znalostí.

Přidělená úroveň přístupu určuje, které funkce PATHFAST budou pro daného uživatele dostupné.

Pro aktivaci této funkce musí administrátor systému PATHFAST každému uživateli přiřadit ID, heslo a úroveň přístupu.

ID uživatele:	Délka může být až 20 znaků. Lze použít libovolné znaky z úplné klávesnice.
Heslo:	Délka musí být 4 až 8 znaků. Lze použít libovolné znaky z úplné klávesnice.
Úroveň přístupu:	Musí to být číselná hodnota 1 až 4. Určuje úroveň přístupu uživatele.

Tabulka 1-1 Úroveň přístupu a přístupné funkce
(Funkce Blokování QC aktivována)

× : Povoleno – : Nepovoleno

Nabídka	Zobrazení na displeji	Funkce	Úroveň přístupu			
			1	2	3	4
ASSAY (TEST)	SAMPLE (VZOREK)	Analýza vzorků pacientů	×	×	×	×
	QC	Analýza vzorků QC	–	×	×	×
	CAL/QC	Kalibrátory testů a kontrola kvality (QC)	–	–	×	×
	MC ENTRY (ZADÁNÍ KALIBRACE)	Registrace dat kalibrační křivky	–	–	×	×
CHECK (KONTROLA)	RESULT CHECK (KONTROLA VÝSLEDKŮ)	Prohlížení výsledků pacienta	×	×	×	×
	QC CHECK (KONTROLA QC)	Prohlížení dat QC	–	×	×	×
	CAL CHECK (KONTROLA CAL)	Prohlížení dat CAL	×	×	×	×
	Hct% CORRECTION (KOREKCE Hct%)	Přepoččet podle Hct%	×	×	×	×
	TEMP CHECK (KONTROLA TEPLoty)	Zobrazení teplot ohříváče	×	×	×	×
SETUP (NASTAVENÍ)	USER REGISTRATION (REGISTRACE UŽIVATELE)	Přidání, úprava nebo odstranění uživatelů	–	–	–	×
	INSTRUMENT SETTINGS (NASTAVENÍ PŘÍSTROJE)	Nastavení nebo úprava konfigurace, formátu data, jazyka a dalších místních parametrů	–	–	–	×
	ASSAY SETTINGS (NASTAVENÍ TESTŮ)	Úprava referenčních rozsahů, výchozí hodnoty Hct%, počtu replikátů CAL nebo upozornění CAL/QC	–	–	–	×
	QC LOCKOUT (BLOKOVÁNÍ QC)	Zapnutí/vypnutí blokování QC a nastavení rozmezí pro kontrolu kvality	–	–	–	×
	LIS SETTINGS (NASTAVENÍ LIS)	Nastavení podmínek pro komunikaci s externím počítačem	–	–	–	×

ADMIN (ADMINISTRÁTOR)	SHUT DOWN (VYPNUTÍ)	Vypnutí napájení přístroje	×	×	×	×
	USER SWITCH (UŽIVATELSKÝ PŘEPÍNAČ)	Změna aktuálního uživatele	×	×	×	×
	SYSTEM (SYSTÉM)	Protokoly systému	×	×	×	×
		Samokontrola	–	–	–	×
	FILE UTILITY (SOUBOROVÁ UTILITA)	Aktualizace software	–	–	–	×
	MAINTENANCE (ÚDRŽBA)	Pouze pro autorizovaný personál	–	–	–	–

Poznámka:

- Přístup do sekce „ÚDRŽBA“ má pouze autorizovaný servisní personál.
- Funkci zpřístupnění lze nastavit na ZAPNUTO nebo VYPNUTO, jak je popsáno v části **10.2.1 ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU**.
- Zobrazení obrazovky a přístupné funkce, když je funkce Blokování QC zapnutá, jsou následující:

Úroveň přístupu (Blokování QC – ZAPNUTO)		
1	2	3 a výše
SAMPLE (VZOREK)	SAMPLE (VZOREK)	SAMPLE (VZOREK)
QC	QC	QC
CAL/QC	CAL/QC	CAL/QC
MC ENTRY (ZADÁNÍ KALIBRACE)	MC ENTRY (ZADÁNÍ KALIBRACE)	MC ENTRY (ZADÁNÍ KALIBRACE)

- Zobrazení obrazovky a přístupné funkce, když je funkce Blokování QC vypnutá, jsou následující:

Úroveň přístupu (Blokování QC – VYPNUTO)		
1	2	3 a výše
SAMPLE (VZOREK)	SAMPLE (VZOREK)	SAMPLE (VZOREK)
QC/SAMPLE (QC/VZOREK)	QC/SAMPLE (QC/VZOREK)	QC/SAMPLE (QC/VZOREK)
CAL/QC/SAMPLE (CAL/QC/VZOREK)	CAL/QC/SAMPLE (CAL/QC/VZOREK)	CAL/QC/SAMPLE (CAL/QC/VZOREK)
MC ENTRY (VSTUP MC)	MC ENTRY (VSTUP MC)	MC ENTRY (VSTUP MC)

Hlavní rozdíl mezi zapnutým a vypnutým blokováním QC spočívá v tom, zda jsou vzorky pacientů analyzovány ve stejné sérii s QC nebo CAL. Funkce v tabulce škrtnuté nejsou pro danou úroveň přístupu povoleny. Funkční tlačítka, která nejsou povolena, jsou na obrazovce zobrazena světle šedě.

1.3 O funkci Blokování QC

Pro kontrolu kvality je třeba pravidelně analyzovat vzorky QC. Funkce Blokování QC monitoruje systém a zabraňuje operátorovi spouštět vzorky pacientů.

- Pokud vzorky QC pro použitou šarži reagentie nebyly ve stanoveném časovém období analyzovány.
- nebo pokud údaje ze vzorků QC nejsou v předdefinovaných rozmezích pro kontrolu kvality.

Pokud existuje některá z těchto podmínek a pokusíte se spustit vzorky pacientů, PATHFAST ohlásí chybový stav zobrazením zprávy „No valid QC available“ (Platná QC není k dispozici) a měření bude zastaveno. Abyste mohli testovat vzorky pacientů, je nutné provést test QC nebo v případě potřeby test CAL/QC.

Funkci Blokování QC lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí operace "SETUP/QC LOCKOUT" (NASTAVENÍ/BLOKOVÁNÍ QC). Podrobnosti naleznete v části **10.5 BLOKOVÁNÍ QC**.

1.4 Informace o symbolech na štítcích výrobků

Společnost PHC Corporation používá kromě symbolů a značek uvedených v normě EN ISO 15223-1:2021 (Zdravotnické prostředky -- Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky -- Část 1: Obecné požadavky) následující symboly a značky:



Tento symbol znamená „Prostředky pro testování v blízkosti pacienta“. (Symboly pro sebetestování a testování v blízkosti pacienta podle nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích *in vitro* (EU) 2017/746. MedTech Europe. 13. prosince 2018)



Tento symbol „přeškrtnuté popelnice na kolečkách“ označuje tříděný sběr všech baterií, akumulátorů a bateriových sad. (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS)

STORAGE	: Skladovací podmínky
TRANSPORT	: Převážní podmínky
INSTRUMENT	: Přístroj
ACCESSORIES	: Příslušenství
Power Source	: Napájecí zdroj
Fuse	: Pojistka

2 O analyzátoru PATHFAST™

Tato kapitola obsahuje informace o zamýšleném použití analyzátoru PATHFAST™, jeho funkčních charakteristikách a specifikacích přístroje.

2.1 Zamýšlené použití

PATHFAST™ je diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro* určený pro použití při testování v blízkosti pacienta (NPT). PATHFAST je malý, snadno použitelný multianalyzátor, který umožňuje kvantitativní stanovení *in vitro* ve vzorcích plné krve, plazmy, séra nebo jiných tělních tekutin určených protokolem prováděného testu. PATHFAST používají laboranti, zdravotní sestry nebo lékaři v nemocnici i na pohotovosti, v ordinaci lékaře a v klinické laboratoři.

Reagencie používané u analyzátoru PATHFAST byly vyvinuty a vyrobeny ve speciálně připravených kazetách společností PHC Corporation. Princip měření používaný pro tento reagenční systém je chemiluminiscenční enzymatická imunoanalýza (CLEIA).

Poznámka: Každá reagencie analyzátoru PATHFAST má svůj účel. Další informace naleznete v návodu k použití jednotlivých reagensů PATHFAST.

Analyzátor PATHFAST využívá technologii Magtration® B/F separace v několika reakčních krocích.

Poznámka: Magtration® je obchodní značka společnosti Precision System Science Co., Ltd., která provádí B/F separaci v pipetových špičkách pomocí magnetických částic.

2.2 Charakteristika

1. Kompaktní Prostorově úsporný design.
2. Plná automatizace Plně automatizované pipetování vzorků, reakce s reagensy a detekce.
3. Vzorky Plná krev, plazma, sérum nebo jiné tělní tekutiny
4. Zpracování více položek
Lze analyzovat až šest různých vzorků nebo až šest různých položek v jedné dávce.
5. Krátká doba testu Méně než 17 minut (závisí na protokolu reagentie)
6. Snadné použití Speciálně připravené předbalené reagentie a jednorázový materiál usnadňují provádění testů.
Není potřeba žádná voda, promývací roztok ani odpadní lahve.
PATHFAST je zařízení pro testování v blízkosti pacienta (NPT).
7. Vysoká citlivost/přesnost/opakovatelnost
Systém při měření využívá počítání fotonových částic, které umožňuje detekci i malého množství materiálu s vysokou přesností a dobrou reprodukovatelností.
8. Minimální křížová kontaminace
Možnost křížové kontaminace mezi vzorky je minimalizována díky reagentiím na jeden test a jednorázovému materiálu.
9. Kontrola pomocí čárového kódu
Typ testovaného materiálu, kalibrační data výrobce a datum expirace reagentie jsou uvedeny v čárovém kódu reagentie. ID vzorku a ID uživatele lze také načíst pomocí ruční čtečky čárových kódů
10. Senzor pro rozpoznávání vzorků
Plnou krev lze automaticky odlišit od séra nebo plazmy pomocí senzoru pro rozpoznávání vzorků.

2.3 Specifikace

Název výrobku	PATHFAST™
Třída přístroje	Třída A, zařízení pro testování v blízkosti pacienta (NPT)
Typ přístroje	Stolní
Průchodnost	Vzorky: Maximálně 6 vzorků/dávku Doba zpracování: Méně než 17 minut*/6 vzorků *Záleží na protokolu každé položky testu, viz příbalový leták.
Typ vzorků	Plná krev, plazma, sérum nebo jiné tělní tekutiny
Regulace teploty	Topný blok L: 37,5 °C Topný blok T: 35 °C
Manipulační objem	20–700 µl
Přesnost dávkování	50 µl----- CV menší nebo rovno 2 % <i>Pozn.: s destilovanou vodou, RT 20–25 °C.</i>
Vlnová délka	300–650nm (maximální citlivost fotonásobiče: 450±50 nm)
Uchovávání dat	Vzorky pacientů: 1 000 Data QC: 1 800 CAL data: 300 <i>Poznámka: Při překročení kapacity budou nejstarší data přemazána.</i>
Požadavek na napájení	100–240 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba energie	360 VA
Ochrana před úrazem elektrickým proudem	třída 1, typ B
Velikost	š 343 x h 569 x v 475 mm
Hmotnost	Přibližně 28 kg

2.4 Značky shody

PATHFAST byl před odesláním z výroby vyroben a zkontrolován v souladu s příslušnými bezpečnostními normami. Přístroj byl schválen pro použití uznávanými institucemi. To bylo potvrzeno zkouškou a udělením symbolů shody. Můžete si je zkontrolovat na štítku připevněném na přístroji.

Akronym	Symbol testu	Informace o testu
CE		Společnost PHC Corporation tímto prohlašuje, že uvedený výrobek je v souladu s několika platnými harmonizačními právními předpisy EU včetně NARÍZENÍ (EU) 2017/746, které stanoví uvádění označení CE.
UL		Podle zkušebních norem UL (Underwriters Laboratory)
EAC		Euroasijská konformita (Евразийское соответствие)

3 Bezpečnostní pokyny pro instalaci a provoz analyzátoru PATHFAST

Pro bezpečný a efektivní provoz přístroje PATHFAST se seznámte s těmito bezpečnostními pokyny.

Pokud je analyzátor PATHFAST používán způsobem, který není specifikován výrobcem, může dojít k narušení ochrany poskytované přístrojem.

3.1 Instalace

Vybalení a instalaci analyzátoru PATHFAST zajistí zástupce společnosti PATHFAST. Při výběru umístění přístroje je třeba vzít v úvahu následující podmínky prostředí.

3.1.1 Napájení

PATHFAST vyžaduje zdroj střídavého napájení 100–240 V $\pm$ 10 % 50/60Hz, 360VA. Ujistěte se, že přístroj je správně uzemněn. Použijte napájecí kabel v krabici s příslušenstvím PATHFAST a zasuněte jeho zástrčku do uzemněné zásuvky. Vyhněte se sdílení zdroje napájení s jinými přístroji a/nebo zařízeními.

3.1.2 Parametry okolí


- PATHFAST je vybaven jednotkami pro regulaci teploty při zpracování testů. Udržujte teplotu a vlhkost prostředí v následujících mezích.
Teplota: 15–30 °C
Vlhkost: 20–80 % (relativní, nekondenzující)
- Přístroj umístěte na vodorovný povrch bez nerovností a bez vibrací, aby nedošlo k poškození krytu filtru.
- Přístroj PATHFAST umístěte na laboratorní stůl nebo na vozík s dostatečnou nosností (více než 30 kg), aby unesl přístroj a další vybavení/jednorázový materiál používaný při testech.
- Udržujte volný prostor kolem konektoru napájecího přívodu, abyste jej v nouzové situaci mohli okamžitě vytáhnout.
- Zachovejte volný prostor minimálně 15 cm u levé strany přístroje a 10 cm u zadní a pravé strany přístroje.
- Analyzátor PATHFAST neumísťujte do blízkosti přístrojů s velkou spotřebou energie nebo do blízkosti možných zdrojů změn střídavého napětí a/nebo vyzařování elektromagnetických vln.
- PATHFAST neumísťujte na místa, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření nebo proudění vzduchu z klimatizace či jiných přístrojů.
- Nezakrývejte přívod vzduchu ve spodní části přístroje. Udržujte prostor bez papírů nebo jiných předmětů, které by mohly bránit proudění vzduchu.
- Nezakrývejte výstupní otvory v zadní horní části přístroje. Dávejte také pozor, abyste do těchto otvorů nic neupustili.

- Analyzátor PATHFAST by se měl používat pouze v interiéru (stupeň znečištění je 2).
- PATHFAST lze používat v nadmořské výšce až 3 000 m.
- Kategorie přepětí je II.
- Přechodné přepětí 2 500 V

3.1.3 Skladovací a přepravní podmínky

Skladovací podmínky	:	Teplota	= +5—+40 °C
		Vlhkost	= 20–80 % RH
Přepravní podmínky	:	Teplota	= -20—+70 °C
		Vlhkost	= 20–80 % RH

3.1.4 Postup při rozbalení



Krok-1 Odstraňte PP pásy a přestříhněte PP pásku upevňující horní část vnějšího obalu, abyste otevřeli horní víko.

Krok-2 Abyste mohli odstranit vnější obal, vyjměte krabici s příslušenstvím a horní podložku.

Krok-3 Přestříhněte PP pásku ve spodní části vnějšího obalu a zpřístupněte tak čtyři spodní rohy, abyste odstranili bariérový materiál chránící krabici s přístrojem.

Krok-4 Odstraňte lepenku a vyjměte zabalený přístroj. Poté odstraňte plastovou fólii a lesklou podložku chránící přístroj.


3.1.5 Postup demontáže přepravních přípravků (pro osu Y, pro osu PMT)

POZNÁMKA: Všechny tyto přípravky si uschovejte pro budoucí použití.

a) Odstranění krytu

Pomocí šestihranného klíče odstraňte tři šrouby upevňující kryt na pravé straně přístroje (2,5 mm).


Vzhledem k tomu, že po sejmutí všech šroubů kryt spadne, je nutné jej přidržovat rukou.



Odstranění krytu

b) Přípravek pro upevnění osy Y

Pomocí šestihranného klíče (3 mm) odstraňte dva fixační šrouby přípravku pro upevnění osy Y.



Fixační šrouby přípravku pro upevnění osy Y




Přípravek pro upevnění osy Y


c) Přípravek pro upevnění osy fotonásobiče (PMT)

Odstraňte šroub s křídlovou hlavou, kterým je upevněn přípravek pro upevnění osy PMT zajišťující jednotku PMT.

Není potřeba žádný nástroj.



Přípravek pro upevnění osy PMT



Přípravek pro upevnění osy PMT
(pohled zdola)

Šroub
s křídlovou
hlavou



Přípravek pro upevnění osy PMT

d) Nasazení krytu

Boční kryt nasadíte zpět opačným postupem.

e) Heslo pro první přihlášení

Při prvním přihlášení jako [USER] (UŽIVATEL) vyberte na obrazovce [LOG IN] (PŘIHLÁŠENÍ) položku „Administrator“ (Administrátor) a do pole [PASSWORD] (HESLO) zadejte „4649“.

Vyberte možnost [OK], čímž přejdete na obrazovku [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ).

POZNÁMKA: Heslo pro [Administrator] (Administrátor) nesdělujte ostatním.

Další informace pro používání přístroje naleznete v příslušných kapitolách této příručky.

3.2 Manipulace se vzorky



Se vzorky je zapotřebí zacházet jako s infekčními za použití bezpečných laboratorních postupů, například postupů uvedených v dokumentu *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories** a v dokumentu CLSI M29-T. **Po manipulaci se vzorky si důkladně

* *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Biologická bezpečnost v mikrobiologických a biomedicínských laboratořích). 1993. Richmond, J.Y. and Mckinney, R.W. (eds.). HHS Publication Number (CDC) 93-8395.*

** Clinical Laboratory Standards Institute (Institut klinických laboratorních standardů). Ochrana laboratorních pracovníků před infekčními chorobami přenášenými krví, tělními tekutinami a tkáněmi. Tentative Guideline M29-T, Villanova, PA: CLSI, 1989.

3.3 Výstražné štítky

Na přístroji PATHFAST jsou na místech, kde je při provozu a údržbě vyžadována zvláštní opatrnost, umístěny výstražné štítky v souladu s mezinárodními normami.

Výstražný štítek	Příklad uvedené výstrahy
 Vysoká teplota	Tepelné bloky mohou být horké. Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se této oblasti.
 Biologické riziko	Vzorky vyšetřované pomocí PATHFAST, včetně vzorků plné krve, plazmy a séra, spolu s materiály a reagensiemi pro kontrolu kvality je třeba považovat za potenciálně infekční materiály. Při obsluze a údržbě přístroje používejte vhodné ochranné pomůcky. Dodržujte všechny místní pokyny a univerzální preventivní opatření pro krevní patogeny.
 Riziko zranění	Uvnitř přístroje jsou extrémně ostré jehly, které se používají k vytvoření otvorů v hliníkovém těsnění reagenčních kazet. Aby nedošlo ke zranění, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při přípravě zásobníků na reagenční kazety nebo při čištění jehel.

3.4 Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně tuto část, abyste věděli, jaké nebezpečí každý symbol představuje:

Symbol	Význam
 Nebezpečí	Nedodržení pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt. Vysoká naléhavost.
 Výstraha	Nedodržení pokynů může mít za následek vážné zranění nebo dokonce smrt. Nízká naléhavost
 Upozornění	Nedodržení pokynů může mít za následek zranění nebo jiné fyzické poškození.

* 1 : „vážným zraněním“ se rozumí oslepnutí, poranění, popálení (vysokou nebo nízkou teplotou), úraz elektrickým proudem, zlomenina nebo vznik závislosti, která má pro obsluhu následky vyžadující dlouhodobou hospitalizaci.

* 2 : „zraněním“ se rozumí poranění, která nevyžadují dlouhý pobyt v nemocnici.

* 3 : „fyzické poškození“ znamená negativní účinky na výsledky nebo rozsáhlé poškození sousedních zařízení nebo přístrojů.

[Upozornění – vztahující se k PATHFAST]

 **Nebezpečí** Při dotyku vnitřních elektrických součástí hrozí úraz elektrickým proudem. Neprovádějte žádnou jinou obsluhu nebo údržbu, než je popsáno v této příručce.

 **Nebezpečí** Přístroj nepřestavujte ani na něm neprovádějte žádné úpravy. Nepoužívejte jiné než určené díly nebo určený jednorázový materiál. Nikdy také nepoužívejte PATHFAST bez zapnutého bezpečnostního zámku.

 **Nebezpečí** V případě nouze okamžitě vypněte napájení přístroje a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST.

 **Výstraha** Analyzátor PATHFAST splňuje předpisy EMC třídy A, nicméně nemůžeme zcela eliminovat vliv silného vnějšího elektromagnetického záření. Zabraňte, aby se v blízkosti analyzátoru PATHFAST nacházela zařízení, jako jsou mobilní telefony, vysílačky apod.

-  **Upozornění** Pokud se v souvislosti s výrobkem vyskytne jakákoli závažná nehoda, nahlaste ji výrobcí a příslušnému orgánu v místě, kde se uživatel a/nebo pacient nachází.

-  **Upozornění** Analyzátor PATHFAST obsluhujte pouze po proškolení zástupcem společnosti PATHFAST.

-  **Upozornění** Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jeho napájení.

-  **Upozornění** Pokud se vyskytne problém, přečtěte si kapitolu **14 Odstraňování závad** a podle potřeby proveďte protipatření. Pokud problém přetrvává, kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST.

-  **Upozornění** Pokud chcete zařízení PATHFAST přemístit na jiné místo, kontaktujte nejprve obchodního zástupce značky PATHFAST. Vzhledem k hmotnosti a tvaru přístroje se doporučuje, aby jej přenášely nejméně dvě osoby.

-  **Upozornění** Provádějte pravidelnou údržbu popsanou v této příručce, která odpovídá vaší úrovni uživatele. Údržbu vyššího stupně provádí autorizovaný zástupce pro výrobky PATHFAST.

-  **Upozornění** Při práci s přístrojem PATHFAST dodržujte provozní postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

-  **Upozornění** Provoz přístroje se může lišit podle typu testů a použitých materiálů. Informace o konkrétních operacích najdete v příbalovém letáku každého testu.

-  **Upozornění** Proveďte kontrolu kvality pomocí vzorků QC doporučených společnostmi PHC Corporation.

-  **Upozornění** Nepokoušejte se aktualizovat software jinak než předepsaným postupem nebo podle pokynů zástupců pro výrobky PATHFAST. Nevhodná operace může způsobit ztrátu dat a může se stát, že nebude možné pokračovat v provozu přístroje.

-  **Upozornění** Do portu USB zařízení PATHFAST nekládejte nic jiného než originální ruční čtečku čárových kódů PATHFAST a USB flash disk pro upgrade.

-  **Upozornění** Přední kryt je během provádění testů a inicializace systému uzamčen. Nepokoušejte se otevřít kryt násilím.

-  **Upozornění** Netiskněte více tlačítek na LCD displeji současně ani nedejte jedno tlačítko stisknuté delší dobu. Tyto činnosti mohou způsobit poruchu systému.
-  **Upozornění** Analyzátor PATHFAST je na vnější straně vybaven jedním ethernetovým portem, který je však určen pouze pro tovární použití a při dodání je uzavřen krytem. Tento kryt nikdy neodstraňujte.

[Upozornění – vztahující se k reagensům]

-  **Výstraha** Používejte pouze reagensy a jednorázový materiál určený pro tento účel společností PHC Corporation.
-  **Upozornění** Důsledně dodržujte pokyny pro použití, skladování, manipulaci atd. popsané v příbalových letácích.
-  **Upozornění** Nepoužívejte prošlé reagenční kazety.
-  **Upozornění** Nepoužívejte použité reagenční kazety a špičky.
-  **Upozornění** Dávejte pozor na vzorky s látkami, které vyvolávají nespecifické reakce nebo interferenci.
-  **Upozornění** Diagnózu onemocnění na základě výsledku testu by měl lékař stanovit komplexně, s ohledem na další výsledky testů a klinický stav pacienta.
-  **Upozornění** Reagenční kity, zásobník a kazety s reagensy skladujte ve svislé poloze.
-  **Upozornění** Při manipulaci s reagenční kazetou se nedotýkejte hliníkového těsnění ani jamky. Kazetu držte za okraj.
-  **Upozornění** Nefoukejte do jamek – mohou se do nich dostat sliny a způsobit chybný výsledek.
-  **Upozornění** Použití reagenčních kazet, které spadly na podlahu, může způsobit chybný výsledek.
-  **Upozornění** Před testováním odstraňte bublinky z jamek reagenční kazety nebo kapalinu uvnitř na hliníkovém těsnění jemným poklepáním kazety o rovný povrch.

 **Upozornění** Silně zakalené vzorky, například kvůli vysokému obsahu lipidů, mohou být senzorem pro rozpoznávání vzorků chybně rozpoznány jako vzorky plné krve. Výsledky lze korigovat úpravou hodnot hematokritu.

 **Upozornění** Vzorky, do kterých jsou při dávkování vzorků do jamek přimíseny krevní buňky nebo jiné fyzikální materiály, mohou být senzorem rozpoznávání vzorků chybně rozpoznány jako vzorky plné krve. Výsledky lze korigovat úpravou hodnot hematokritu.

[Jiná upozornění]

 **Výstraha** Vzorky testované pomocí analyzátoru PATHFAST jsou potenciálně infekční. Při obsluze nebo údržbě přístroje používejte osobní ochranné pomůcky (rukavice, brýle, laboratorní plášť a jednorázovou čepici).

Pokud se vzorek dostane do styku s vaší kůží, postižené místo omyjte a podle potřeby dezinfikujte. Poradte se se svým nadřízeným v souladu se standardním operačním postupem vaší laboratoře.

 **Výstraha** Při likvidaci odpadních materiálů dodržujte místní bezpečnostní pokyny a související předpisy.

 **Výstraha** Při likvidaci přístroje PATHFAST kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST, protože uvnitř analyzátoru PATHFAST se nachází lithiová baterie.

 **Výstraha** Použité reagenční kazety, použité špičky PATHFAST a odpadní nádobku na špičky je třeba považovat za potenciálně infekční a podle toho s nimi zacházet.

 **Upozornění** PATHFAST je klinický analyzátor pro vzorky plné krve, plazmy nebo séra.
Nepoužívejte přístroj k jiným účelům.

 **Upozornění** Reagenční kazety vkládejte do zásobníku opatrně – předejděte tím zranění.

 **Upozornění** Při výměně papíru v tiskárně dávejte pozor, abyste se nezranili o hranu určenou k odtržení apíru.

 **Upozornění** Pokyny pro ošetřování chemických materiálů obsažených v jednorázových materiálech a reagentích naleznete v příbalovém letáku nebo v bezpečnostním listu materiálu (MSDS) v technické dokumentaci.

 **Upozornění** Ethanol používaný k čištění systému PATHFAST je hořlavý a je třeba s ním zacházet opatrně.

3.5 Omezení odpovědnosti

Při provozu nebo údržbě zařízení PATHFAST je velmi důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v předchozích odstavcích. I při dodržování bezpečnostních pokynů existuje možnost neodvratitelných událostí, jak je vysvětleno níže. Společnost PHC Corporation nenese odpovědnost za dále vysvětlené ztráty a škody.

- Poškození přístroje nebo zranění uživatelů v důsledku nehod, které výrobce nemůže ovlivnit, jako je zemětřesení nebo požár.
- Poškození přístroje nebo zranění uživatele nebo nesprávné výsledky v důsledku úmyslných, chybných nebo nesprávných operací provedených uživatelem.
- Vedlejší škody způsobené používáním nebo nepoužíváním přístroje, např. ušlý zisk z podnikání, přerušení klinického vyšetření, ovlivnění pacientů atd.
- Škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů a opatření vysvětlených v návodu k použití.
- Škody vzniklé v důsledku poruch způsobených kombinací s externími počítači/zařízeními a softwarem, na kterých se společnost PHC Corporation nepodílí.
- Škody způsobené opravou nebo úpravou provedenou osobami, které nejsou společnostmi PHC Corporation autorizovány.

4 Popis analyzátoru PATHFAST

PATHFAST je plně automatizovaný klinický analyzátor, který jako vzorky používá plnou krev, plazmu, sérum nebo jiné tělní tekutiny.

V této kapitole se zabýváme principem měření, konfigurací přístroje, potřebným příslušenstvím a jednorázovým materiálem a reagensy používanými u analyzátoru PATHFAST.

4.1 Princip postupu

Princip měření používaný u systému PATHFAST je CLEIA (Chemi-Luminescence Enzyme Immuno-Assay / chemiluminiscenční enzymová imunoanalýza).

Reagencie potřebné pro každý test jsou umístěny v jamkách speciálně navržené patnáctijamkové kazety a uzavřeny hliníkovou fólií.


V následujícím textu je vysvětlen princip měření na příkladu cTnI (srdeční troponin I).

[Konfigurace reagensí]

- Magnetická latexová reagencie
- Roztok protilátky značené ALP
- Promývací reagencie (promývací roztok pro B/F separaci)
- Luminiscenční substrát

[Postup testu]

1. Vzorky (plná krev nebo plazma) se smíchají s magnetickou latexovou reagensí a roztokem protilátky značené ALP a inkubují se pět minut.
V tomto kroku vznikají komplexy.
Protilátka navázaná na jamku – cílový materiál – protilátka značená ALP
2. B/F separace pomocí technologie Magtration® k odstranění přebytečných reagensí nebo zbytkových materiálů z kroku 1.
3. Přidaný luminiscenční substrát (CDP-Star) je štěpen ALP, což vede k emisi světla. Emitované fotony se počítají pomocí PMT (fotonásobiče) v detekčním systému PATHFAST.
4. Z chemiluminiscenčních hodnot PMT a standardní kalibrační křivky uložené v analyzátoru PATHFAST se vypočítá koncentrace sledované látky.




PATHEFAST provede test, údaje o něm uloží do protokolu, a automaticky vytiskne výsledek testu na vestavěné tiskárně.

4.2 Součásti systému PATHFAST

Tato část popisuje součásti systému PATHFAST a jejich funkce.

4.2.1 Čelní pohled na přístroj

Většina komponent potřebných k provozu přístroje PATHFAST je umístěna na přední straně přístroje. Jejich názvy a funkce jsou popsány níže.



Indikátor stavu

----- Při běžném provozu svítí zeleně.

LCD displej s dotykovou obrazovkou


----- Zobrazuje různé stavové informace a přijímá pokyny od obsluhy přístroje.

Spínač napájení -- Hlavní vypínač přístroje.

Přední kryt ----- Posunutím nahoru se otevře. Otevřete ho pro nastavení zásobníku na reagenční kazety, vzorky a další jednorázový materiál nebo čištění a údržbu.

Tiskárna ----- Vytiskne naměřené výsledky a další informace.


Kryt tiskárny ----- Otevřete tento kryt pro výměnu papíru v tiskárně.



Pohled: otevřený kryt tiskárny


4.2.2 Zadní pohled na přístroj

Na zadní straně přístroje jsou umístěny dva větrací otvory pro odvod vzduchu k regulaci teploty tepelných bloků. Kolem těchto větracích otvorů udržujte volný prostor minimálně 10 cm.



Větrací otvory -----Otvory pro odvětrávání vnitřního vzduchu za účelem regulace teploty.

4.2.3 Pohled na levou stranu přístroje



Port RS 232C ----- Sériový port pro komunikaci s externími počítači.

Port USB ----- Port USB pro připojení ruční čtečky čárových kódů nebo flash disku pro upgrade.

Konektor přívodního napájení

----- Konektor pro napájecí kabel.


Funkční zemnicí svorka

----- Použijte zemnicí svorku podle potřeby v jednotlivých zemích.

4.2.4 Vnitřní prostor přístroje


Po otevření předního krytu přístroje PATHFAST si můžete prohlédnout vnitřní části přístroje. Zde jsou popsány vnitřní části a jejich funkce.

[Pohled do vnitřního prostoru bez jednorázového materiálu a zásobníku na reagenční kazety]



Jednotka stříkačky	----	Sada šesti stříkaček pro nasávání a dávkování vzorků a/nebo reagentů. Na trysky jsou připevněny špičky PATHFAST.
Plošina	-----	Drží zásobník na reagenční kazety, jednorázové špičky a nádobku na odpadní špičky a při zpracování protokolů testů se pohybuje tam a zpět.
Senzor odpadních špiček	-----	Kontroluje, zda je připravena nádobka na odpadní špičky a zda v nádobce na odpadní špičky nejsou použité špičky.
Tepelný blok T	-----	Během reakce ohřívá kapalinu v jednorázových špičkách, aby se teplota směsi udržela na 35 °C.
Jehla	-----	Propíchne hliníkové těsnění na reagenčních kazetách a umožní jednorázovým špičkám extrahovat reagenty.
Magnetická jednotka	---	Udržuje magnetické latexové částice na vnitřních stěnách špiček pro B/F separaci pomocí technologie Magtration®.
Tepelný blok L	-----	Udržuje teplotu reagentů v jamkách reagenční kazety v jamkách kolem vzorků na 37 °C.
Držák špiček	-----	Přidrží nové, nepoužité jednorázové špičky.

[Pohled do vnitřního prostoru s jednorázovým materiálem a zásobníkem na reagenční kazety]



- | | |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Reagenční kazeta</div> | <p>----- Speciálně navržená plastová kazeta s 15 jamkami. Reagencie specifické pro analýzu jsou předem nadávkovány do určených jamek a utěsněny hliníkovou fólií. Informace o reagenzii jsou uvedeny formou čárového kódu na hliníkovém těsnění.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Jamka pro detekci</div> | <p>----- V této jamce se v posledním kroku testu detekuje chemiluminiscenční světlo.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">ŠPIČKY PATHFAST</div> | <p>----- Používá se k nasávání a dávkování vzorků nebo reagencií a také k B/F separaci pomocí technologie Magtration®.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Nádobka na odpadní špičky</div> | <p>----- Vyměnitelná plastová krabička uchovává použité špičky PATHFAST určené k vyhození.</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Senzor pro rozpoznávání vzorků</div> | <p>--- Detekuje světlo procházející jednorázovými špičkami při nasátí vzorku, aby bylo možné posoudit, zda se jedná o plnou krev, či nikoli. Analyzátor PATHFAST automaticky koriguje naměřené výsledky podle Hct%.</p> |

4.3 Příslušenství

Příslušenství PATHFAST je uvedeno níže.

Tabulka 4 – 1 Příslušenství

Popis	Poskytnuté množství	Poznámky
Napájecí kabel, pro 100–120 VAC	1	
Napájecí kabel, pro 220–240 VAC	1	
Pojistka, 4A, 250V, typ SLO-BLO	1	Náhradní díl na výměnu
Stylusové pero	1	
Zásobník na reagenční kazety	1	
Ruční čtečka čárových kódů	1	

***Poznámka:** Jedna pojistka je v přístroji již před odesláním.*

1) Napájecí kabel, pro 100–120 VAC




2) Napájecí kabel, pro 220–240 VAC



- Napájecí kabel používaný pro oblasti s 220–240 VAC. Použijte napájecí kabel z krabice s příslušenstvím. Nepoužívejte jiný napájecí kabel.

3) Pojistka



V držáku pojistek

4) Stylusové pero



Stylusové pero se používá k zadávání provozních příkazů a/nebo různých informací do analyzátoru PATHFAST prostřednictvím dotykového panelu LCD displeje.



5) Zásobník na reagenční kazety

Zásobník na reagenční kazety je zobrazen na levém obrázku níže. Má šest slotů, do kterých se vkládají kazety s reagenciemi. Po vložení reagenčních kazet do zásobníku, jak je znázorněno na pravém obrázku níže, je zásobník s reagenčními kazetami vsazen do přístroje PATHFAST.

S přístrojem PATHFAST se dodává jeden zásobník na kazety s reagenciemi. Zásobník je vyroben z hliníkové slitiny a nerezové oceli a lze jej autoklávovat.



6) Ruční čtečka čárových kódů

Ruční čtečka čárových kódů slouží k:

- Snímání dat čárového kódu z karty MC Entry Card.
- Snímání ID vzorků nebo uživatele.

Použijte ruční čtečku čárových kódů z krabice s příslušenstvím.

Nepoužívejte jinou ruční čtečku čárových kódů.

Ruční čtečku čárových kódů připojujte nebo odpojíte, když je přístroj vypnutý.

Port USB pro připojení ruční čtečky čárových kódů se nachází na levé straně přístroje.



Přístroj je nastaven ke čtení čárových kódů těchto standardů:

- CODE39
- ITF
- CODABAR (NW7)
- CODE128

4.4 Jednorázový materiál

Pro provádění testů pomocí analyzátoru PATHFAST je zapotřebí následující jednorázový materiál.

Tabulka 4 – 2 Jednorázový materiál

Kód výrobku	Název výrobku	Poskytnuté množství	Množství v balení
300936	ŠPIČKY PATHFAST (PATHFAST TIP)	-	42 x 5 / krabici
300950	ODPADNÍ NÁDOBKA ANALYZÁTORU PATHFAST (PATHFAST WASTE BOX)	1	10 / krabici
300943	PAPÍR V ROLÍCH DO ANALYZÁTORU PATHFAST (PATHFAST ROLL PAPER)	1	10 / krabici

1) **PATHFAST TIP (jednorázové špičky)**

PATHFAST TIP je speciálně navržená jednorázová špička, která se používá k aspiraci/dávkování nebo k B/F separaci. Principem separace je, že magnetické částice zůstanou vlivem magnetické jednotky v pipetě. Ve špičce je vsazen malý bílý filtr, který brání přenosu kapaliny.




2) PATHFAST WASTE BOX (ODPADNÍ NÁDOBKKA)

PATHFAST WASTE BOX (nádobka na odpadní špičky) je kontejner na použité špičky PATHFAST, které jsou na konci každého testu automaticky vyhazovány. Po dokončení testu lze nádobku na odpadní špičky vyjmout a použité špičky vyhodit. Tato plastová nádobka na odpadní špičky je částečně spotřební materiál a měla by se měnit po každých 20 měřicích sériích nebo jednou týdně.



3) PATHFAST ROLL PAPER

PAPÍR V ROLÍCH DO ANALYZÁTORU PATHFAST je termopapír používaný vestavěnou tiskárnou.



4.5 Sada reagensů a související komponenty

Reagencie používané pro PATHFAST jsou dodávány jako soupravy/kity. Součástí soupravy jsou reagenční kazety, kalibrátory s lyofilizovanými roztoky, karta MC ENTRY CARD a příbalový leták.

Poznámka: Konfigurace soupravy se může lišit v závislosti na testu.




1) Reagenční kazety

Reagenční kazeta (viz obrázek níže) je balena v sadě šesti kazet v jedné krabici. Povrch reagenční kazety je utěsněn hliníkovou fólií s čárovým kódem vytištěným na každé kazetě. Čárový kód obsahuje typ testu (analyt), číslo šarže, datum expirace a další identifikační informace.

Kazet se dotýkejte pouze na konci stripů.


Kazety je potřeba uchovávat ve svislé poloze.

Před použitím zkontrolujte typ testu, číslo šarže a datum expirace každé kazety.



2) Kalibrátor s lyofilizovanými roztoky

Pokud je kalibrátor lyofilizovaný, rozpustíte jej přiloženým ředicím roztokem. Podrobné informace naleznete v příbalovém letáku.




Kalibrátory (1), (2) s ředicími roztoky

3) KARTA MC ENTRY CARD

Karta MC ENTRY CARD se dodává s každou sadou reagensů.

Tato karta je nutná při prvním provedení testu nebo při provedení testu s jinou šarží reagensů. Data čárového kódu z karty MC ENTRY CARD snímejte pomocí ruční čtečky čárových kódů. Podrobnosti o této operaci najdete v kapitole **8 Test CAL**.



5 Příprava na test a základní obsluha

Tato kapitola popisuje postup přípravy pro provádění testů na analyzátoru PATHFAST. Postupy pro provádění testů vzorků pacientů, vzorků QC nebo kalibrátorů jsou popsány v samostatných kapitolách.

5.1 Úvod

Analyzátor PATHFAST se ovládá prostřednictvím dotykového LCD displeje pomocí dodaného stylusu. V tomto návodu k použití výraz „vybrat tlačítko ---“ znamená „dotknout se tlačítka na obrazovce pomocí stylusu“. Aktivovaná tlačítka mají jinou barvu textu a pozadí.



[Stylusové pero]

5.2 Způsob popisu obsluhy

V tomto odstavci je vysvětlena notace používaná pro popis funkcí tlačítek nebo ovládání přístroje.

1. Výběrová tlačítka

Výběrová tlačítka jsou na obrazovce zvýrazněna rámečkem.

Příklad ASSAY (TEST)

2. Zobrazené informace

Informace zobrazené na obrazovce jsou v návodu uváděny v uvozovkách.

Příklad: „Operating Instruction“

3. Jednotlivé části obrazovky

Oblast názvu

V této oblasti se zobrazuje název (jméno) aktuálně vybrané obrazovky.

Oblast zpráv

V této oblasti se zobrazují provozní pokyny nebo varovná hlášení.

Oblast podnázvu

V této oblasti se zobrazuje podnázev vybrané obrazovky nebo volitelná tlačítka z obrazovky.

Zobrazovací oblast


V této oblasti se zobrazují různé informace pro konkrétní obrazovku.
Zobrazené zprávy se liší podle obrazovek.

Navigační oblast

V této oblasti se zobrazují tlačítka pro výběr, potvrzení, zrušení nebo přesun na jiné obrazovky.

4. Příklad popisu obrazovky

Zde je příklad popisu obrazovky.



V Oblasti zpráv se zobrazují provozní pokyny nebo varovná hlášení, která informují obsluhu o tom, co je třeba udělat.

Tlačítka pro výběr zobrazení

REAGENT STATUS (STAV REAGENCIÍ)

Zobrazí seznam aktuálně registrovaných testů.

SAMPLE INFO. (INFO. O VZORKU)

Zobrazení informací o vzorku v jednotlivých drahách.

START BUTTON (TLAČÍTKO START) ()


Spustí provádění testů.

5.3 Před připojením napájení

Před připojením napájení k analyzátoru PATHFAST se ujistěte, zda:

- Napájecí kabel je připojen do příslušné zásuvky.
- Uvnitř přístroje nejsou žádné překážky, například obalové materiály nebo použitý jednorázový materiál.
- Při práci s analyzátozem PATHFAST se v jeho okolí nesmí nacházet žádné problémové materiály, jako je například materiál blokující výstup vzduchu na zadní straně přístroje nebo cokoli, co by narušovalo otevírání/zavírání předního krytu.


5.4 Zapnutí a spuštění systému



1. Zavřete přední kryt.
2. Otočte spínač napájení do polohy zapnuto. Po připojení napájení se zobrazí následující obrazovky.


3. Spuštění: Během inicializace operačního systému se zobrazí následující obrazovka [START-UP 1] (SPUŠTĚNÍ 1).

SPUŠTĚNÍ 1



4. Inicializace: Poté se načte software PATHFAST a provedou se různé mechanické kontroly. Během inicializace se zobrazí obrazovka [START-UP 2] (SPUŠTĚNÍ 2), na které se ukazuje stav procesu pomocí indikátoru průběhu.

SPUŠTĚNÍ 2



Proces inicializace systému kontroluje následující:

Kontrolní položky

- Zapnutí a vypnutí napájení PMT
- Senzor na předním krytu / Senzor zámku předního krytu
- Navádění injekční jednotky do výchozí polohy (osa Z)
- Navádění jednotky PMT (fotonásobiče) do výchozí polohy (osa PZ+ osa PX)
- Navádění magnetické jednotky do výchozí polohy (osa M)
- Navádění plošinové jednotky do výchozí polohy (osa Y)


- Navádění pístové jednotky do výchozí polohy (osa P)
(včetně uvolnění špiček do nádoby na odpadní špičky)
- Navádění optické clony PMT do výchozí polohy
- Přítomnost papíru v tiskárně

Pokud je při kontrole zjištěna jakákoli abnormalita, na obrazovce se zobrazí příslušné chybové hlášení. Postupujte podle pokynů nebo si prostudujte kapitulu **14 Odstraňování závad**, kde najdete podrobnosti o chybových hlášeních.

5.5 Přihlášení

Pokud je funkce Accesibility (Omezený přístup) nastavena na hodnotu OFF (VYPNUTO), zobrazí se obrazovka [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) a následující obrazovka [LOG-IN] (PŘIHLÁŠENÍ) se nezobrazí.

Na obrazovce [LOG-IN] (PŘIHLÁŠENÍ) zadejte ID uživatele a heslo.



1. Vyberte ID uživatele ze seznamu zobrazeného výběrem pole USER (UŽIVATEL).
 - ID uživatele lze také zadat z čárového kódu pomocí ruční čtečky.
2. Na obrazovce pro zadání hesla zadejte heslo pomocí plné klávesnice (Full Keyboard). Pro heslo jsou povoleny všechny znaky zobrazené na obrazovce, včetně malých a velkých písmen a mezer. Vyberte možnost **OK**, čímž přejdete na obrazovku [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ).

- ID uživatele a heslo přiděluje každému operátorovi administrátor systému PATHFAST. Podrobnosti naleznete v části **1.2 ID uživatele a úroveň přístupu**.

ID uživatele a heslo nesděluje ostatním.

- Znak hesla jsou z bezpečnostních důvodů nahrazeny hvězdičkami.

Po přihlášení PATHFAST zkontroluje stav platnosti kalibrace a kontroly kvality a pokud u některé platnosti hrozí, že vyprší, upozorní uživatele vyskakovací zprávou. Stav vypršení platnosti se zobrazí na obrazovce [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ).

5.6 TEST/DOMŮ

Obrazovka [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) je výchozí obrazovkou pro provádění testů, prohlížení dat, přepočty, nastavení prostředí atd.

- Před zahájením testů je nutné 20minutové zahřátí systému.
V oblasti zpráv se zobrazí zpráva „WARMING UP...“ (ZAHŘÍVÁNÍ) a zbývající čas.

Po dokončení zahřívání se v oblasti zpráv zobrazí zpráva „PUSH START BUTTON TO ASSAY...“ (PRO SPUŠTĚNÍ TESTU STISKNĚTE TLAČÍTKO START).


Zobrazí se také další zprávy, jako je stav vypršení expirace reagentie, kalibrace nebo kontroly kvality, pokud existují.

- Postup při provádění testu vzorku, kontroly kvality nebo kalibrace je uveden v kapitolách 6, 7 a 8 nebo 9.


Obrazovku [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) lze vyvolat volbou **[SAMPLE]** (VZOREK) na obrazovce [ASSAY] (TEST). Toto uspořádání usnadňuje přípravu automatického měření.

Chcete-li zobrazit obrazovku [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ), na obrazovce [ASSAY] (TEST) vyberte **[SAMPLE]** (VZOREK) nebo v navigační oblasti vyberte **[HOME]** (DOMŮ).

Test lze spustit výběrem  zobrazeným vlevo v oblasti podnázvu.



TEST/DOMŮ



Stav reagenscií

Na výše uvedené obrazovce jsou názvy položek registrovaných testů zobrazeny pomocí tlačítek. Tlačítka se zobrazují různě v závislosti na tom, zda jsou kalibrace a kontrola kvality v rámci doby platnosti, nebo ne, a to následovně:

 Šedá ----- Spuštění testu je dostupné. Kalibrace a kontrola kvality jsou v rámci doby platnosti.

 Žlutá (blikající) ----- Spuštění testu je dostupné. U kalibrace nebo kontroly se blíží doba expirace.

 Růžová ----- Spuštění testu není dostupné. Platnost kalibrace a/nebo kontroly kvality vypršela.


Skryté ----- Spuštění testu není dostupné. Test nebyl nikdy kalibrován nebo všechny šarže reagentů jsou prošlé.

- Barva tlačítka testu vychází ze stavu poslední kalibrované šarže (kromě skrytých).
- Datum vypršení platnosti kalibrace se automaticky nastaví při provedení kalibrace. Datum vypršení platnosti kontroly kvality může uživatel definovat pro každou položku testu individuálně. Viz postup popsany v části **5.8 Nastavení Blokování QC**.

<Informace o reagentcích>

Po výběru položky testu na obrazovce [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) se zobrazí následující podrobné informace o reagentci.

Na této obrazovce vidíte data vypršení platnosti a čas zbývající do vypršení platnosti kalibrace a kontroly kvality.

STAV CAL/QC (STAV KALIBRACE / KONTROLY Test)

Poznámka: Datum vypršení platnosti QC se nezobrazuje, když je funkce Blokování QC vypnutá.

- Zobrazí se maximálně tři šarže reagentcí s delší dobou použitelnosti kalibrace.
- U každé šarže reagentce se zobrazí nejnovější informace o kalibraci a kontrole kvality.
- Informace o prošlé šarži reagentce se nezobrazují.
- Na displeji se zobrazí expirace šarže reagentce nebo expirace kalibrace, podle toho, co nastane dříve.

Poznámka: Před spuštěním vzorků zkontrolujte stav CAL/QC na obrazovce [CAL/QC STATUS] (STAV CAL/QC).

<Informace o vzorku>

Po výběru možnosti **[SAMPLE INFO.]** (INFO O VZORKU) se zobrazí obrazovka **[SAMPLE INFORMATION]** (INFORMACE O VZORKU).

Informace o každém vzorku, který má být analyzován, můžete upravit nebo potvrdit.

INFORMACE O VZORKU

The screenshot shows the 'SAMPLE INFO' screen with the following data:

DRÁHA Č.	INFO. O VZORKU
LANE 1	PATIENT Hct% 40.0%
LANE 2	PATIENT Hct% 40.0%
LANE 3	PATIENT Hct% 40.0%
LANE 4	PATIENT Hct% 40.0%
LANE 5	PATIENT Hct% 40.0%
LANE 6	PATIENT Hct% 40.0%

Pro každou dráhu na obrazovce **[SAMPLE INFORMATION]** (INFORMACE O VZORKU) se zobrazují následující informace.

The diagram shows the following layout for a single lane:

Test	Vzorek	Hodnota hematokritu
LANE 1	cTnI 200508160001	PATIENT Hct% 40.0%
ID		

Informace zobrazené pro každou dráhu zahrnují informace upravené uživatelem a informace shromážděné přístrojem po spuštění testu.

○ Původně zobrazené

LANE 1	PATIENT	Hct% 40.0%
-----------	---------	------------



○ Upravené informace

- 1) ID
- 2) Hct %

LANE 1	PATIENT 200508160001	Hct% 45.0%
-----------	-------------------------	------------



○ Informace shromážděné přístrojem

• Plná krev

LANE 1	cTnI 200508160001	PATIENT Hct% 45.0%
-----------	----------------------	-----------------------

• Jiné

LANE 1	cTnI 200508160001	PATIENT
-----------	----------------------	---------


• Nepoužito

LANE 1	NOT USED
-----------	----------


5.7 ID uživatele a Přístupnost

V tomto odstavci je popsán postup registrace uživatele a úrovně přístupu.
Tovární nastavení funkce Přístupnost je ZAPNUTO.

1. Při výběru možnosti **SETUP** (NASTAVENÍ) na obrazovkách, kde se zobrazují výběrová tlačítka, se objeví následující obrazovka.




2. Výběrem možnosti **USER REGISTRATION** (REGISTRACE UŽIVATELE) zobrazíte další obrazovku.




3. Chcete-li zaregistrovat nového uživatele, vyberte možnost **ADD** (PŘIDAT).
Zobrazí se plná klávesnice pro zadání ID uživatele a hesla.

ID UŽIVATELE



HESLO




[Plná klávesnice]

• Pomocné klávesy

Shift:	Přepínač pro velká/malá písmena
CLR:	Smazat vše
BS:	Backspace, vymaže jeden znak
Space:	Mezera

4. Po zadání ID uživatele a hesla zvolte **OK** a přejděte na obrazovku pro nastavení úrovně přístupu uživatele. Vyberte příslušné číslo úrovně přístupu.
- Podrobnosti o funkcích povolených pro jednotlivé úrovně naleznete v části **1.2 ID uživatele a úroveň přístupu**.

NASTAVENÍ ÚROVNĚ PŘÍSTUPU



5. Výběrem možnosti **OK** se vrátíte na obrazovku [USER REGISTRATION] (REGISTRACE UŽIVATELE).
6. Uživatele lze zaregistrovat i po výběru možnosti **INVALID** (NEPLATNÝ), v seznamu uživatelů na obrazovce [LOGIN] (PŘIHLÁŠIT SE) se však ID tohoto uživatele nezobrazí.

5.8 Nastavení blokování QC


Postup nastavení funkce Blokování QC:

Na obrazovkách [QC LOCKOUT] (BLOKOVÁNÍ QC) není při dodání přístroje uveden žádný název testu.


V továrním nastavení nelze nastavení pro [QC LOCKOUT] (BLOKOVÁNÍ QC) nastavit/změnit.

Zobrazí se pouze názvy položek, které byly načteny z karty [MC ENTRY CARD] na obrazovce [MC ENTRY] (ZADÁNÍ KALIBRACE).


1. Na kterékoli obrazovce, kde se v oblasti podnázvu zobrazují výběrová tlačítka, např. **ASSAY** (TEST), **CHECK** (KONTROLA), **SETUP** (NASTAVENÍ) a **ADMIN** (ADMINISTRÁTOR), vyberte možnost **SETUP**.



2. Na následující obrazovce [SETUP] vyberte možnost **QC LOCKOUT** (BLOKOVÁNÍ QC).



3. Zobrazí se následující obrazovka [QC LOCKOUT] (BLOKOVÁNÍ QC).



Podmínky Blokování QC:

LOCKOUT (BLOKOVÁNÍ)

Výběrem možnosti **ON** (ZAPNUTO) funkci Blokování QC aktivujete, výběrem možnosti **OFF** (VYPNUTO) ji deaktivujete. Po výběru si tlačítka vymění barvy.

ITEM (TEST)

Výběrem položky testu nastavte dolní/horní kontrolní meze pro jednotlivé QC.

DAY(s)/HR(s) (DNY/HODINY)

Doba platnosti pro data QC se nastavuje po dnech nebo hodinách. Po výběru si tlačítka vymění barvy.

- **Rozsah** DNY: 1–999 dnů (999 znamená „neaktivováno“)

HODINY: 1–30 hodin

Poznámka: Nelze nastavit současně dny a hodiny.

Účinné číslo se zobrazí zvýrazněné.

QC LEVEL (ÚROVEŇ QC)

Vyberte jednotlivé QC, které mají být zkontrolovány.

Upper Limit/Lower Limit (Horní mez / dolní mez)

Po výběru jednotlivých polí se objeví číselná klávesnice, pomocí níž zadáte mezní hodnotu.



[Numerická klávesnice]

- **Rozsah:** -999999,999–999999,999

Poznámka: Ujistěte se, že horní hodnota je stejná nebo větší než dolní hodnota. Tyto hodnoty se používají pro určení měřítka grafu QC.


4. Výběrem možnosti **OK** uložíte data a vrátíte se na obrazovku [SETUP] (NASTAVENÍ).

5.9 Postup při vypnutí


Pokud chcete vypnout napájení, postupujte přesně podle tohoto návodu.

Upozornění: Vypnutí napájení bez dodržení tohoto postupu může mít za následek ztrátu dat a/nebo poruchu přístroje.

1. Na kterékoli obrazovce, kde se v oblasti podnázvu zobrazují tlačítka pro výběr, např. **ASSAY** (TEST), **CHECK** (KONTROLA), **SETUP** (NASTAVENÍ) a **ADMIN** (ADMINISTRÁTOR), vyberte možnost **ADMIN** (ADMINISTRÁTOR).




2. Poté na obrazovce **[ADMIN]** (ADMINISTRÁTOR) vyberte možnost **SHUT DOWN** (VYPNUTÍ) a postupujte podle zpráv zobrazených na obrazovce.



3. Pro potvrzení vypnutí se zobrazí následující zpráva.

VYPNUTÍ 1




4. Výběrem možnosti přístroj vypnete.
- Pokud chcete pokračovat v práci s přístrojem, zvolte možnost (ZRUŠIT) a vraťte se na obrazovku [ADMIN] (ADMINISTRÁTOR).
5. Před vypnutím vypínače počkejte, dokud se na obrazovce nezobrazí nápis „NOW YOU CAN TURN OFF THE POWER“ (NYNÍ MŮŽETE VYPNOUT NAPÁJENÍ).



Nevypínejte zařízení dříve, než se zobrazí zpráva „NOW YOU CAN TURN OFF THE POWER“ (NYNÍ MŮŽETE VYPNOUT NAPÁJENÍ).

VYPNUTÍ 2




6 Test vzorku pacienta (Úroveň přístupu: 1 a vyšší)

Tato kapitola obsahuje postup pro provádění testů na vzorcích pacientů.

6.1 Kontrola platnosti kalibrace a kontroly kvality (QC)

1. V této části je podrobně popsáno, jak zkontrolovat název testu, číslo šarže a datum expirace reagenčních kazet, které mají být použity. Číslo šarže reagenční kazety a datum expirace naleznete na reagenční kazetě, zásobníku kazet nebo na kartě MC ENTRY CARD. Analyzátor PATHFAST test s prošlými reagenčními kazetami neprovede.
2. Na obrazovce [CAL/QC STATUS] (STAV CAL/QC) zkontrolujte, zda jsou data kalibrace a kontroly kvality platná, a to tak, že na obrazovce [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) vyberete název testu.
 - Když je funkce Blokování QC vypnutá, kontrola QC není nutná.

STAV CAL/QC (STAV KALIBRACE / KONTROLY KVALITY)



Poznámka: Datum vypršení platnosti QC se nezobrazuje, když je funkce Blokování QC vypnutá.

Kontrola platnosti CAL a QC:


1. Test a šarže jsou registrovány.
2. Datum CAL je zobrazeno a není prošlo.
3. Datum QC je zobrazeno a není prošlo.

- Když je funkce Blokování QC vypnutá, datum QC není zobrazeno.

6.2 Úprava informací o vzorku

Při zadávání informací o vzorku postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Výběrem možnosti **SAMPLE INFO.** (INFO. O VZORKU) na obrazovce [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) se dostanete na následující obrazovku.



2. Chcete-li vložit informace o vzorku na konkrétní dráze, vyberte **LANE NO.** (DRÁHA Č.). Poté se zobrazí následující obrazovka [EDIT INFORMATION] (ÚPRAVA INFORMACÍ).

ÚPRAVA INFORMACÍ

The screenshot shows the 'SAMPLE INFO.' screen with the following details:

- Header: **SAMPLE**, HANDHELD BARCODE READER NOW OPERABLE
- Date/Time: 01/10/2015 15:13
- Section: **SAMPLE INFO.**
- Form:

ITEM	
LOT	
SAMPLE	PATIENT
TYPE	WHOLE BLOOD
Hct%	40.0
SID	
- Buttons: DEL, OK, CANCEL

Poznámka: Test a šarže jsou po spuštění testu načteny systémem PATHFAST a zobrazeny.

3. Mezi informace o vzorku, které lze upravovat, patří hodnota hematokritu (Hct%) a ID vzorku.

Po výběru zobrazovacího pole se objeví klávesnice pro zadávání.

Hct%

Zadejte hodnotu hematokritu analyzovaného vzorku plné krve pro korekci získaného výsledku testu. Pokud není zadána žádná hodnota, použije se pro opravu výchozí hodnota.

- **Rozsah: 0,000–60,0 (výchozí hodnota je 40,0)**


Pokud je vzorek rozpoznán senzorem pro rozpoznávání vzorků jako jiný vzorek než vzorek plné krve, hodnota je skryta.

SID

Zadejte SID vzorku

- **Délka: 1–20 znaků z plné klávesnice.**

Zadejte číslo načtením čárového kódu pomocí ruční čtečky nebo je zadejte ručně na plné klávesnici.




[Čtení pomocí ruční čtečky čárových kódů]



[Plná klávesnice]

4. Po zadání Hct% a/nebo SID zvolte **OK** pro uložení dat a návrat na obrazovku [SAMPLE INFORMATION] (INFORMACE O VZORKU).
5. Opakujte kroky 2 až 4 i pro ostatní vzorky.
6. Po zadání všech informací o vzorku zkontrolujte správnost zobrazených informací na obrazovce [SAMPLE INFORMATION 2] (INFORMACE O VZORKU 2).




6.3 Příprava přístroje a vzorků

6.3.1 Příprava nádoby na odpadní špičky (PATHFAST WASTE BOX)

Před přípravou vzorků a reagensů zkontrolujte, zda v nádobce na odpadní špičky nezůstaly nějaké použité špičky.

V případě potřeby nádobku vyjměte a použité špičky vyhodte. Nádobku na odpadní špičky znovu připravte.

Poznámka: Nádobku na odpadní špičky vyměňujte po každých 20 sériích měření nebo každý týden.



[Příprava nádoby na odpadní špičky]

6.3.2 Příprava vzorků

Typy vzorků (plná krev, plazma nebo sérum), antikoagulancia a objem vzorku závisí na testu. Podrobnosti naleznete v příbalovém letáku příslušné reagentie.

Při odběru vzorků a manipulaci s nimi dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny.

6.3.3 Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST


Při přípravě reagenčních kazet pro testování postupujte podle níže uvedených bezpečnostních pokynů.

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, abyste zabránili expozici reagentiím a vzorkům.
- Testy provádějte krátce po vyjmutí reagenčních kazet z chladničky. Reagenční kazety nenechávejte delší dobu bez chlazení.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny popsané v příslušných příbalových informacích.

1. Reagenční kazety vyjměte z chladničky. Potřebné reagenční kazety vložte do slotů zásobníku na reagenční kazety a pevně je zatlačte na místo.


Při tomto postupu je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření. Nedodržení tohoto požadavku může způsobit chybné výsledky.

- Při manipulaci s reagenční kazetou ji držte za okraj. Nedotýkejte se hliníkového těsnění a jamky pro detekci.
- Dejte pozor, aby se foukáním nedostaly do detekční jamky sliny.
- Nepoužívejte reagenční kazety, které spadly na zem.
- Před testováním odstraňte bublinky z jamek reagenční kazety a kapalinu uvnitř na hliníkovém těsnění jemným poklepáním kazetou o rovný povrch.




[Vložení reagenční kazety do zásobníku na reagenční kazety]

2. Pomocí pipety nebo kapátka dávkujte vzorek do jamky pro vzorek v reagenční kazetě a jamku naplňte až po rysku. Před provedením testu odstraňte případné bubliny.



[Dávkování vzorků do jamek pro vzorky]

3. Otevřete přední kryt přístroje a správně zasuněte zásobník s reagenčními kazetami na místo.



[Vsazení zásobníku na reagenční kazety]


6.3.4 Vsazení jednorázových špiček (PATHFAST TIP)

Používejte pouze jednorázové špičky určené pro analyzátor PATHFAST.



[PATHFAST TIP]

1. Vyjměte nové špičky z krabičky se špičkami a zasuněte je do otvorů držáku špiček v přístroji PATHFAST pro dráhy, ve kterých jsou vsazeny reagenční kazety. Dejte pozor, aby konce špiček nebyly znečištěné nebo poškozené.



[Vsazení ŠPIČEK PATHFAST]

2. Po dokončení vsazování jednorázových špiček do držáku špiček zcela zavřete přední kryt.



[Zavírání předního krytu]

6.4 Spuštění testu a dokončení testu

6.4.1 Spuštění testu

1. Stisknutím tlačítka „“ v oblasti podnázvu na obrazovce spustíte test.

Poznámka:


- *Po dokončení přípravy testu spustíte neprodleně testování.*
- *Na získaný výsledek může mít negativní vliv srážení krevních buněk ve vzorku plné krve nebo odpařování vzorku.*

Před spuštěním vlastního testu provede PATHFAST několik kontrol.

V případě zjištění neobvyklého stavu se zobrazí chybové hlášení.

Zůstaňte v blízkosti analyzátoru, abyste v případě potřeby mohli provést příslušné úkony podle zobrazeného hlášení. Další informace o chybových hlášeních naleznete v kapitole **14 Odstraňování závad**.

2. Při provádění testu se zobrazí následující obrazovka.



- Po spuštění testu analyzátor PATHFAST zkontroluje reagenční kazety, název testu a typ vzorku (plná krev nebo jiný typ) pro každou dráhu a zobrazí informace na výše uvedené obrazovce. Pokud vzorek není rozpoznán jako plná krev, Hct% se pro tento vzorek nezobrazí.
- Stisknutím tlačítka „“ v oblasti podnázvu na obrazovce zastavíte pokračování testu. Zobrazí se potvrzovací zpráva.

3. Informace o vzorku lze upravit po spuštění testu.

Na obrazovce [SAMPLE INFORMATION] (INFORMACE O VZORKU) vyberte položku [LANE NO.] (DRÁHA Č.) a postupujte podle kroků 2 až 6 v části **6.2 Úprava informací o vzorku**.

***Poznámka:** Úpravy informací o vzorku nezapomeňte dokončit před dokončením testu. Pokud necháte obrazovku [EDIT INFORMATION] (ÚPRAVA INFORMACÍ) otevřenou, naměřené výsledky se nevytisknou. Přístroj zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete pokračovat v úpravách informací, nebo ne. Postupujte podle zobrazených pokynů.*

6.4.2 Výstup výsledků

Po dokončení testu se naměřené výsledky vytisknou na vestavěné tiskárně a zobrazí se obrazovka [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ).

***Poznámka:** Pokud je přístroj nastaven na odesílání výsledků do externího počítače (LIS), jsou výsledky před tiskem odeslány do externího počítače.*

Následuje tisk pro jednotlivé vzorky

Printed Data	Popis

DATE:10/01/2022 15:40	←Čas zahájení testu
SAMPLE ID:202201100001	←ID vzorku
LANE: 1	←DRÁHA č.
cTnl	←Test
0,123 ng/ml	←Výsledek s jednotkou
REMARK:DF	←Poznámky oddělené čárkou
TYPE: WB (40.0 %)	←Plná krev, hodnota Hct%
SAMPLE: PATIENT	←Vzorek (Pacient)
INSTRUMENT SERIAL: 1511D2600	←Sériové číslo přístroje
PROGRAM VERSION: 4.1.1	←Verze programu
OPERATOR ID: USER1	←ID uživatele
REAGENT LOT: 1012210243	←Číslo šarže reagentie
CALIBRATED ON: 04/01/2022	←Datum kalibrace


6.4.3 Likvidace použitých reagenčních kazet a špiček

1. Likvidace použitých špiček:

Vyjměte z přístroje nádobku na odpadní špičky a použité špičky zlikvidujte podle místních pokynů pro manipulaci.

Po vyhození špiček vraťte odpadní nádobku na své místo.

***Poznámka:** Nádobku na odpadní špičky vyměňujte po každých 20 sériích měření nebo každý týden.*



[Nádobka na odpadní špičky]

2. Likvidace použitých reagenčních kazet:

Vyjměte zásobník na reagenční kazety z přístroje a z něho vyjměte použité kazety. Dejte pozor, aby kapalina z kazet neukápla nebo nevystříkla. Při likvidaci reagenčních kazet dodržujte místní pokyny.

7 Test QC (Úroveň přístupu: 2 a vyšší)

V této kapitole je popsán postup pro test QC (Quality Control / kontrola kvality).

7.1 Úvod

Připravte spuštění testů podle pokynů uvedených v kapitole **5 Příprava na test a základní obsluha**, a poté proveďte kontrolu kvality podle níže popsaného postupu.

***Poznámka:** Při provádění kontroly kvality (QC) nelze přijímat pokyny z externího počítače.*

7.2 Účel testu QC

Test kontroly kvality (QC) se provádí pro kontrolu validovaných kalibračních křivek a výsledky se ukládají. Test QC je nezbytný pro zajištění validity výsledků vzorků.

7.3 Přehled testu QC

Vzorek QC (vzorek pro kontrolu kvality) je vzorek speciálně připravený pro účely kontroly kvality. Požádejte obchodního zástupce značky PATHFAST, aby vám doporučil vhodný materiál pro kontrolu kvality.

1) Počet úrovní kontroly kvality

Doporučujeme testovat minimálně 2 úrovně.

2) Kdy provést test QC

1. Po uplynutí určeného období QC (pokud je funkce Blokování QC zapnuta).
2. Po provedení kalibračního testu.
3. S frekvencí definovanou uživatelem.
4. Při podezření na chybné výsledky u vzorků.
5. Po provedení údržby optických/dávkovacích systémů.
6. V případě potřeby pro kontrolu kvality.


3) Doba platnosti pro data QC

Definujte dobu platnosti dat QC pro vaši laboratoř. Funkce Blokování QC je užitečná pro kontrolu, zda doba platnosti vypršela nebo ne. Podrobnosti naleznete v části **1.3 O funkci Blokování QC**.

7.4 Příprava na test QC

7.4.1 Kontrola platnosti kalibrace

1. Zkontrolujte název testu, číslo šarže a datum expirace reagenčních kazet, které se mají použít. Číslo šarže lze nalézt na reagenční kazetě, zásobníku kazet nebo na vstupní kartě MC Entry Card. Pro provedení testu nelze použít prošlé reagensie.
2. Na obrazovce [CAL/QC EXPIRATION DATES] (DOBA PLATNOSTI CAL/QC) zkontrolujte, zda jsou kalibrační údaje pro reagenční kazety platné pro provedení testu QC, a to tak, že na obrazovce [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) vyberete položku testu.



Poznámka: Datum vypršení platnosti QC se nezobrazuje, když je funkce Blokování QC vypnutá.


<Kontrola platnosti CAL a QC>

1. Test testu a šarže jsou registrovány.
2. Datum CAL je zobrazeno a není prošlé.

■ Když je funkce Blokování QC vypnutá, datum QC není zobrazeno.

7.4.2 Úprava informací o QC


1. Výběrem možnosti **BACK** (ZPĚT) na obrazovce **[ASSAY/HOME]** (TEST/DOMŮ) nebo tlačítka **ASSAY** (TEST) v oblasti podnázvu se zobrazí následující obrazovka **[ASSAY]** (TEST).



Poznámka: Když je funkce Blokování QC deaktivována, výše uvedená tlačítka se změní takto:

QC => **QC/SAMPLE** (QC/VZOREK), **CAL/QC** => **CAL/QC/SAMPLE** (CAL/QC/VZOREK)

2. Výběrem možnosti **QC** na obrazovce **[ASSAY]** (TEST) přejděte na následující obrazovku.



Poznámka: Když je funkce Blokování QC deaktivována, název se zobrazí jako „QC/SAMPLE“ (QC/VZOREK).

3. Na obrazovce [QC INFORMATION] (INFORMACE O QC) jsou pozice pro každý vzorek QC předdefinovány, jak je uvedeno výše. Informace o jednotlivých drahách upravte podle potřeby.
Chcete-li provést úpravy, vyberte číslo dráhy, čímž přejdete na následující obrazovku.

ÚPRAVA INFORMACÍ O QC

VZOREK

Vyberte vzorek v seznamu, který se zobrazí po výběru pole.

Vyberte jednu z možností [QC1], [QC2], [QC3].


- Když je funkce Blokování QC deaktivována, je povolen i vzorek [PATIENT] (PACIENT).

SID

Zadejte SID vzorku QC nebo vzorku pacienta.

- **Délka: 1–20 znaků**

Čárové kódy vzorků načítejte pomocí ruční čtečky čárových kódů nebo je zadávejte ručně pomocí zobrazené klávesnice.



[Čtení pomocí ruční čtečky čárových kódů]

[Plná klávesnice]


4. Po dokončení úprav na obrazovce [EDIT QC INFORMATION] (UPRAVIT INFORMACE O QC) vyberte , čímž se vrátíte na obrazovku [QC INFORMATION] (INFORMACE O QC).
5. Kroky 3 a 4 podle potřeby zopakujte pro další dráhy.
6. Znovu zkontrolujte všechny informace upravené na obrazovce [QC INFORMATION] (INFORMACE O QC).

7.5 Příprava přístroje a vzorků QC

7.5.1 Příprava nádoby na odpadní špičky (PATHFAST WASTE BOX)

Před přípravou vzorků a reagensů zkontrolujte, zda v nádobce na odpadní špičky nezůstaly nějaké použité špičky. V případě potřeby nádobku vyjměte a použité špičky vyhodte. Nádobku na odpadní špičky znovu připravte.

Poznámka: Nádobku na odpadní špičky vyměňujte po každých 20 sériích měření nebo každý týden.



[Příprava nádoby na odpadní špičky]

7.5.2 Příprava vzorků QC

Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro manipulaci se vzorky QC.

7.5.3 Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST


Při přípravě reagenčních kazet pro testování postupujte podle níže uvedených bezpečnostních pokynů:

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, abyste zabránili expozici reagenciím a vzorkům.
- Testy provádějte krátce po vyjmutí reagenčních kazet z chladničky. Reagenční kazety nenechávejte delší dobu bez chlazení.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny popsané v příslušných příbalových informacích.

1. Reagenční kazety vyjměte z chladničky. Potřebné reagenční kazety vložte do slotů zásobníku na reagenční kazety a pevně je zatlačte na místo.


Aby se zabránilo chybným výsledkům, je třeba dodržovat následující opatření:

- Při manipulaci s reagenční kazetou ji držte za okraj a nedotýkejte se hliníkového těsnění a detekční jamky.
- Dejte pozor, aby se foukáním nedostaly do detekční jamky sliny.
- Nepoužívejte reagenční kazety, které spadly na zem.
- Před testováním odstraňte bublinky z jamek reagenční kazety a kapalinu uvnitř na hliníkovém těsnění jemným poklepáním kazety o rovný povrch.



[Vložení reagenční kazety do zásobníku na reagenční kazety]


2. Pomocí pipety nebo kapátka dávkujte vzorek QC do jamky pro vzorek v reagenční kazetě a jamku naplňte až po rysku. Před provedením testu odstraňte případné bubliny. Dbejte také na to, aby do každé jamky byl vložen správný materiál QC podle informací uvedených na obrazovce [QC INFORMATION] (INFORMACE O QC).



Jamky pro
vzorek

[Dávkování vzorků QC do jamek pro vzorky]

3. Otevřete přední kryt přístroje a správně zasuněte zásobník s reagenčními kazetami na místo.



[Vsazení zásobníku na reagenční kazety]

7.5.4 Vsazení jednorázových špiček (PATHFAST TIP)

Používejte pouze jednorázové špičky určené pro analyzátor PATHFAST.



[PATHFAST TIP]

1. Vyjměte nové špičky z krabičky se špičkami a zasuněte je do otvorů držáku špiček pro dráhy, ve kterých jsou vsazeny reagenční kazety. Dejte pozor, aby konce špiček nebyly znečištěné nebo poškozené.



[Vsazení ŠPIČEK PATHFAST]

2. Po dokončení vsazování špiček do držáku špiček zcela zavřete přední kryt.



[Zavírání předního krytu]

7.6 Spuštění testu QC a dokončení testu

7.6.1 Spuštění testu QC

1. Stisknutím tlačítka „“ v oblasti podnázvu na obrazovce spustíte test.

Poznámka:

- *Po dokončení přípravy testu spustíte neprodleně testování.*
- *Na získaný výsledek může mít negativní vliv srážení krevních buněk ve vzorku plné krve nebo odpařování vzorku.*

Před spuštěním vlastního testu provede PATHFAST několik kontrol.

V případě zjištění neobvyklého stavu se zobrazí chybové hlášení.

Zůstaňte v blízkosti analyzátoru, abyste v případě potřeby mohli provést příslušné úkony podle zobrazeného hlášení. Další informace o chybových hlášeních naleznete v kapitole **14 Odstraňování závad**.

2. Při provádění testu se zobrazí následující obrazovka.

ANALÝZA VZORKU QC

The screenshot shows the 'QC' screen with the status 'ASSAYING... COMPLETE IN 15 MIN' and a timestamp '01/10/2015 14:44'. There are two tabs: 'ASSAY' and 'CHECK'. A red square button is located next to the 'CHECK' tab, with an arrow pointing to it from a label 'Tlačítko Stop'. Below the tabs are two sub-tabs: 'REAGENT STATUS' and 'SAMPLE INFO.'. The 'SAMPLE INFO.' tab is active, displaying a table with 6 lanes.

LANE	cTnI	QC
1	QC-SP001	QC1
2	QC-SP002	QC2
3	QC-SP003	QC3
4	QC-SP004	QC1
5	QC-SP005	QC2
6	QC-SP006	QC3

Tlačítko Stop

Poznámka: Když je funkce Blokování QC deaktivována, název se zobrazí jako QC/SAMPLE QC/VZOREK.

- Chcete-li zrušit test QC po jeho spuštění, vyberte tlačítko „“ v oblasti podnázvu na obrazovce. Zobrazí se potvrzovací zpráva.

3. Informace o vzorku lze upravit po spuštění testu.

Na obrazovce [QC INFORMATION] (INFORMACE O QC) vyberte položku LANE NO. (DRÁHA Č.) a postupujte podle kroků 2 až 4 v části 7.4.2

Úprava informací o QC.

Poznámka: Úpravy informací o vzorku QC než test doběhne. Pokud necháte obrazovku [EDIT QC INFORMATION] (ÚPRAVA INFORMACÍ O QC) otevřenou, naměřené výsledky se nevytisknou. Přístroj zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete pokračovat v úpravách informací, nebo ne. Postupujte podle zobrazených pokynů.

7.6.2 Výstup výsledků QC

Po dokončení testu se naměřené výsledky vytisknou na vestavěné tiskárně a zobrazí se obrazovka [QC INFORMATION] (INFORMACE O QC).

Následuje ukázka tisku výsledků QC1 (v duplikátu) pro test cTnI.

Printed Data	Popis
----- DATE:10/01/2022 15:40 SAMPLE ID: LANE: 1 cTnI 0,132 ng/ml REMARK: SAMPLE: QC1 INSTRUMENT SERIAL: 1511D2600 PROGRAM VERSION: 4.1.1 OPERATOR ID: USER1 REAGENT LOT: 1012210243 CALIBRATED ON: 04/01/2022 ----- DATE:10/01/20122 15:40 SAMPLE ID: LANE: 2 cTnI 0,138 ng/ml REMARK: SAMPLE: QC1 INSTRUMENT SERIAL: 1511D2600 PROGRAM VERSION: 4.1.1 OPERATOR ID: USER1 REAGENT LOT: 1012210243 CALIBRATED ON: 04/01/2022	←Čas zahájení testu ←ID vzorku ←Dráha č. ←Test ←Výsledek s jednotkou ←Poznámky oddělené čárkou ←Vzorek (QC1) ←Sériové číslo přístroje ←Verze programu ←ID uživatele ←Číslo šarže reagentie ←Datum kalibrace

DATE: 10/01/2022 15:40
INSTRUMENT SERIAL: 1511D2600
OPERATOR ID: USER1

REAGENT LOT: 1012210243

cTnI

QC1

UPPER: 0,138 ng/ml

LOWER: 0,132 ng/ml

N = 2

MEAN = 0,135 ng/ml

SD = 0,004

CV = 3,14 %

Statistika pro druhé měření QC1.

←Číslo šarže reagentie

←Položka testu

←Vzorek (QC1)

←Horní mez kontroly

←Dolní mez kontroly

←Replikáty

←Průměr

←Standardní odchylka

←Variační koeficient

7.6.3 Likvidace použitých reagenčních kazet a špiček


1. Likvidace použitých špiček:

Vyjměte z přístroje nádobku na odpadní špičky a použité špičky zlikvidujte.

Při likvidaci použitých špiček dodržujte místní pokyny pro manipulaci.

Po vyhození špiček vraťte odpadní nádobku na své místo.

Poznámka: Nádobku na odpadní špičky vyměňujte po každých 20 sériích měření nebo každý týden.



[Nádobka na odpadní špičky]

2. Likvidace použitých reagenčních kazet:

Vyjměte zásobník na reagenční kazety z přístroje a z něho vyjměte použité kazety. Dejte pozor, aby kapalina z kazet neukápla nebo nevystříkla. Při likvidaci reagenčních kazet dodržujte místní pokyny.

8 Test CAL (Úroveň přístupu: 3 a vyšší)

Postup kalibračního testu je popsán v této kapitole.

8.1 Úvod

Po přípravě na provedení testu podle kapitoly **5 Příprava na test a základní obsluha** proveďte kalibrační test podle níže popsaného postupu.

8.2 Účel kalibrace

Pro zajištění spolehlivých výsledků se před testováním vzorků pacientů provádějí kalibrační testy k ověření kalibrační křivky. Tento kalibrační postup provádějte s každou novou šarží reagentů nebo po skončení platnosti kalibrace. Doba použitelnosti kalibrace je předem definována pro každou položku testu.

Testování vzorků pacientů nebo kontroly kvality není povoleno, pokud vypršela platnost kalibrace; lze je však provádět s kalibrátory ze stejné šarže.

8.3 Přehled kalibrace

1) Kalibrátory (CAL)

Použijte doporučený kalibrátor (obvykle přibalený k sadě reagentů).

Lyofilizované kalibrátory musí být před použitím rekonstituovány ředicím puforem (v případě potřeby dodávanými s kalibrátorem).

2) Úrovně CAL

Úrovně kalibrátorů se mohou lišit podle reagentie. Podrobnosti naleznete v příbalovém letáku příslušné sady reagentů.

3) REPLIKÁTY KALIBRACE

Kalibrátory proměřujte duplicitně ($n=2$). (k dispozici jsou i soupravy s triplikáty).

4) Kdy je třeba provést kalibraci

1. Při zavedení nového typu testu
2. Při změně šarže reagentie
3. Pokud vypršela platnost kalibrace.

Pokud ve výše uvedených případech kalibrační testy neprovedete, spuštěný test vzorku nebo test kontroly kvality se zastaví a po spuštění se zobrazí chybové hlášení.

4. Výsledek(y) kontroly kvality (QC) je(jsou) mimo kontrolní rozsah.
5. Při použití nově zakoupených reagentů, i když čísla šarží jsou stejná.
6. Po údržbě optického systému/dávkovače.

Pokud neprovedete kalibrační test, v těchto třech výše uvedených případech (4 až 6) se průběh testu vzorku nebo testu QC nezastaví, ale k ověření spolehlivosti výsledků testu doporučujeme provést kalibrační test.

5) Doba použitelnosti kalibrace

Doba použitelnosti kalibrace se může u jednotlivých testů lišit. Podrobnosti naleznete v příbalových informacích příslušné sady reagensů.

6) Počet platných kalibrací:

Pro každý test lze uložit tři šarže platných kalibrací.

7) Poznámka:

1. Kalibrační test se provádí pro každý typ testu s jednou šarží reagensů v jedné sérii měření.
2. Kalibrační test provádějte v duplikátu nebo triplicátu. Kalibrátory nastavujte podle pokynů na obrazovce. Pozice, ve kterých musí být kalibrační materiál, jsou předem definovány.
3. Při použití nového testu nebo nové šarže reagensie zadejte informace o čárovém kódu z karty MC ENTRY CARD, která je součástí sady reagensů. Postupujte podle kapitoly popsané v části **8.8 ZADÁNÍ KALIBRACE**.

8) Kontrola platnosti kalibrace

Platnost kalibrace je potvrzena, pokud jsou výsledky QC ve stanoveném rozsahu.


Podrobnosti o funkci Blokování QC naleznete v části **1.3 O funkci blokování QC** a postup testu QC v kapitole **7 Test QC**.

8.4 Kontrola stavu kalibrace

Před provedením kalibračního testu ověřte, zda jsou v systému PATHFAST zaregistrována hlavní kalibrační data (MC) pro používanou reagensii.

1. Na obrazovce [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) vyberte název testu, který se má zkontrolovat – zobrazí se následující obrazovka [CAL/QC STATUS] (STAV CAL/QC):

STAV CAL/QC (STAV KALIBRACE / KONTROLY KVALITY)



2. Zkontrolujte, zda data hlavní kalibrace (MC) jsou zaregistrována v systému PATHFAST, a to tak, že zkontrolujete, zda je na obrazovce [CAL/QC STATUS] (STAV CAL/QC) zobrazeno číslo šarže.

Pokud se číslo šarže nezobrazuje, je třeba před provedením kalibračního testu hlavní kalibrační data (MC) zaregistrovat. Podrobný postup naleznete v části **8.8 ZADÁNÍ KALIBRACE**.


8.5 Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST

1. Výběrem možnosti **CAL/QC** na obrazovce [ASSAY] (TEST) přejděte na následující obrazovku. Ze zobrazeného seznamu vyberte položku testu, která se má kalibrovat. Poté zvolte **OK**, čímž přejdete na další obrazovku.
2. Na obrazovkách [CAL ITEM SELECTION] (VÝBĚR KALIBRACE) není při dodání přístroje uveden žádný název položky. Zobrazí se pouze názvy položek, které byly načteny z karty [MC ENTRY CARD] na obrazovce [MC ENTRY] (ZADÁNÍ KALIBRACE).

VÝBĚR POLOŽKY CAL

CAL/QC	
01/10/2015 22:21	
SELECT ITEM.	
cTnl	
Myo	
D-Dimer	
NTproBNP	
hsCRP	
CANCEL	

3. Po výběru testu, který se má kalibrovat, se zobrazí obrazovka [CAL/QC INFORMATION] (INFORMACE O CAL/QC).




- Informace zobrazené v jednotlivých drahách se liší v závislosti na předem definovaných podmínkách Blokování QC a počtu měření kalibrátorů. Viz tabulka níže.

Pozice pro vkládání vzorků v závislosti na Blokování QC
/ Úrovních CAL / REPLIKÁTY KALIBRACE

	TEST CAL/QC (Blokování QC zapnuto)				TEST CAL/QC/VZOREK (Blokování QC vypnuto)			
Úrovně CAL	1	1	2	2	1	1	2	2
Počet měření CAL	2	3	2	3	2	3	2	3
DRÁHA1	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1
DRÁHA2	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1	CAL1
DRÁHA3	QC1	CAL1	CAL2	CAL1	QC1	CAL1	CAL2	CAL1
DRÁHA4	QC2	QC1	CAL2	CAL2	QC2	QC1	CAL2	CAL2
DRÁHA5	QC3	QC2	QC1	CAL2	QC3	QC2	QC1	CAL2
DRÁHA6	QC1	QC3	QC2	CAL2	PACIENT	QC3	QC2	CAL2
Možnosti	QC1,2,3	QC1,2,3	QC1,2,3	Žádná	PACIENT	PACIENT	PACIENT	Žádná



: Pevně nastaveno v softwaru. Nelze upravovat. Nezapomeňte pro tyto dráhy vložit příslušné vzorky.




: Není vyhrazeno, lze upravovat.

8.6 Příprava přístroje a kalibrátorů

8.6.1 Příprava nádoby na odpadní špičky (PATHFAST WASTE BOX)

Před přípravou vzorků a reagensů zkontrolujte, zda v nádobce na odpadní špičky nezůstaly nějaké použité špičky. V případě potřeby nádobku vyjměte a použité špičky vyhodte. Nádobku na odpadní špičky znovu připravte.

Poznámka: Nádobku na odpadní špičky vyměňujte po každých 20 sériích měření nebo každý týden.



[Příprava nádoby na odpadní špičky]

8.6.2 Příprava kalibrátorů

Kalibrátory (CAL) se dodávají se sadou reagensů.

Podrobnosti o zacházení s kalibrátory naleznete v příbalových letácích sady reagensů.

8.6.3 Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST

Při přípravě reagenčních kazet pro testování postupujte podle níže uvedených bezpečnostních pokynů.


- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, abyste zabránili expozici reagensům a vzorkům.
- Testy provádějte krátce po vyjmutí reagenčních kazet z chladničky. Reagenční kazety nenechávejte delší dobu bez chlazení.
- Dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení popsané v příslušných příbalových informacích.

1. Reagenční kazety vyjměte z chladničky. Potřebné reagenční kazety vložte do slotů zásobníku na reagenční kazety a pevně je zatlačte na místo.

Aby se zabránilo chybným výsledkům, je třeba dodržovat následující opatření.


- Při manipulaci s reagenční kazetou ji držte za okraj. Nedotýkejte se hliníkového těsnění a jamky pro detekci.
- Dejte pozor, aby se foukáním nedostaly do detekční jamky sliny.
- Nepoužívejte reagenční kazety, které spadly na zem.
- Před testováním odstraňte bublinky z jamek reagenční kazety a kapalinu uvnitř na hliníkovém těsnění jemným poklepáním kazetou o rovný povrch.

2. Na obrazovce [CAL/QC INFORMATION] (INFORMACE O CAL/QC) s opakováním CAL 2 jsou dráhy 5 a 6 přiřazeny vzorkům QC. Podle informací zobrazených na obrazovce zjistíte, do kterých drah se mají vzorky dávkovat.




[Vložení reagenční kazety do zásobníku na reagenční kazety]

3. Pomocí pipety nebo kapátka nadávkujte kalibrátory a vzorky pro kontrolu kvality (QC) do jamky pro vzorek v reagenční kazetě, a to až po rysku. Před provedením testu odstraňte případné bubliny.



[Dávkování kalibrátorů a vzorků QC do jamek pro vzorky]

4. Otevřete přední kryt přístroje a správně zasuňte zásobník s reagenčními kazetami na místo.



[Vsazení zásobníku na reagenční kazety]

8.6.4 Vsazení jednorázových špiček (PATHFAST TIP)

Používejte pouze jednorázové špičky určené pro analyzátor PATHFAST.



[PATHFAST TIP]

1. Vyjměte nové jednorázové špičky z krabičky a zasuňte je do otvorů držáku špiček v přístroji PATHFAST pro dráhy, do kterých jsou vsazeny reagenční kazety. Dejte pozor, aby konce špiček nebyly znečištěné nebo poškozené.



[Vsazení ŠPIČEK PATHFAST]

2. Po dokončení vsazování jednorázových špiček do držáku špiček zcela zavřete přední kryt.



[Zavírání předního krytu]

8.7 Spuštění testu CAL/QC a dokončení testu

8.7.1 Spuštění testu CAL/QC

1. Stisknutím tlačítka „“ v oblasti podnázvu na obrazovce spustíte test.

Poznámka:


- Po dokončení přípravy testu spustíte neprodleně testování.
- Na získaný výsledek může mít negativní vliv srážení krevních buněk ve vzorku plné krve nebo odpařování vzorku.

Před spuštěním vlastního testu provede PATHFAST několik kontrol.

V případě zjištění neobvyklého stavu se zobrazí chybové hlášení.

Zůstaňte v blízkosti analyzátoru, abyste v případě potřeby mohli provést příslušné úkony podle zobrazeného hlášení. Další informace o chybových hlášeních naleznete v kapitole **14 Odstraňování závad**.

2. Při provádění testu se zobrazí následující obrazovka.



- Chcete-li zrušit test QC po jeho spuštění, vyberte tlačítko „“ v oblasti podnázvu na obrazovce. Zobrazí se potvrzovací zpráva.
3. Po dokončení kalibračního testu se kalibrační data vytisknou na vestavěné tiskárně a zobrazí se obrazovka [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ). Pokud se kalibrace nezdaří, zobrazí se stav na obrazovce a také se vytiskne.

KALIBRACE SE NEZDAŘILA



Další kroky naleznete v kapitole **14 Odstraňování závad**.

8.7.2 Výstup výsledků CAL

Po dokončení testu se naměřené výsledky vytisknou na vestavěné tiskárně a zobrazí se obrazovka [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ).

Poznámka: Do externího počítače se neodesílají žádná kalibrační data, přestože je přístroj na odesílání výsledků nastaven.

Následuje ukázka tisku pro kalibrační test. Viz **7 Test QC** pro ukázkou tisku vzorků QC ve stejné šarži.

Poznámka: Kalibrátory se testují duplicitně.

Printed Data	Popis

DATE:04/01/2022 14:55	←Čas zahájení testu
INSTRUMENT SERIAL: 1511D2600	←Sériové číslo přístroje
PROGRAM VERSION: 4.1.1	←Verze programu
OPERATOR ID:USER1	←ID uživatele
 cTnl	 ←Test
 REAGENT LOT 1012210243	 ←Číslo šarže reagentie
 CALIBRATION PASSED	 ←Stav kalibrace
 CAL F: a(1.22) b(15.9)	 ←CAL Faktor a & b
ERROR CODE:	←Chybové kódy oddělené čárkou
TYPE: COUNT:REMARK	
CAL1: 319:	←Výsledek CAL1
CAL1: 223:	←Výsledek druhé CAL1
CAL2: 2246851:	←Výsledek CAL2
CAL2: 2251386:	←Výsledek druhé CAL2

DATE: 04/01/2022 14:55	Vzorek QC
SAMPLE ID:	
LANE: 5	
 cTnl	
 0,132 ng/ml	
REMARK:	
SAMPLE: QC1	

8.7.3 Likvidace použitých reagenčních kazet a špiček


1. Likvidace použitých špiček:

Vyjměte z přístroje nádobku na odpadní špičky a použité špičky zlikvidujte.

Při likvidaci použitých špiček dodržujte místní pokyny pro manipulaci.

Po vyhození špiček vraťte odpadní nádobku na své místo.

Poznámka: Nádobku na odpadní špičky vyměňujte po každých 20 sériích měření nebo každý týden.



[Nádobka na odpadní špičky]


2. Likvidace použitých reagenčních kazet:

Vyjměte zásobník na reagenční kazety z přístroje a z něho vyjměte použité kazety. Dejte pozor, aby kapalina z kazet neukápla nebo nevystříkla. Při likvidaci reagenčních kazet dodržujte místní pokyny.


8.8 ZADÁNÍ KALIBRACE

Při zavádění nového testu nebo při použití nové šarže aktuálně používaného testu musí být v přístroji zaregistrována hlavní kalibrační data (MC) reagentie. Postupujte podle níže popsaného postupu.

1. Na kterékoli obrazovce, kde se v oblasti podnázvu zobrazují tlačítka pro výběr, např. **ASSAY** (TEST), **CHECK** (KONTROLA), **SETUP** (NASTAVENÍ) a **ADMIN** (ADMINISTRÁTOR), vyberte možnost **ASSAY** (TEST).



2. Výběrem možnosti **MC ENTRY** (ZADÁNÍ KALIBRACE) zobrazíte následující obrazovku [MC ENTRY] (VSTUP MC).



- Chcete-li zkontrolovat, zda již byla zaregistrována hlavní kalibrační data série, vyberte položku ze seznamu, který se objeví po výběru zobrazovacího pole.
- Chcete-li vytisknout seznam registrovaných položek, vyberte možnost **PRINT** (TISK).

Poznámka: Názvy registrovaných položek a jejich dostupnost závisí na regionu.

Printed Data	Popis

DATE: 04/01/2022 16:40	←Čas tisku
INSTRUMENT SERIAL: 1511D2600	←Sériové číslo přístroje
OPERATOR ID: USER1	←ID uživatele
PROGRAM VERSION: 4. 1. 1	←Verze programu
Registered item	
	Seznam čísel a názvů testů a
	hodnot parametrů a čísla
	parametru
1 cTnl 003101	
2 Myo 911262	
3 CK-MB 911262	
4	
5 D-Dimer 911262	
6 NTproBNP 911262	
7 hsCRP 911263	
8	
9 HCG 805212	
10 cTnl-II 109203	
11 Myo-II 911262	
12 CK-MB-II 911262	
13 HCG preg 003311	
14 LH 003311	
15 FSH 003311	
16 PRL 003311	
17 E2 003101	
18 PROG 912221	
19 TES 103291	
20 P-SEP 011221	
21	
22 PCT 902211	
23 TB LAM 011302	
24 hs-cTnl 709261	

3. Pomocí ruční čtečky čárových kódů naskenujte čárový kód na kartě MC ENTRY CARD přibalené k sadě reagentů a hlavní kalibrační data uložte do systému PATHFAST.

Při skenování držte čtečku čárových kódů ve vzdálenosti 10 až 15 cm od čárového kódu.



[Načtěte kartu MC ENTRY CARD]

4. Když je karta MC ENTRY CARD načtena čtečkou čárových kódů, analyzátor PATHFAST uloží data do své paměti a zobrazí zprávu „CAPTURED.“ (ZACHYCENO), a to společně s názvem testu, číslem šarže a datem expirace.

- Pokud byly informace zaregistrovány již dříve, zobrazí se zpráva „MC DATA ALREADY EXIST.“ (DATA MC JIŽ EXISTUJÍ.), a to společně s názvem testu, číslem šarže a datem expirace.


5. Vyberte možnost **OK**, čímž přejdete na obrazovku [ASSAY] (TEST).

9 KONTROLA (Úroveň přístupu: 1 a vyšší)

V této kapitole popisujeme postupy ke kontrole či novému tisku výsledků pro pacienty, QC nebo kalibrační testy.

9.1 Úvod

Na domovské stránce vyberte **CHECK** (KONTROLA) v oblasti podnázvu, čímž přejdete na následující obrazovku **[CHECK] (KONTROLA)**.



Na obrazovce **[CHECK] (KONTROLA)** jsou po výběru jednotlivých podmenu na výše uvedené obrazovce k dispozici následující operace.

RESULT CHECK (KONTROLA VÝSLEDKŮ)

- Kontrola a opětovné vytisknutí údajů o vzorku nebo QC.

QC CHECK (KONTROLA QC)

- Kontrola a opětovné vytisknutí údajů o QC, zobrazení a tisk grafu QC.

CAL CHECK (KONTROLA KALIBRACE)

- Kontrola a opětovné vytisknutí kalibračních dat.

Hct% CORRECTION (KOREKCE Hct%)

- Přepočítání a opětovné vytisknutí údajů po změně hodnoty Hct%.

TEMP CHECK (KONTROLA TEPLoty)

- Zobrazení teploty jednotlivých topných bloků.

9.2 KONTROLA VÝSLEDKŮ

V této nabídce si můžete prohlédnout nebo vytisknout uložené údaje o pacientovi nebo QC.

1. Po výběru možnosti **RESULT CHECK** (KONTROLA VÝSLEDKŮ) budete vyzváni, abyste pro definování kritérií vyhledávání vybrali položky v následujícím pořadí.
 - (1) Test
 - (2) Šarže reagensie
 - (3) Druh vzorku
 - (4) Rozsah vyhledávání
 - Možnost „LAST BATCH“ (POSLEDNÍ DÁVKA) lze vybrat na obrazovce pro výběr typu testu. Chcete-li zobrazit seznam dat z poslední dávky, vyberte možnost „LAST BATCH“ (POSLEDNÍ DÁVKA).
2. Po výběru kritérií vyhledávání zvolte **OK** pro vyhledání dat a zobrazení seznamu dat, který bude obsahovat datum a čas analýzy.

KONTROLA/SEZNAM VÝSLEDKŮ

RESULT CHECK	
01/10/2015 14:40	
ITEM	cTnl
LOT	1011609219
SAMPLE	PATIENT
RANGE	LAST 10 TESTS
LIST	01/10/2015 10:34 01/10/2015 10:34 01/10/2015 10:34 01/10/2015 10:34 01/10/2015 10:34 01/10/2015 10:34
BACK	

3. Vyberte vzorek, který se má zobrazit, a poté vyberte **DATA** (DATA) pro zobrazení jednotlivých dat na obrazovce ve formátu pro tisk.
- K prohlížení si můžete vybrat až 30 vzorků.

KONTROLA/DATA VÝSLEDKŮ

The screenshot shows a handheld device screen with the following content:

- RESULT CHECK** (header)
- 01/10/2015 14:47 (timestamp)
- REPRINT DATE: 01/10/2015 14:45 (1/7)
- DATE: 01/10/2015 09:34
- SAMPLE ID:
- LANE: 1
- cTnI
- 2.10 ng/mL
- REMARK: DF
- TYPE: WB (55.0 %)
- SAMPLE: PATIENT
- Navigation buttons: < (up), > (down), << (back), >> (forward)
- BACK (button)
- PRINT (button)

4. Chcete-li vytisknout data pro všechny vybrané položky, na obrazovce [RESULT CHECK/DATA] (KONTROLA/DATA VÝSLEDKŮ) vyberte možnost **PRINT** (TISK).

Pokud je přístroj nastaven na komunikaci s hostitelským počítačem, zobrazí se také tlačítko **TRANSMIT** (PŘENÉST). Výběrem tohoto tlačítka odešlete vybraná data do hostitelského počítače.

5. Chcete-li změnit kritéria vyhledávání, na obrazovce [RESULT CHECK/LIST] (KONTROLA/SEZNAM VÝSLEDKŮ) vyberte vhodné pole a zobrazí se příslušný seznam. Vyberte novou podmínku a výběrem možnosti **OK** vyhledejte data.

9.3 KONTROLA QC

V této nabídce si můžete uložená data QC prohlédnout a také je na tiskárně vytisknout. Můžete také zvolit zobrazení dat QC v podobě grafu.


1. Pokud vyberete možnost **QC CHECK** (KONTROLA QC), budete požádáni, abyste pro definování kritérií vyhledávání vybrali položky v následujícím pořadí:
 - (1) Test
 - (2) Druh vzorku
 - (3) Rozsah vyhledávání
 - Možnost „LAST QC BATCH“ (POSLEDNÍ DÁVKA QC) lze vybrat na obrazovce pro výběr typu testu. Chcete-li zobrazit seznam dat z poslední dávky QC, vyberte možnost „LAST QC BATCH“ (POSLEDNÍ DÁVKA QC).
2. Po výběru všech výše uvedených položek zvolte **OK** pro vyhledání dat a zobrazení seznamu dat spolu s datem a časem analýzy.
 - V seznamu jsou všechna nalezená data QC zobrazena s inverzním zvýrazněním.

KONTROLA/SEZNAM QC


The screenshot shows a handheld device screen with the title "QC CHECK" at the top. Below the title is a timestamp "01/10/2015 14:47". The screen is divided into four sections: ITEM, SAMPLE, RANGE, and LIST. Each section has a corresponding input field. The ITEM field contains "cTnl", the SAMPLE field contains "QC1", and the RANGE field contains "LAST 10 TESTS". The LIST field displays two entries, both with the date and time "01/10/2015 10:08", and they are highlighted in black. At the bottom of the screen, there are three buttons: "BACK", "GRAPH", and "DATA".

ITEM	SAMPLE	RANGE	LIST
cTnl	QC1	LAST 10 TESTS	01/10/2015 10:08
			01/10/2015 10:08

3. V navigační oblasti se zobrazují tlačítka **DATA** (DATA) a **GRAPH** (GRAF). Vyberete-li možnost **DATA** (DATA), zobrazí se jednotlivá data na obrazovce ve formátu pro tisk.



4. Chcete-li vytisknout data pro všechny vybrané položky, na obrazovce [QC CHECK/DATA] (KONTROLA/DATA VÝSLEDKŮ) vyberte možnost **PRINT** (TISK).
5. Vyberete-li možnost **GRAPH** (GRAF), zobrazí se údaje QC vynesené do grafu následujícím způsobem.



- V grafu jsou použity horní/dolní meze definované v [SETUP]/[QC LOCKOUT] (NASTAVENÍ)/(BLOKOVÁNÍ QC).

- Vyhledaná data jsou v grafu vynesena od nejstaršího údaje vlevo až po hodnotu 30.
6. Chcete-li vytisknout obrazovku [QC CHECK/ GRAPH] (KONTROLA/GRAF QC) vyberte možnost **PRINT** (TISK).
 7. Chcete-li změnit kritéria vyhledávání, na obrazovce [QC CHECK/LIST] (KONTROLA/SEZNAM VÝSLEDKŮ) vyberte zobrazovací pole a zobrazí se rozbalovací seznam. Vyberte novou podmínku a výběrem možnosti **OK** vyhledejte data.

9.4 KONTROLA KALIBRACE

V této nabídce můžete zkontrolovat uložená kalibrační data a znovu vytisknout data na tiskárně.

1. Pokud vyberete možnost **CAL CHECK** (KONTROLA KALIBRACE), budete požádáni, abyste pro definování kritérií vyhledávání vybrali položky v následujícím pořadí:
 - (1) Test
 - (2) Šarže reagentie
2. Po výběru všech výše uvedených položek zvolte **OK** pro vyhledání dat a zobrazení seznamu dat spolu s datem a časem analýzy.

KONTROLA/SEZNAM KALIBRACE

The screenshot shows a handheld device screen with the title "CAL CHECK" at the top. Below the title is a timestamp "01/10/2015 15:43". The screen is divided into three sections: "ITEM" with a text input field containing "cTnl", "LOT" with a text input field containing "1011609019", and "LIST" with a text input field containing "CUR" and a timestamp "01/10/2015 09:14". At the bottom of the screen is a "BACK" button.

- Kalibrační data se vyhledávají pro tři šarže každé reagentie a až pro deset kalibrací pro každou šarži reagentie.
- Údaje, u nichž je vlevo uvedena zkratka "CUR", jsou aktuálně platná kalibrační data. Zkratka "ERR" (CHYB) znamená, že kalibrace selhala.

3. Po výběru kalibračních dat zvolte **DATA** (DATA), aby se kalibrační data zobrazila následujícím způsobem.

KONTROLA/DATA KALIBRACE

CAL CHECK	
01/10/2015 11:12	
ITEM cTnI LOT 1011609019	
01/10/2015 09:14 CUR	
CAL F:	a(1.18) b(-13.6)
ERROR CODE	:
CAL1 COUNT	(217)
CAL1 COUNT	(205)
CAL1 COUNT	(194)
CAL2 COUNT	(2583000)
CAL2 COUNT	(2296000)
CAL2 COUNT	(2439500)
BACK	PRINT

4. Na obrazovce [CAL CHECK/DATA] (KONTROLA/DATA KALIBRACE) se zobrazí následující položky.

CAL F: a, b

Koeficienty pro korekci kalibrační křivky vůči standardní kalibrační křivce pro danou šarži reagentie.

ERROR CODE (CHYBOVÝ KÓD)

Zobrazí znak(y) kódu chyby pro neúspěšnou kalibraci, až pět chyb oddělených čárkou.

CAL1 COUNT (POČTY PRO CAL1)

Naměřené počty pro kalibrátor 1 jsou uvedeny pro každé opakování.

CAL2 COUNT (POČTY PRO CAL2)

Naměřené počty pro kalibrátor 2 jsou uvedeny pro každé opakování.

Remark (poznámka)

U každého kalibrátoru se vedle počtu zobrazí až 5 poznámek ke zjištěným chybám oddělených čárkou.

Poznámka: Pokud byla kalibrace úspěšná, nezobrazí se žádné chybové kódy ani poznámky.

5. Chcete-li vytisknout obrazovku [CAL CHECK/DATA] (KONTROLA/DATA KALIBRACE) vyberte možnost **PRINT** (TISK).
6. Chcete-li změnit kritéria vyhledávání, na obrazovce [CAL CHECK/LIST] (KONTROLA/SEZNAM KALIBRACE) vyberte zobrazovací pole a zobrazí se rozbalovací výběrový seznam. Vyberte novou podmínku a výběrem možnosti **OK** vyhledejte data.

9.5 KOREKCE Hct%

V této nabídce můžete přepočítat uložená data vzorku podle nového Hct% a vytisknout tato data na tiskárně.

1. Pokud vyberete položku **Hct% CORRECTION** (KOREKCE Hct%), budete požádáni, abyste pro definování kritérií vyhledávání vybrali položky v následujícím pořadí.

- (1) Test
- (2) Šarže reagentie
- (3) Rozsah vyhledávání

- Na obrazovce pro výběr položky testu lze vybrat „LAST BATCH“ (POSLEDNÍ DÁVKA). Chcete-li zobrazit seznam dat z poslední dávky, vyberte možnost „LAST BATCH“ (POSLEDNÍ DÁVKA).

2. Po výběru všech výše uvedených položek zvolte **OK** pro vyhledání dat a zobrazení seznamu dat spolu s datem a časem analýzy.

- „WB“ (PK) vpravo od údajů označuje vzorek plné krve.

KOREKCE Hct% / SEZNAM

Hct% CORRECTION

01/10/2015 14:00

ITEM

LOT

SAMPLE

PATIENT

RANGE

LIST

1/2

01/10/2015 12:14	WB	>> <<
01/10/2015 12:14	WB	
01/10/2015 12:14	WB	
01/10/2015 12:14	WB	
01/10/2015 12:14	WB	
01/10/2015 12:14	WB	

BACK

3. Po výběru vzorku vyberte možnost **NEXT** (DALŠÍ) zobrazenou v navigační oblasti, aby se podrobné údaje zobrazily ve formátu pro tisk.
- V jednom okamžiku lze vybrat pouze jeden údaj.

KOREKCE Hct% / DATA

Hct% CORRECTION

01/10/2015 14:29

RECALC ON: 01/10/2015 14:29 1/2

DATE: 01/10/2015 12:14
 SAMPLE ID:
 LANE: 1

cTnI
 0.489 ng/mL

REMARK: DF
 TYPE: WB Hct% (40.0 %)
 SAMPLE: PATIENT
 PATIENT ID: _

BACK **PRINT**

4. Výběrem možnosti **NEXT** (DALŠÍ) zobrazíte následující obrazovku. Položky zobrazené na obrazovce se liší v závislosti na vybraném vzorku, podle toho, zda se jedná o vzorek plné krve nebo jiný. Chcete-li změnit pořadí řazení, vyberte potřebné tlačítko (bude zvýrazněno). Hct% se zobrazí pro vzorek plné krve nebo pokud vyberete příslušné tlačítko. Novou hodnotu Hct% zadejte pomocí numerické klávesnice, která se zobrazí výběrem pole.

- **Rozsah: 0,000–60,0 (počáteční hodnota: 40,0)**

KOREKCE dle Hct% / Hct%

Hct% CORRECTION

01/10/2015 14:02

SAMPLE

WHOLE BLOOD OTHERS

Hct%

45.0

BACK **RECALC**

5. Po zadání nové hodnoty Hct% zvolte **RECALC** (PŘEPOČET) pro zobrazení přepočtených dat vzorku s použitím nové hodnoty Hct%.

KOREKCE Hct% / PŘEPOČET

The screenshot shows a handheld device screen titled "Hct% CORRECTION". At the top right, the date and time "01/10/2015 14:29" are displayed. Below this, the text "RECALC ON: 01/10/2015 14:29" is shown next to a "1/2" indicator. The screen displays the following information:

- DATE: 01/10/2015 12:14
- SAMPLE ID:
- LANE: 1
- cTnI: 0.533 ng/mL
- REMARK: TYPE: WB Hct% (45.0 %)
- SAMPLE: PATIENT
- PATIENT ID: _

Navigation arrows (up, down, and double arrows) are visible on the right side of the screen. At the bottom, there are two buttons: "BACK" and "PRINT".

6. Pro odeslání přepočtených údajů na tiskárnu na obrazovce [Hct% CORRECTION/RECAL] (KOREKCE Hct% / PŘEPOČET) vyberte možnost **PRINT** (TISK).

Pokud je přístroj nastaven na komunikaci s hostitelským počítačem, zobrazí se také tlačítko **TRANSMIT** (PŘENÉST). Výběrem tohoto tlačítka odešlete vybraná data do hostitelského počítače.

- Vedle řádku s datem testu se doplní datum přepočtu.
- U dat přenášených do hostitelského počítače se přidá také poznámka o přepočtu.


7. Výběrem možnosti **BACK** (ZPĚT) se vrátíte na obrazovku [Hct% CORRECTION/ LIST] (KOREKCE Hct% / PŘEPOČET).

Chcete-li změnit podmínky vyhledávání, na obrazovce [Hct% CORRECTION/LIST] (KOREKCE Hct% / SEZNAM) vyberte zobrazovací pole a zobrazí se rozbalovací výběrový seznam. Vyberte novou podmínku a výběrem možnosti **OK** vyhledejte data.

9.6 KONTROLA TEPLOTY

V této nabídce můžete kontrolovat teplotu jednotlivých topných bloků.

1. Výběrem možnosti **TEMP CHECK** (KONTROLA TEPLOTY) na obrazovce **[CHECK]** (KONTROLA) přejdete na následující obrazovku.




2. Zobrazí se aktuální teplota každého topného bloku.
 - Aktuální teplota se obnovuje každou sekundu.

10 NASTAVENÍ (Úroveň přístupu: 4)

Tato kapitola popisuje postup nastavení/úpravy parametrů analyzátoru PATHFAST.

10.1 Úvod

Operace nastavení se spustí výběrem možnosti **SETUP** (NASTAVENÍ) v oblasti podnázvu. Zobrazí se následující obrazovka [SETUP] (NASTAVENÍ):



Na obrazovce [SETUP] (NASTAVENÍ) můžete nastavit nebo upravit následující položky.

USER REGISTRATION (REGISTRACE UŽIVATELE)

- ADD/EDIT/DELETE (PŘIDAT/UPRAVIT/ODSTRANIT)
- ACCESS MANAGEMENT (ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU)

INSTRUMENT SETTINGS (NASTAVENÍ PŘÍSTROJE)

- CONFIG (KONFIGURACE)
- REGION/DATE (OBLAST/DATUM)
- LANGUAGE (JAZYK)

ASSAY SETTINGS (NASTAVENÍ TESTŮ)

- REFERENCE INTERVAL (REFERENČNÍ INTERVAL)
- CAL REPLICATE (REPLIKÁTY KALIBRACE)
- CAL/QC ALERT (UPOZORNĚNÍ CAL/QC)
- Hct% DEFAULT (VÝCHOZÍ Hct%)
- C-FACTOR (C FAKTOR)

QC LOCKOUT (BLOKOVÁNÍ QC)

- ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO) a HORNÍ/DOLNÍ meze QC

LIS SETTINGS (NASTAVENÍ LIS)

- Komunikace s externím počítačem: ON/OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)
- Komunikační parametry pro port RS232C

10.2 REGISTRACE UŽIVATELE

Výběrem možnosti **USER REGISTRATION** (REGISTRACE UŽIVATELE) na obrazovce **[SETUP]** (NASTAVENÍ) se zobrazí následující obrazovka, která umožňuje řízení přístupu a přidávání/úpravu/odstraňování uživatelů.

REGISTRACE UŽIVATELE

SETUP

01/10/2015 15:49

USER REGISTRATION

ACCESS

USER

10.2.1 ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

Umožňuje aktivovat (ON) nebo deaktivovat (OFF) funkci řízení přístupu, kterou obsluhuje administrátor systému PATHFAST. Úrovně přístupu slouží k omezení a řízení funkcí používaných jednotlivými uživateli.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat řízení přístupu, vyberte možnost ACCESS **ON** (PŘÍSTUP AKTIVOVÁN) nebo **OFF** (PŘÍSTUP DEAKTIVOVÁN). Když je aktivováno řízení přístupu, zobrazí se obrazovka **[LOGIN]** **[PŘIHLÁSIT SE]** v následujících případech:

- Spuštění systému PATHFAST
- Uplynula předem stanovená doba nečinnosti. (Časový limit lze definovat v NASTAVENÍ)

PŘIHLÁŠENÍ
10.2.2 PŘIDAT

Zde můžete přidat nového uživatele.

1. Na obrazovce [USER REGISTRATION] (REGISTRACE UŽIVATELE) vyberte možnost **ADD** (PŘIDAT). Zobrazí se následující obrazovka s žádostí o zadání ID nového uživatele:

ID UŽIVATELE

[Plná klávesnice]

- Pomocné klávesy

Shift:	Přepínač pro velká/malá písmena
CLR:	Smazat vše
BS:	Backspace, vymaže jeden znak
Space:	Mezera

2. ID uživatele zadejte pomocí zobrazené plné klávesnice.
 - **Platné znaky:** Všechny znaky zobrazené na klávesnici
 - **Rozsah:** 1 až 20 znaků
 - K načtení ID uživatele s čárovým kódem lze použít ruční čtečku čárových kódů.
3. Vyberte možnost . Zobrazí se následující obrazovka pro zadání hesla přidaného uživatele:

HESLO

The screenshot shows a mobile application interface for 'USER REGISTRATION'. At the top, there is a blue header with the text 'USER REGISTRATION'. Below this, a grey bar displays the date and time '01/10/2015 14:48'. A blue bar with the text 'ADD' is positioned above the 'PASSWORD' label. The password input field is a white rectangle with a 'CLR' button to its right. Below the input field is a full QWERTY keyboard with buttons for numbers, letters, and symbols. At the bottom of the keyboard are 'Shift' and 'BS' buttons. A red 'CANCEL' button is located at the bottom right of the screen.

[Plná klávesnice]

4. Zadejte heslo pomocí 4 až 8 znaků. Zadávané znaky jsou z bezpečnostních důvodů nahrazeny hvězdičkami (*).
 - **Platné znaky:** Všechny znaky zobrazené na klávesnici
 - **Délka:** 4 až 8 znaků
 - U hesel se rozlišují malá a velká písmena

5. Vyberte možnost **OK**. Pro nastavení úrovně přístupu nového uživatele se zobrazí následující obrazovka.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

01/10/2015 14:47

USER REGISTRATION

ACCESS **ON** OFF

USER **ADD** EDIT DEL

USER NAME user

PASSWORD ****

ACCESS LEVEL **1** 2 3 4

VALID/INVALID **VALID** INVALID

OK **CANCEL**


6. Vyberte číslo, které určuje úroveň přístupu.
- Funkce povolené pro jednotlivé úrovně přístupu naleznete v části **1.2 ID uživatele a úroveň přístupu**.
7. Vyberte možnost **OK**, čímž se vrátíte na obrazovku [USER REGISTRATION] (REGISTRACE UŽIVATELE).
Alternativně možnost **CANCEL** (ZRUŠIT), čímž se vrátíte na obrazovku [USER REGISTRATION] (REGISTRACE UŽIVATELE) bez uložení vstupních dat.
8. Uživatele lze zaregistrovat i po výběru možnosti **INVALID** (NEPLATNÝ), v seznamu uživatelů na obrazovce [LOGIN] (PŘIHLÁSIT SE) se však ID tohoto uživatele nezobrazí.

10.2.3 UPRAVIT

Na obrazovce [EDIT] (UPRAVIT) můžete změnit hesla, úrovně přístupu a [VALID/INVALID] (PLATNÝ/NEPLATNÝ) pro registrované uživatele. Můžete také znovu aktivovat uživatele, kteří byli deaktivováni z důvodu překročení počtu neplatných pokusů o zadání hesla.

1. Na obrazovce [USER REGISTRATION] (REGISTRACE UŽIVATELE) vyberte možnost **[EDIT]** (UPRAVIT). Pro výběr uživatele, kterého chcete upravit, se zobrazí následující obrazovka [USER LIST] (SEZNAM UŽIVATELŮ). Vyberte uživatele ze seznamu. Seznam [USER LIST] (SEZNAM UŽIVATELŮ) zobrazuje všechny uživatele včetně neplatných uživatelů.

SEZNAM UŽIVATELŮ



The screenshot shows a handheld device screen with the following elements:


- Header: **USER REGISTRATION**
- Status bar: HANDHELD BARCODE READER NOW OPERATABLE
- Timestamp: 01/10/2015 14:47
- Section Header: **SELECT USER.**
- User List:
 - user1
 - (Empty row)
 - (Empty row)
 - (Empty row)
 - (Empty row)
 - (Empty row)
- Bottom Button: **CANCEL**

Poznámka: Žádné úpravy nelze provádět u těchto uživatelů:

- System (Systém)
- Administrator (Administrátor)

2. Vyberte možnost **OK**. Zobrazí se následující obrazovka s žádostí o zadání hesla uživatele: Chcete-li provést úpravy, musíte změnit heslo upravovaného uživatele.

ÚPRAVA HESLA



[Plná klávesnice]


Poznámka: ID uživatele nelze změnit.

3. Při změně hesla zadejte **CLR**, čímž se vymaže aktuální heslo, a poté zadejte nové heslo (4 až 8 znaků z klávesnice). Zadávané znaky jsou nahrazeny hvězdičkami (*).
- **Platné znaky:** Všechny znaky zobrazené na klávesnici
 - **Délka:** 4 až 8 znaků
 - U hesel se rozlišují malá a velká písmena

Chcete-li znovu aktivovat uživatele, který byl deaktivován, na obrazovce [ACCESS MANAGEMENT] (ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU) vyberte možnost **VALID** (VALIDNÍ) (tlačítko [VALID] (VALIDNÍ) se zvýrazní).


4. Vyberte možnost **OK**. Pro nastavení úrovně přístupu uživatele se zobrazí následující obrazovka. Vyberte číslo (1 až 4).
- Funkce povolené pro jednotlivé úrovně přístupu naleznete v části **1.2 ID uživatele a úroveň přístupu**.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU



5. Po zadání zvolte **OK**, čímž uložíte změny a vrátíte se na obrazovku [SETUP/USER REGISTRATION] (NASTAVENÍ / REGISTRACE UŽIVATELE). Pokud jste heslo nezměnili nebo pokud bylo nové heslo použito jako heslo u posledních 3 hesel, změny se neuloží a na obrazovce se zobrazí varovná zpráva. Výběrem možnosti **OK** se vrátíte na obrazovku [SETUP/ACCESS MANAGEMENT] (NASTAVENÍ / ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU) a znovu zadáte nové heslo.

UPOZORNĚNÍ – JIŽ DŘÍVE POUŽITÉ HESLO




6. Uživatele lze zaregistrovat i po výběru možnosti **INVALID** (NEPLATNÝ), v seznamu uživatelů na obrazovce **[LOGIN]** (PŘIHLÁSIT SE) se však ID tohoto uživatele nezobrazí.

10.2.4 ODSTRANIT

Zde můžete odstranit registrovaného uživatele.

1. Na obrazovce **[USER REGISTRATION]** (REGISTRACE UŽIVATELE) vyberte možnost **DEL** (ODSTRANIT). Zobrazí se následující obrazovka **[USER LIST]** (SEZNAM UŽIVATELŮ): Vyberte uživatele, který má být odstraněn.

SEZNAM UŽIVATELŮ



USER REGISTRATION	
HANDHELD BARCODE READER NOW OPERATABLE	
10/01/2015 15:50	
SELECT USER.	
user1	
CANCEL	


2. Vyberte možnost **OK**. Zobrazí se potvrzovací zpráva pro odstranění uživatele. Výběrem možnosti **OK** uživatele odstraníte.

Poznámka: Nelze odstranit následující uživatele:

- System (Systém)
- Administrator (Administrátor)
- Aktuálně přihlášený uživatel


10.3 NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

Výběrem možnosti **INSTRUMENT SETTINGS** (NASTAVENÍ PŘÍSTROJE) na obrazovce [SETUP] (NASTAVENÍ) se zobrazí následující okno, kde můžete nastavit konfiguraci přístroje, oblast/datum a jazyk.



10.3.1 KONFIGURACE

1. Na obrazovce [INSTRUMENT SETTINGS] (NASTAVENÍ PŘÍSTROJE) vyberte možnost **CONFIG** (KONFIGURACE). Zobrazí se následující obrazovka [CONFIG] (KONFIGURACE):



TIMEOUT (ČASOVÝ LIMIT)

Je-li nastaven „TIMEOUT“ (ČASOVÝ LIMIT), přístroj po uplynutí určené doby bez jakékoli operace s přístrojem automaticky zobrazí obrazovku [LOG IN] (PŘIHLÁŠENÍ). (Tato funkce vyžaduje, aby řízení přístupu bylo nastaveno na hodnotu ON (ZAPNUTO).)

Po výběru vstupního pole se zobrazí číselná klávesnice pro zadání časového limitu. Zadejte počet minut a zvolte pro uložení.

- **Rozsah:** 0 až 999 minut

***Poznámka:** Pokud zadáte „0“, funkce časového limitu je deaktivována.*

VALID PASSWORD PERIOD (DOBA PLATNOSTI HESLA)

Pokud po nastavení doby platnosti hesla nedojde k jeho změně během nastaveného období, heslo a jeho uživatel budou deaktivováni. (Účinné pouze v případě, že řízení přístupu je nastaveno na ACCESS/ON (PŘÍSTUP AKTIVOVÁN).)

Vyberte pole VALID PASSWORD PERIOD (DOBA PLATNOSTI HESLA) a pomocí numerické klávesnice zadejte hodnotu v níže uvedeném rozsahu.

- **Rozsah:** 0 až 48 týdnů

***Poznámka:** Pokud nastavíte „0“ týdnů, doba platnosti hesla je deaktivována.*

ALLOWED PASSWORD ENTRIES (POVOLENÝ POČET POKUSŮ O ZADÁNÍ HESLA)

Pokud uživatel po nastavení povoleného počtu zadá nesprávně heslo vícekrát, než je povoleno, bude deaktivován. (Účinné pouze v případě, že řízení přístupu je nastaveno na ACCESS/ON (PŘÍSTUP AKTIVOVÁN))

Vyberte pole VALID PASSWORD ENTRY (POČET POKUSŮ PRO ZADÁNÍ PLATNÉHO HESLA) a pomocí numerické klávesnice zadejte hodnotu v níže uvedeném rozsahu.

- **Rozsah:** 0 až 10krát

***Poznámka:** Pokud počet pokusů nastavíte na „0“, funkce VALID PASSWORD ENTRY (POČET POKUSŮ PRO ZADÁNÍ PLATNÉHO HESLA) je deaktivována.*

- Deaktivovaní uživatelé se nezobrazí v seznamu uživatelů na obrazovce [LOGIN] (PŘIHLÁSIT SE).
- Chcete-li deaktivované uživatele znovu aktivovat, postupujte podle pokynů popsanych v části „10.2.3 UPRAVIT“.

REAGENT TYPE (TYP REAGENCIE)

Typy reagií se liší pro USA/EU a Japonsko.

Pro země mimo Japonsko vyberte .

***Poznámka:** Pokud je typ reagií nastaven nesprávně, test nelze provést.*

CLICK SOUND/ALARM (ZVUKOVÝ ALARM / ZVUK KLAPNUTÍ)

Výběrem možností ☐ ON (ZAPNUTO) nebo ☐ OFF (VYPNUTO) můžete zvolit, zvolit, zda se bude ozývat "CLICK SOUND" (KLAPNUTÍ) nebo „ALARM“ (ALARM).

PRINT (TISK)

Pro tisk výsledků po dokončení běhu vyberte možnost ☐ ON (ZAPNUTO) nebo ☐ OFF (VYPNUTO).

Poznámka: I když vyberete možnost ☐ OFF (VYPNUTO), systém PATHFAST bude stále tisknout varovné zprávy nebo data, když je vybráno tlačítko „PRINT“ (TISK).

2. Výběrem možnosti ☐ OK uložíte nastavení a vrátíte se na obrazovku [INSTRUMENT SETTINGS] (NASTAVENÍ PŘÍSTROJE).

10.3.2 OBLAST/DATUM

V této nabídce vyberte oblast, ve které je analyzátor PATHFAST provozován, a nastavte systémové datum a čas.

Upozornění: Analyzátor PATHFAST v USA musí být provozován tak, že v nastavení REGION (OBLAST) je vybráno ☐ USA.

1. Na obrazovce [INSTRUMENT SETTINGS] (NASTAVENÍ PŘÍSTROJE) vyberte možnost ☐ REGION/DATE (OBLAST/DATUM). Zobrazí se následující obrazovka [REGION/DATE] (OBLAST/DATUM):

OBLAST/DATUM

INSTRUMENT SETTINGS			
01/10/2015 12:21			
REGION/DATE			
REGION	USA <input checked="" type="button" value="EUR"/> JPN		
	DAY	MONTH	YEAR
DATE	01	10	2015
	HOUR	MIN	12/24H
TIME	12	21	<input checked="" type="button" value="24H"/>
OK CANCEL			

REGION (OBLAST)

Vyberte oblast, ve které je analyzátor PATHFAST používán. Podle výběru se změní pořadí formát roku, měsíce a data takto:

(Rok: R, Měsíc: M, Den: D)

USA: MM/DD/RRRR

EUR: DD/MM/RRRR

JPN: RRRR/MM/DD

DATE (DATUM)

Úprava systémového data. Datum zadejte pomocí numerické klávesnice výběrem jednotlivých polí.

TIME (ČAS)

Úprava systémového času. Čas zadejte pomocí numerické klávesnice výběrem jednotlivých polí. Pole 12/24H přepíná mezi 12hodinovým a 24hodinovým systémem. Výběrem pole změníte systém zobrazení času. Pokud je zvolen 12hodinový systém, zobrazí se tlačítko **AM/PM**.

- Po dokončení nastavení potřebných parametrů zvolte **OK**.


10.3.3 JAZYK

Vyberte jazyk, který se bude používat na obrazovce.

Poznámka: Na vestavěné tiskárně se používá pouze angličtina, i když je zvolen jiný jazyk.

Upozornění: Ujistěte se, že jste si vybrali jazyk, kterému rozumíte.


- Na obrazovce [INSTRUMENT SETTINGS] (NASTAVENÍ PŘÍSTROJE) vyberte možnost **LANGUAGE** (JAZYK). Zobrazí se následující obrazovka [LANGUAGE] (JAZYK):

JAZYK

- Vyberte jazyk (zvolený jazyk se zvýrazní). Vyberte možnost **OK**.

10.4 NASTAVENÍ TESTŮ

Na obrazovce [SETUP] (NASTAVENÍ) vyberte možnost **ASSAY SETTINGS** (NASTAVENÍ TESTŮ). Zobrazí se následující obrazovka, která umožňuje nastavit referenční hodnoty pro každý test, počet opakování kalibrátorů a čas pro upozornění na vypršení platnosti pro Cal/QC:



10.4.1 REFERENČNÍ INTERVAL


Přístroj umí označovat výsledky vzorků, které nespádají do nastavených referenčních rozsahů. Chcete-li výsledky označovat, musíte pro každý test nastavit hodnoty a typ značky.

Na obrazovkách [REFERENCE INTERVAL] (REFERENČNÍ INTERVAL) není při dodání přístroje uveden žádný název položky.

V továrním nastavení nelze nastavení pro [REFERENCE INTERVAL] (REFERENČNÍ INTERVAL) nastavit/změnit.

Zobrazí se pouze názvy položek, které byly načteny z karty [MC ENTRY CARD] na obrazovce [MC ENTRY] (ZADÁNÍ KALIBRACE).

1. Na obrazovce [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ) vyberte možnost **REFERENCE INTERVAL** (REFERENČNÍ INTERVAL). Zobrazí se následující obrazovka [REFERENCE INTERVAL] (REFERENČNÍ INTERVAL):

REFERENČNÍ INTERVAL

FLAG (OZNAČOVAT)

Vyberte možnost (ZAPNUTO) nebo (VYPNUTO).

ITEM (TEST)

Chcete-li nastavit referenční hodnoty, ze seznamu registrovaných testů, který se zobrazí po výběru vstupního pole, vyberte název testu.

FLAG TYPE (TYP ZNAČKY)

Vyberte možnost (KVANTITATIVNÍ) nebo (KVALITATIVNÍ).

LEVELS (ÚROVNĚ)

Vyberte čísla pro úrovně dolní a horní hodnoty referenčního rozsahu. Čísla se při výběru zvýrazní.

- Číslo úrovně pro hodnoty nižší než referenční rozsah kvalitativního testu je nastaveno na „1“.

2. Výběrem možnosti (HODNOTY) zobrazíte zadávací obrazovku referenčních hodnot v závislosti na počtu vybraných úrovní.

- (A) Pro „QUANTITATIVE“ (KVANTITATIVNÍ) výsledky je povoleno až 5 úrovní pro horní i mez.

KVANTITATIVNÍ REF. HODNOTA

Vyberte postupně jednotlivá pole a zadejte hodnotu na numerické klávesnici.

• **Rozsah: 0,000–999999,999**

***Poznámka:** Ujistěte se, že zadané hodnoty splňují tuto podmínku:*

$$5L < 4L < 3L < 2L < L < H < 2H < 3H < 4H < 5H$$

(B) Pro „QUALITATIVE“ (KVANTITATIVNÍ) výsledky lze nastavit až 5 horních mezí.

KVALITATIVNÍ REF. HODNOTA

Vyberte postupně jednotlivá pole a zadejte hodnotu na numerické klávesnici.

• **Rozsah: 0,000–999999,999**

***Poznámka:** Ujistěte se, že zadané hodnoty splňují tuto podmínku:*

$$- (NEG) \leq +/- (IND) \leq + (POS) < 2+ < 3+ < 4+ < 5+$$

- Pro kvalitativní testy můžete nastavit pásmo hraničních hodnot nastavením různých hodnot pro „- (NEG)“ a „+ (POS)“ a aktivací značky „+/- (IND)“.

Pokud pro obě hodnoty nastavíte stejné číslo, rozsah hraničního pásma.


3. Vyberte možnost **OK**, čímž se vrátíte na obrazovku [REFERENCE INTERVAL] (REFERENČNÍ INTERVAL).
4. Výběrem možnosti **OK** uložíte nastavení a vrátíte se na obrazovku [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ).
5. Kroky 1 až 4 podle potřeby zopakujte pro ostatní další testy.

10.4.2 REPLIKÁTY KALIBRACE

Na obrazovce [CAL REPLICATE] (REPLIKÁTY KALIBRACE) můžete nastavit výchozí počet opakování kalibrátorů použitých během testu CAL.

Při provádění kalibračního testu se následujícím postupem definují dráhy, do kterých se mají vložit kalibrátory.

1. Na obrazovce [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ) vyberte možnost **CAL REPLICATE** (REPLIKÁTY KALIBRACE). Zobrazí se následující obrazovka [CAL REPLICATE] (REPLIKÁTY KALIBRACE):



2. Vyberte **N=2** nebo **N=3**.
3. Výběrem možnosti **OK** uložíte změnu a vrátíte se na obrazovku [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ).

10.4.3 UPOZORNĚNÍ CAL/QC

Na obrazovce [CAL/QC ALERT] (UPOZORNĚNÍ CAL/QC) můžete nastavit čas, kdy má být uživatel informován o nutnosti provést kalibraci nebo kontrolu kvality (QC). Pokud do data plánované kalibrace nebo QC bude zbývat už jen zde nastavená lhůta, při spuštění systému se na obrazovce [REAGENT STATUS] (STAV REAGENCIÍ) zobrazí varovná zpráva nebo upozornění.

1. Na obrazovce [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ) vyberte možnost **CAL/QC ALERT** (UPOZORNĚNÍ CAL/QC). Zobrazí se následující obrazovka [CAL/QC ALERT] (UPOZORNĚNÍ CAL/QC):

UPOZORNĚNÍ CAL/QC

ASSAY SETTINGS

01/10/2015 14:47

CAL/QC ALERT

ENTER DAY(S)/HR(S) FOR NOTIFICATION
PRIOR TO CAL/QC EXPIRATION.
SET CAL AND QC RESPECTIVELY.

CAL: DAY(S) BEFORE
30 HR(S) BEFORE

QC: DAY(S) BEFORE
30 HR(S) BEFORE

OK CANCEL

2. Počet dnů nebo hodin zadejte pomocí numerické klávesnice, která se zobrazí po výběru pole DAY(S) (DNY) nebo HR(S) (HODINY). Nastavte buď dny nebo hodiny. Vybrané pole se zvýrazní s nastaveným číslem, druhé pole zůstane prázdné.

Nastavte čas zvlášť pro CAL a zvlášť pro QC.

- Rozsah může být 0–999 DNŮ
nebo 0–30 HODIN

*Poznámka: Nelze nastavit současně dny a hodiny.
Účinné číslo se zvýrazní.*


3. Výběrem možnosti **OK** uložíte nastavení a vrátíte se na obrazovku [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ).

10.4.4 VÝCHOZÍ Hct%

Nastavení výchozí hodnoty Hct% se používá k výpočtu korekce hematokritu u vzorku plné krve, pokud není k dispozici skutečná hodnota hematokritu pacienta.

1. Na obrazovce [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ) vyberte možnost [Hct% DEFAULT] (VÝCHOZÍ Hct%). Zobrazí se následující obrazovka [Hct% DEFAULT] (VÝCHOZÍ Hct%):

VÝCHOZÍ Hct%



2. Novou výchozí hodnotu zadejte pomocí numerické klávesnice, která se objeví po výběru zobrazovacího pole.
 - **Rozsah: 0,000–60,0 (počáteční nastavení: 40,0)**
3. Výběrem možnosti [OK] uložíte novou hodnotu a vrátíte se na obrazovku [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ).

10.4.5 C FAKTOR

Pokud chcete naměřenou hodnotu korigovat pomocí korelačních faktorů získaných s jinou metodou stanovení, zadejte C FAKTOR.

Na obrazovkách [C-FACTOR] (C FAKTOR) není při dodání přístroje uveden žádný název testu.

V továrním nastavení nelze nastavení pro [C-FACTOR] (C FAKTOR) nastavit/změnit.

Zobrazí se pouze názvy položek, které byly načteny z karty [MC ENTRY CARD] na obrazovce [MC ENTRY] (ZADÁNÍ KALIBRACE).

1. Na obrazovce [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ) vyberte možnost **C-FACTOR** (C FAKTOR). Zobrazí se následující obrazovka [C-FACTOR] (C FAKTOR):

C FAKTOR

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there's a blue header bar with 'ASSAY SETTINGS' in white. Below it, a grey bar shows the date and time '01/10/2015 12:18'. A blue bar below that contains 'C-FACTOR' in white. The main area has three rows: 'ITEM' with a text box containing 'cTnl', 'SLOPE' with a text box containing '1.0', and 'INTERCEPT' with a text box containing '0.0'. At the bottom, there are two buttons: a green 'OK' button and an orange 'CANCEL' button.

2. Vyberte test pro nastavení C faktoru ze seznamu zobrazeného výběrem zobrazovacího pole.

Korekční faktory SLOPE(a) (SKLON(a)) a INTERCEPT(b) (ÚSEK(b)) jsou definovány následující rovnicí:

$$Y = aX + b$$

Kde je

- Y: Korigovaná hodnota
- X: Naměřená hodnota PATHFAST
- a: Sklon regresní přímky
- b: Úsek regresní přímky na ose Y

SLOPE (SKLON)

Hodnotu zadejte pomocí numerické klávesnice, která se objeví po výběru jednotlivých zobrazovacích polí.

• **Rozsah:** -999999999–999999999

INTERCEPT (ÚSEK)

Hodnotu zadejte pomocí numerické klávesnice, která se objeví po výběru jednotlivých zobrazovacích polí.

- **Rozsah: -999999999–999999999**

3. Výběrem možnosti **OK** uložíte novou hodnotu a vrátíte se na obrazovku [ASSAY SETTINGS] (NASTAVENÍ TESTŮ).

10.5 BLOKOVÁNÍ QC

V této nabídce můžete aktivovat/deaktivovat funkci Blokování QC a nastavit referenční rozsahy jednotlivých úrovní QC.

- Podrobnosti o funkci Blokování QC jsou popsány v části **1.3 O funkci Blokování QC** v kapitole **1 O této příručce**.

Na obrazovkách [QC LOCKOUT] (BLOKOVÁNÍ QC) není při dodání přístroje uveden žádný název položky.

V továrním nastavení nelze nastavení pro [QC LOCKOUT] (BLOKOVÁNÍ QC) nastavit/změnit.

Zobrazí se pouze názvy položek, které byly načteny z karty [MC ENTRY CARD] na obrazovce [MC ENTRY] (ZADÁNÍ KALIBRACE).

1. Na obrazovce [SETUP] (NASTAVENÍ) vyberte možnost **QC LOCKOUT** (BLOKOVÁNÍ QC). Zobrazí se následující obrazovka [QC LOCKOUT] (BLOKOVÁNÍ QC):

BLOKOVÁNÍ QC

QC LEVEL	UPPER	LOWER
QC1	999999.999	-999999.999
QC2	999999.999	-999999.999
QC3	999999.999	-999999.999

Podmínky QC LOCKOUT (Blokování QC):

LOCKOUT (BLOKOVÁNÍ)

Výběrem možnosti ☐ ON (ZAPNUTO) funkci Blokování QC aktivujete, výběrem možnosti ☐ OFF (VYPNUTO) ji deaktivujete. Po výběru se tlačítko zvýrazní. Po výběru možnosti ☐ ON se zobrazí vstupní pole DAY(S) (DNY) a HR(S) (HODINY).

ITEM (POLOŽKA)

Vyberte test ze seznamu, který se objeví po výběru pole.

DAY(S)/HR(S) (DNY/HODINY)

Když je aktivována funkce Blokování QC, můžete nastavit období platnosti QC na dny nebo hodiny.

- **Rozsah:** DAY(S) (DNY): 1–999
HR(S) (HODINY): 1–30

*Poznámka: Nelze nastavit současně dny a hodiny.
Účinné číslo se zvýrazní.*

QC LEVEL (ÚROVEŇ QC)

Vyberte jednotlivé úrovně QC, u nichž se má kontrolovat doba použitelnosti. Po výběru se tlačítko zvýrazní.

UPPER / LOWER (HORNÍ / DOLNÍ)

Nastavuje horní nebo dolní hodnoty kontrolního rozsahu pro jednotlivé QC. Hodnotu zadejte pomocí numerické klávesnice, která se objeví po výběru zobrazovacího pole.

[Numerická klávesnice]

- **Rozsah:** -999999,999–999999,999

Poznámka: Ujistěte se, že horní hodnota je stejná nebo větší než dolní hodnota.


Tyto hodnoty se používají pro určení měřítka grafu QC.

2. Výběrem možnosti **OK** uložíte data a vrátíte se na obrazovku [SETUP] (NASTAVENÍ).

10.6 NASTAVENÍ LIS

V této nabídce zvolte, zda chcete komunikovat s hostitelským počítačem. Po aktivaci této funkce nastavíte parametry komunikace.

1. Na obrazovce [SETUP] (NASTAVENÍ) vyberte možnost **LIS SETTINGS** (NASTAVENÍ LIS). Zobrazí se následující obrazovka [LIS SETTINGS] (NASTAVENÍ LIS):



2. Výběrem možnosti **ON** (ZAPNUTO) funkci komunikace s hostitelským počítačem aktivujete, výběrem možnosti **OFF** (VYPNUTO) ji deaktivujete. Po výběru se tlačítko zvýrazní.
3. Pokud je vybrána možnost **ON**, zobrazí se tlačítka **ASTM** a **FIXED**. V závislosti na požadovaném režimu komunikace s hostitelským počítačem vyberte možnost **ASTM** nebo **FIXED**.

ASTM (ASTM)

Tento režim je určen pro komunikaci s hostitelem na základě specifikací rozhraní ASTM. V tomto režimu systém PATHFAST vyšle dotazovací zprávu do hostitelského počítače s použitím ID vzorku jako klíče. Po dokončení testu jsou výsledky testu automaticky odeslány do hostitelského počítače.

FIXED (PEVNÝ)

V tomto režimu odesílá systém PATHFAST výsledky testu automaticky do hostitelského počítače po dokončení testu, ale nepřijímá příkazy z hostitelského počítače.

4. V závislosti na zvoleném komunikačním režimu se zobrazí následující obrazovky. Pro obě obrazovky jsou níže tučným písmem uvedena výchozí nastavení. Po výběru zobrazovacího pole vyberte jednotlivé parametry ze seznamu.

[ASTM]

ASTM

LIS SETTINGS	
01/10/2015 14:47	
ASTM	
BAUD RATE	9600 bps
DATA BIT	8 bit
PARITY	NONE
STOP BIT	1 bit
BCC CHECK	ON
MODE	ASTM
DISP ID	SID
OK CANCEL	

- | | |
|--------------------------------------|---|
| BAUD RATE (RYCHLOST PŘENOSU): | 4 800, 9 600 , 19 200 bps |
| DATA BIT (DATOVÉ PRVKY): | 7, 8 bits |
| PARITY (PARITA): | DATA BIT=7: EVEN, ODD
(SUDÝ, LICHÝ)
DATA BIT=8: NONE (ŽÁDNÝ) |
| STOP BIT (ZÁVĚRNÝ PRVEK): | 1, 2 bit(s) |
| BCC CHECK (KONTROLA BCC): | ON (fixed) (pevný) |
| MODE (REŽIM): | ASTM (Fixed) (Pevný) |
| DISP ID: | SID , PID, PATIENT NAME
(SID , PID, JMÉNO PACIENTA) |
- Definuje položku, která se má zobrazit v oblasti SID na obrazovce [SAMPLE INFO] (INFO. O VZORKU).

[FIXED] (PEVNÝ)

FIXED (PEVNÝ)

LIS SETTINGS

01/10/2015 14:47

FIXED

BAUD RATE: 9600 bps

DATA BIT: 8 bit

PARITY: NONE

STOP BIT: 1 bit

BCC CHECK: ON

MODE: FIXED

OK CANCEL

BAUD RATE (RYCHLOST PŘENOSU):	4 800, 9 600 , 19 200 bps
DATA BIT (DATOVÉ PRVKY):	7, 8 bits
PARITY (PARITA):	DATA BIT=7: EVEN, ODD (SUDÝ, LICHÝ) DATA BIT=8: NONE (ŽÁDNÝ)
STOP BIT (ZÁVĚRNÝ PRVEK):	1, 2 bit(s)
BCC CHECK (KONTROLA BCC):	ON , OFF (ZAPNUTO/VYPNUTO)
MODE (REŽIM):	FIXED (Pevný)


5. Výběrem možnosti uložíte data a vrátíte se na obrazovku [SETUP] (NASTAVENÍ).
6. Aby bylo nové nastavení aktivní, restartujte systém PATHFAST.
Na obrazovce [ADMIN] (ADMINISTRÁTOR) vyberte možnost (VYPNUTÍ) a postupujte podle zobrazených hlášení.

11 ADMINISTRÁTOR (Úroveň přístupu: 1 a vyšší)

Tato kapitola popisuje postupy pro vypnutí přístroje, přepínání uživatelů, aktualizaci verze softwaru a kontrolu informací o přístroji.

11.1 Úvod

Administrátorské operace se spouštějí výběrem možnosti **ADMIN** (ADMINISTRÁTOR) v oblasti podnázvu. Zobrazí se následující obrazovka [ADMIN] (KONFIGURACE):



Na obrazovce [ADMIN] (ADMINISTRÁTOR) jsou k dispozici následující operace operace.

SHUT DOWN (VYPNUTÍ)

- Vypnutí napájení přístroje.

USER SWITCH (UŽIVATELSKÝ PŘEPÍNAČ)

- Přepnutí z aktuálního uživatele na jiného.

SYSTEM (SYSTÉM)

- Zobrazení protokolu uživatelů.
- Zobrazení systémového protokolu.
- Informace o přístroji.
- Samokontrola (Úroveň přístupu: 4)

FILE UTILITY (SOUBOROVÁ UTILITA) (Úroveň přístupu: 4)


- Aktualizace verze softwaru.
- Přidání nových parametrů testu.

11.2 VYPNUTÍ

Výběrem možnosti **SHUT DOWN** (VYPNUTÍ) vypnete přístroj.

1. Na obrazovce [ADMIN] (ADMINISTRÁTOR) vyberte možnost **SHUT DOWN** (VYPNUTÍ). Zobrazí se následující zpráva pro potvrzení vypnutí:

VYPNUTÍ 1




2. Výběrem možnosti **OK** vypnete napájení.
 - Pokud chcete vypnutí zrušit, výběrem možnosti **CANCEL** (ZRUŠIT) se vraťte na obrazovku [ADMIN] (ADMINISTRÁTOR).
3. Když se zobrazí zpráva „NOW YOU CAN TURN OFF THE POWER“ (NYNÍ MŮŽETE VYPNOUT NAPÁJENÍ), můžete bezpečně přesunout hlavní vypínač do polohy vypnuto.



Nevypínejte přístroj dříve, než se zobrazí zpráva „NOW YOU CAN TURN OFF THE POWER“ (NYNÍ MŮŽETE VYPNOUT NAPÁJENÍ).

VYPNUTÍ 2




11.3 PŘEPÍNÁNÍ UŽIVATELŮ

Pokud chcete změnit uživatele obsluhujícího přístroj, vyberte možnost **USER SWITCH** (PŘEPÍNÁNÍ UŽIVATELŮ). ID aktivního uživatele je vytištěno na výtisku výsledků testu.

1. Na obrazovce [ADMIN] (ADMINISTRÁTOR) vyberte možnost **USER SWITCH** (PŘEPÍNÁNÍ UŽIVATELŮ). Zobrazí se následující obrazovka [USER SWITCH] (PŘEPÍNÁNÍ UŽIVATELŮ):

PŘEPÍNÁNÍ UŽIVATELŮ




2. Vyberte nového uživatele ze seznamu, který se zobrazí po výběru zobrazovacího pole.
 - K načtení ID uživatele s čárovým kódem lze použít ruční čtečku čárových kódů.
3. Výběrem možnosti **OK** zobrazíte plnou klávesnici, kterou zadáte heslo uživatele. Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**, čímž se vrátíte na obrazovku [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ).

11.4 SYSTÉM

V této nabídce můžete zkontrolovat protokoly přístroje.

Na obrazovce [ADMIN] (ADMINISTRÁTOR) vyberte možnost **SYSTEM** (SYSTÉM). Zobrazí se následující obrazovka: Můžete vybrat možnost **USER LOG** (PROTOKOL UŽIVATELŮ), **SYSTEM LOG** (SYSTÉMOVÝ PROTOKOL), **INSTRUMENT INFO.** (INFO O PŘÍSTROJI.) nebo **SELF CHECK** (SAMOKONTROLA).



11.4.1 PROTOKOL UŽIVATELŮ

Do protokolu uživatelů se ukládají informace, jako je čas spuštění/vypnutí, čas spuštění/ukončení testu a čas provedených změn nastavení.

1. Na obrazovce [SYSTEM] (SYSTÉM) vyberte možnost **USER LOG** (PROTOKOL UŽIVATELŮ). Zobrazí se následující obrazovka [USER LOG] (PROTOKOL UŽIVATELŮ):

PROTOKOL UŽIVATELŮ

SYSTEM		
01/10/2015 17:27		
USER LOG		
20151001 17:26	A001	1/12 ↑ ↓
20151001 17:22	A002	
20151001 17:16	A001	
20151001 17:14	B004	
20151001 17:08	E006	
20151001 17:08	E005	
20151001 17:08	E004	
20151001 17:08	E003	
20151001 17:08	E002	
Time=20151001171611000> System StartUp		
BACK		

11.4.2 SYSTÉMOVÝ PROTOKOL

Do systémového protokolu se ukládají chyby zjištěné během provozu.

1. Na obrazovce [SYSTEM] (SYSTÉM) vyberte možnost [SYSTEM LOG] (SYSTÉMOVÝ PROTOKOL). Zobrazí se následující obrazovka [SYSTEM LOG] (SYSTÉMOVÝ PROTOKOL):

SYSTÉMOVÝ PROTOKOL

SYSTEM		
01/10/2015 18:10		
SYSTEM LOG		
20151001 18:08	H0351	
20151001 18:07	H0351	
20151001 18:06	H0351	
BACK		

Obsah této obrazovky můžete potřebovat zkontrolovat a nahlásit při řešení problémů nebo při rozhovoru se servisním specialistou.

11.4.3 INFO O PŘÍSTROJI

Sériové číslo přístroje (S/N) a číslo verze programu se zobrazí na obrazovce [INSTRUMENT INFO.] (INFO O PŘÍSTROJI).

1. Na obrazovce [SYSTEM] (SYSTÉM) vyberte možnost **INSTRUMENT INFO.** (INFO O PŘÍSTROJI). Zobrazí se následující obrazovka [INSTRUMENT INFO.] (INFO O PŘÍSTROJI):


INFO O PŘÍSTROJI

ADMIN	
05/01/2022 17:27	
INSTRUMENT INFO.	
SERIAL NUMBER	: 1511D2600
PROGRAM VERSION	: 4.1.1
BACK PRINT	

11.4.4 SAMOKONTROLA (Úroveň přístupu: 4)

„SELF CHECK“ (SAMOKONTROLA) umožňuje provádět a nastavovat parametry pomocí funkce Selfcheck. Proces Selfcheck je možné provést také ručně.


1. Na obrazovce [SYSTEM] (SYSTÉM) vyberte možnost **SELF CHECK** (SAMOKONTROLA). Zobrazí se následující obrazovka [EXECUTE] (PROVEDENÍ):

PROVEDENÍ

Před provedením funkce Selfcheck zkontrolujte, zda v nádobce na odpadní špičky a v otvorech držáku špiček přístroje PATHFAST nezůstaly žádné použité špičky, a zcela zavřete přední kryt. V tiskárně také připravte roli papíru.

Stisknutím tlačítka „“ zahájíte proces vlastní samokontroly.

Stisknutím tlačítka „“ zrušíte provádění vlastní samokontroly na níže uvedené obrazovce.

ZRUŠENÍ SAMOKONTROLY

Výsledky se zobrazí na obrazovce jako protokol společně s datem tisku na tiskárně. U každé kontrolní položky se zobrazí „OK“ (V POŘÁDKU) nebo „NG“ (NENÍ V POŘÁDKU), aby bylo zřejmé, u které položky byl zjištěn problém. V případech, kdy je uvedeno „NG“, kontaktujte naše zástupce.

- Na obrazovce [EXECUTE] (PROVEDENÍ) vyberte tlačítko [SETTING] (NASTAVENÍ). Zobrazí se následující obrazovka [SETTING] (NASTAVENÍ):

NASTAVENÍ

Pro funkci [LOCKOUT] (BLOKOVÁNÍ) lze zvolit [ON] (ZAPNUTO) nebo [OFF] (VYPNUTO) (výchozí nastavení: OFF). Pokud je [LOCKOUT] (BLOKOVÁNÍ) nastaveno na [ON] (ZAPNUTO) a po dokončení samokontroly je zjištěn jakýkoli problém, zobrazí se přeškrtnuté startovací tlačítko a od té chvíle není povolen žádný test (režim uzamčení). V takovém případě spusťte samokontrolu znovu.

ASSAY/HOME (Lockout) (TEST/DOMŮ (Blokování))

Také pro funkci [AUTO] lze zvolit [ON] nebo [OFF] (výchozí nastavení: OFF). Pokud je [AUTO] nastaveno na [ON], proces samokontroly se provádí automaticky v nastavených intervalech. Intervaly lze nastavit na zvolený čas a den v týdnu. Lze vybrat i více dnů v týdnu.

Mějme na paměti, že automatická samokontrola se za určitých podmínek neprovede zahřívání přístroje, přihlášení, komunikace s hostitelem, indikace chyby atd.

Pokud automatická autokontrola neproběhla a položka [LOCKOUT] (BLOKOVÁNÍ) je nastavena na [ON], zobrazí se přeškrtnuté startovací tlačítko a od té chvíle není povolen žádný test (režim uzamčení). V takovém případě spusťte samokontrolu znovu.

Doporučujeme také nastavit automatickou samokontrolu na dobu, kdy přístroj nebudete používat.

3. Na obrazovce [EXECUTE] (PROVEDENÍ) vyberte tlačítko [LOG] (PROTOKOL). Zobrazí se následující obrazovka [LOG CHECK] (KONTROLA PROTOKOLU):

PROTOKOL SAMOTESTOVÁNÍ



Na výše uvedené obrazovce lze zkontrolovat a vytisknout výsledky samokontrol provedených v minulosti. Po výběru položky na obrazovce se ve spodní části obrazovky zobrazí podrobné informace o vybraném protokolu.

11.5 SOUBOROVÁ UTILITA (Úroveň přístupu: 4)

11.5.1 SOUBOROVÁ UTILITA


[FILE UTILITY] (SOUBOROVÁ UTILITA) je funkce pro aktualizaci softwaru systému PATHFAST.

Tento upgrade může být zapotřebí v následujících případech.

- Aktualizace programu pro řešení problémů nebo přidání funkcí
- Přidání nových testů


Poznámka) Až bude připravena, o aktualizaci softwaru systému PATHFAST a jejím postupu vás bude informovat zástupce značky PATHFAST.

1. Na obrazovce [ADMIN] (ADMINISTRÁTOR) vyberte možnost **FILE UTILITY** (SOUBOROVÁ UTILITA). Zobrazí se následující obrazovka [FILE UTILITY] (SOUBOROVÁ UTILITA):




2. Vyberete-li možnost **UPGRADE** (AKTUALIZACE), zobrazí se následující obrazovka [UPGRADE] (AKTUALIZACE). Chcete-li spustit aktualizaci softwaru, v navigační oblasti zvolte tlačítko **START** (SPUŠTĚNÍ).

Poznámka: Zálohování dat nelze zrušit, dokud není dokončeno.




3. Během zálohování dat a po jeho dokončení se na obrazovce zobrazí následující zprávy.




Když se na obrazovce zobrazí výše uvedená zpráva, vypněte přístroj. Viz postup popsáný v části **11.2 VYPNUTÍ** v této kapitole.

4. Když je přístroj vypnutý, odpojte ruční čtečku čárových kódů od přístroje a vložte do ní dodaný flash disk.
5. Zapněte napájení přístroje.

Na displeji se zobrazí následující zpráva s dotazem, zda chcete pokračovat v aktualizaci softwaru. Chcete-li pokračovat, vyberte možnost **OK**.



6. Po výběru možnosti **OK** se zobrazí následující obrazovky.




7. Po dokončení postupu vypnutí vyjměte flash disk, připojte ruční čtečku čárových kódů a zapněte napájení přístroje. Potvrďte aktualizaci verze softwaru postupným stisknutím **ADMIN** (ADMINISTRÁTOR), **SYSTEM** (SYSTÉM) a **INSTRUMENT INFO.** (INFO O PŘÍSTROJI).

11.5.2 NOVÁ REGISTRACE

Na obrazovce [NEW REGISTRATION] (NOVÁ REGISTRACE) můžete přidat parametry testů pro nové testovací reagentie, aniž byste museli aktualizovat systémový program.

K provedení tohoto úkolu budete potřebovat „ITEM PARAMETER DATA SHEET“ (DATOVÝ LIST PARAMETRŮ POLOŽEK) a ruční čtečku čárových kódů.



The form is titled "[ITEM PARAMETER DATA SHEET]". It features a black header box with "PATHFAST XXXXXX" in white. Below this, it says "ITEM No:XX" and "Item Parameter Ver : xxxxxxxxxxxx". The main body of the form is a rounded rectangle containing five numbered circles (1 to 5), each followed by a barcode. At the bottom right of the form, it says "PHC Corporation".

Pokud bude vydána nová testovací reagentie, poskytneme vám „ITEM PARAMETER DATA SHEET“ (DATOVÝ LIST PARAMETRŮ POLOŽEK).


1. Při výběru možnosti **NEW REGISTRATION** (NOVÁ REGISTRACE) na obrazovce [FILE UTILITY] (SOUBOROVÁ UTILITA) se zobrazí následující varovné hlášení.

NOVÁ REGISTRACE 1



2. Zvolte **OK** a na obrazovce [NEW REGISTRATION] (NOVÁ REGISTRACE) vyberte možnost **ADDING ITEM PARAMETERS** (PŘIDÁNÍ PARAMETRŮ POLOŽEK), čímž se zobrazí obrazovka [ADDING ITEM PARAMETERS] (PŘIDÁNÍ PARAMETRŮ POLOŽEK).

NOVÁ REGISTRACE 2



PŘIDÁNÍ PARAMETRŮ POLOŽEK 1

NEW REGISTRATION

HANDHELD BARCODE READER NOW OPERATABLE

01/10/2015 17:53

ADDING ITEM PARAMETERS

READ BAR-CODE DATA IN "ITEM
PARAMETER DATA SHEET" USING A
HANDHELD BAR-CODE READER.

0 %

1

READ BAR-CODE OF NO.1

ABORT

3. Podle pokynů na obrazovce načtěte pomocí ruční čtečky čárových kódů informace z „ITEM PARAMETER DATA SHEET“ (DATOVÝ LIST PARAMETRŮ POLOŽEK).

PŘIDÁNÍ PARAMETRŮ POLOŽEK 2

NEW REGISTRATION

HANDHELD BARCODE READER NOW OPERATABLE

01/10/2015 17:34

ADDING ITEM PARAMETERS

READ BAR-CODE DATA IN "ITEM
PARAMETER DATA SHEET" USING A
HANDHELD BAR-CODE READER.

17 %


1 / 6

READ BAR-CODE OF NO.2

ABORT

4. Po dokončení načtení informací z čárového kódu se zobrazí potvrzovací obrazovka pro přidání parametru položky. Výběrem možnosti **OK** dokončete načtení.

PŘIDÁNÍ PARAMETRŮ POLOŽEK 3



5. Tím se dostanete na obrazovku [ADDING ITEM PARAMETERS] (PŘIDÁNÍ PARAMETRŮ POLOŽEK). Pokud jste přidali všechny položky, výběrem možnosti **SHUT DOWN** (VYPNUTÍ) restartujte systém PATHFAST.


12 Analýza vzorku na pokyn z externího počítače (Úroveň přístupu: 1 a vyšší)

V této kapitole je uveden postup pro analýzu vzorků pacientů přijímáním příkazů z hostitelského počítače prostřednictvím dotazovací operace s použitím SID (ID vzorku) jako indexovacího klíče. Informace o přípravě na spuštění testu naleznete v kapitole **5 Příprava na test a základní obsluha**.

12.1 Kontrola platnosti CAL a QC

1. Zkontrolujte, zda kalibrační data a QC jsou platné pro všechny testy zaregistrované na obrazovce [CAL/QC STATUS] (STAV CAL/QC). Na obrazovce [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) vyberte položku testu. (Tento krok se nevyžaduje pro QC, pokud je funkce Blokování QC Test.)

STAV CAL/QC (STAV KALIBRACE / KONTROLY KVALITY)



***Poznámka:** U položek testu bez platných údajů o kalibraci nebo kontrole kvality se po spuštění testu zobrazí chybové hlášení. Chcete-li pokračovat v provádění testu, odstraňte objednávku pro danou dráhu. Před provedením testu vzorku pacienta proveďte test CAL a/nebo QC. Před přijetím objednávek z hostitelského počítače doporučujeme zkontrolovat platnost kalibrace a kontroly kvality u všech registrovaných testů.*


12.2 Získání informací o vzorku

Informace o vzorku se získávají dotazem na hostitelský počítač s použitím ID vzorku (SID) jako klíče. Níže uvedený postup popisuje, jak získat objednávky a další informace pro vzorky pacientů.


System PATHFAST může obdržet následující informace o vzorku.

- ID pacienta
- Jméno pacienta
- Datum narození (Na obrazovce PATHFAST se nezobrazuje)
- Pohlaví (Na obrazovce PATHFAST se nezobrazuje)
- Čísla položek testů (Na obrazovce PATHFAST se zobrazí jako Test)

1. Tlačítko **QUERY** (DOTAZ) se zobrazuje v navigační oblasti vpravo na obrazovce [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ).
 - Toto tlačítko se zobrazí pouze v případě, že je jako režim komunikace s hostitelským počítačem zvolen ASTM.



2. Po výběru možnosti **QUERY** (DOTAZ) se zobrazí následující obrazovka [QUERY1] (DOTAZ1).



3. Načtete čárový kód vzorku, čímž zjistíte ID vzorku.




[Čtení pomocí ruční čtečky čárových kódů]

4. Když čtečka nemůže přečíst čárový kód nebo když chcete SID zadat ručně, vyberte pole SID, čímž se zobrazí plná klávesnice.


[Plná klávesnice]

- Délka 1–20 znaků z plné klávesnice, lze použít všechna písmena včetně mezery.

5. Na obrazovce klávesnice zvolte **OK** a zobrazí se následující potvrzovací zpráva.



6. Po přijetí informací o vzorku z hostitelského počítače se automaticky zobrazí následující obrazovka. Na obrazovce [SAMPLE INFORMATION 1] (INFORMACE O VZORKU 1) jsou položky testů a SID nebo předdefinované informace o pacientovi přiřazeny ke každé dostupné dráze v pořadí, v jakém byly přijaty.




Upozornění: Při příjmu objednávek z hostitelského počítače je každý test přiřazen přiřazena k dráze, jak je znázorněno na výše uvedené obrazovce. Reagenční kazety a vzorky pacientů musí být nastaveny tak, aby odpovídaly určené dráze.


- Na výše uvedené obrazovce můžete určit, které informace se mají zobrazit v poli **ID**. Podrobnosti naleznete v části **10.6 NASTAVENÍ LIS** v kapitole **10 NASTAVENÍ**.

- SID (ID vzorku)
- PID (ID pacienta)
- Jméno pacienta

7. Objednávky mohou obsahovat kombinaci testů, které nelze provést současně. U analyzátoru PATHFAST musí být reagentie použity v souladu s protokolem stanoveným pro každou reagentii. Testy se stejným protokolem lze provádět současně. Pokud je však třeba provést testy s použitím různých protokolů, musí být tyto testy provedeny odděleně.



8. Pokud objednávky přijaté z hostitelského počítače obsahují kombinaci testů, které nelze provést současně, PATHFAST je seskupí podle protokolu a zobrazí skupiny testů.



9. Pokud vyberete skupinu, která má být testována jako první, a zvolíte **OK**, zobrazí systém PATHFAST na obrazovce [SAMPLE INFORMATION 2] (INFORMACE O VZORKU 2) zprávu s oznámením, že jsou testy rezervovány v systému.

VYBRAT POLOŽKU.2

ASSAY/HOME
THESE ITEMS CAN NOT BE ASSAYED TOGETHER
01/10/2015 15:23
SELECT ITEM.

cTnl
Myo
CK-MB
TAT

OK

INFORMACE O VZORKU 2

SAMPLE
PUSH START BUTTON TO ASSAY.
01/10/2015 17:27
▶ CHECK SETUP ADMIN
REAGENT STATUS SAMPLE INFO.

LANE 1	cTnl 0010807	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 2	Myo 0010807	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 3	CK-MB 0010807	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 4		PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 5		PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 6		PATIENT	Hct% 40.0%

10. Testy, které nebyly vybrány, se uloží do vnitřní paměti jako rezervované testy, které budou provedeny jako další, a po dokončení první skupiny testů se tyto uložené testy zobrazí na drahách obrazovky [SAMPLE INFORMATION 3] (INFORMACE O VZORKU 3).

DOKONČENÍ PRVNÍCH TESTŮ

SAMPLE
ASSAY COMPLETED.
01/10/2015 18:12
ASSAY CHECK ▶
REAGENT STATUS SAMPLE INFO.

LANE 1	cTnl 0010807	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 2	Myo 0010807	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 3	CK-MB 0010807	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 4		NOT USED	
LANE 5		NOT USED	
LANE 6		NOT USED	

INFORMACE O VZORKU 3

SAMPLE
PUSH START BUTTON TO ASSAY.
01/10/2015 18:22
▶ CHECK SETUP ADMIN
REAGENT STATUS SAMPLE INFO.

LANE 1	TAT 0010807	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 2		PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 3		PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 4		PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 5		PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 6		PATIENT	Hct% 40.0%

- Pokud paměť obsahuje více než jednu skupinu testů, zobrazí se znovu obrazovka [SELECT ITEM 1] (VYBRAT POLOŽKU 1) a vy můžete vybrat skupinu pro další test.

11. Pokud je na obrazovce [SAMPLE INFORMATION 2] (INFORMACE O VZORKU 2) nevyužitá dráha, můžete z hostitelského počítače přijmout objednávku na další vzorek.

Výběrem možnosti **REAGENT STATUS** (STAV REAGENCIÍ) přejděte na obrazovku [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ) a opakujte výše uvedené kroky 1 až 9.

- Pokud existuje kombinace testů, které nelze provést současně, přidají se prázdné dráhy pro počet testů v dříve vybrané skupině. Ostatní testy se ukládají do vnitřní paměti podle protokolu.

12. Pokud nejsou přijaty žádné objednávky nebo je z hostitelského počítače přijato příliš mnoho objednávek, zobrazí se na obrazovce následující zprávy.

- Pokud neobdržíte žádné objednávky
[NO ORDERS RECEIVED. CHECK SID.]
(NEOBDRŽENY ŽÁDNÉ OBJEDNÁVKY. ZKONTROLUJTE SID.)
- Pokud je přijato příliš mnoho objednávek
[EXCEED CAPABLE TEST NUMBERS. ASSAY THIS SAMPLE IN NEXT]
(PŘEKRAČENA TESTOVACÍ KAPACITA. TEST TOHOTO VZORKU PŘÍŠTĚ)

- Testy překračující kapacitu se uloží do vnitřní paměti.

Kromě toho se v případě zjištění chyby v komunikaci s hostitelem na obrazovce zobrazí odpovídající chybová hlášení a chybové kódy. Další informace naleznete v části **14.4 Chybové zprávy**.

13. Po ukončení příjmu objednávek z hostitelského počítače zkontrolujte informace o objednavce každého vzorku na obrazovce [SAMPLE INFORMATION] (INFORMACE O VZORKU). Chcete-li zkontrolovat podrobnosti o jednotlivých drahách, vyberte položku **LANE NO.** (DRÁHA Č.) a zobrazí se obrazovka [EDIT INFORMATION] (ÚPRAVA INFORMACÍ).

ÚPRAVA INFORMACÍ

SAMPLE	
HANDHELD BARCODE READER NOW OPERATABLE	
01/10/2015 19:31	
SAMPLE INFO.	
ITEM	cTnl
LANE 1 LOT	
SAMPLE	PATIENT
TYPE	WHOLE BLOOD
Hct%	40.0
SID	00228411303
PID	99999991
PATIENT NAME	William. Ford
DEL OK CANCEL	

14. Výběrem možnosti **DEL** (ODSTRANIT) odstraníte informace o vzorku. Obdržíte následující potvrzovací zprávu: „DELETE LANE INFORMATION?“ (ODSTRANIT INFORMACE O DRÁŽE?)
Výběrem možnosti **OK** odstraníte informace o vzorku pacienta. Odstranění informací můžete ověřit na obrazovce [SAMPLE INFORMATION] (INFORMACE O VZORKU).
- Pokud vnitřní paměť obsahuje rezervace pro stejné testy jako skupina v odstraněné objednávce, budou rezervované položky testů automaticky přiřazeny ke stejným drahám.
15. Chcete-li upravit hodnotu hematokritu pro vzorek, vyberte zobrazovací pole Hct% a zadejte hodnotu na numerické klávesnici.
- **Rozsah: 0,000–60,0 (počáteční hodnota: 40,0)**
 - Pokud vzorek není rozpoznán jako plná krev, hodnota Hct% je skrytá.

Upozornění: SID dráhy nemusíte upravovat pomocí hostitelského počítače.


16. Stejný postup proveďte u všech ostatních vzorků plné krve.
17. Po ověření všech informací se vraťte na obrazovku [SAMPLE INFORMATION] (INFORMACE O VZORKU) a připravte se na spuštění testu.

12.3 Příprava přístroje a vzorků

12.3.1 Příprava nádoby na odpadní špičky (PATHFAST WASTE BOX)

Před přípravou vzorků a reagensů zkontrolujte, zda v nádobce na odpadní špičky nezůstaly nějaké použité špičky. V případě potřeby nádobku vyjměte a použité špičky vyhoďte. Nádobku na odpadní špičky znovu připravte.

Poznámka: *Nádobku na odpadní špičky vyměňujte po každých 20 sériích měření nebo každý týden.*



[Příprava nádoby na odpadní špičky]

12.3.2 Příprava vzorků

Typy vzorků (plná krev, plazma nebo sérum), antikoagulancia a objem vzorku závisí na testu. Podrobnosti naleznete v příbalovém letáku příslušné reagentie.

Při odběru vzorků a manipulaci s nimi dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny.

12.3.3 Příprava reagenčních kazet a jejich vsazení do analyzátoru PATHFAST


Při přípravě reagenčních kazet pro testování postupujte podle níže uvedených bezpečnostních pokynů.

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, abyste zabránili expozici reagensům a vzorkům.
- Testy provádějte krátce po vyjmutí reagenčních kazet z chladničky. Reagenční kazety nenechávejte delší dobu bez chlazení.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny popsané v příslušných příbalových informacích.

1. Reagenční kazety vyjměte z chladničky. Potřebné reagenční kazety vložte do slotů zásobníku na reagenční kazety a pevně je zatlačte na místo.


Aby se zabránilo chybným výsledkům, je třeba dodržovat následující opatření:

- Při manipulaci s reagenční kazetou ji držte za okraj. Nedotýkejte se hliníkového těsnění a jamky pro detekci.
- Dejte pozor, aby se foukáním nedostaly do detekční jamky sliny.
- Nepoužívejte reagenční kazety, které spadly na zem.
- Před testováním odstraňte bublinky z jamek reagenční kazety a kapalinu uvnitř na hliníkovém těsnění jemným poklepáním kazetou o rovný povrch.



[Vložení reagenční kazety do zásobníku na reagenční kazety]

2. Pomocí pipety nebo kapátka dávkuje vzorek do jamky pro vzorek v reagenční kazetě a jamku naplňte až po rysku. Před provedením testu odstraňte případné bubliny.




Jamky pro
vzorek

[Dávkování vzorků do jamek pro vzorky]

Upozornění: Při příjmu objednávek z hostitelského počítače je každá kazeta testu přiřazena k dráze, jak je znázorněno na výše uvedeném obrazovce. Reagenční kazety a vzorky pacientů musí být nastaveny tak, aby odpovídaly určené dráze.

3. Otevřete přední kryt přístroje a správně zasuněte zásobník s reagenčními kazetami na místo.



[Vsazení zásobníku na reagenční kazety]

12.3.4 Vsazení jednorázových špiček (PATHFAST TIP)

Používejte pouze jednorázové špičky určené pro analyzátor PATHFAST.



[PATHFAST TIP]

1. Vyměňte nové jednorázové špičky z krabičky a zasuněte je do otvorů držáku špiček v přístroji PATHFAST pro dráhy, do kterých jsou vsazeny reagenční kazety. Dejte pozor, aby konce špiček nebyly znečištěné nebo poškozené.



[Vsazení ŠPIČEK PATHFAST]

2. Po dokončení vsazování jednorázových špiček do držáku špiček zcela zavřete přední kryt.



[Zavírání předního krytu]

12.4 Spuštění testu a dokončení testu

12.4.1 Spuštění testu

1. Stisknutím tlačítka „“ v oblasti podnázvu na obrazovce spustíte test.

Poznámka:

- Po dokončení přípravy testu spustíte neprodleně testování.
- Na získaný výsledek může mít negativní vliv srážení krevních buněk ve vzorku plné krve nebo odpařování vzorku.

Před spuštěním vlastního testu provede PATHFAST několik kontrol. V případě zjištění neobvyklého stavu se zobrazí chybové hlášení. Zůstaňte v blízkosti analyzátoru, abyste v případě potřeby mohli provést příslušné úkony podle zobrazeného hlášení. Další informace o chybových hlášeních naleznete v kapitole **14 Odstraňování závad**.

2. Při provádění testu se zobrazí následující obrazovka.

TESTOVÁNÍ VZORKU

DRÁHA Č.

Název testu

ID VZORKU

Tlačítko Stop

Typ vzorku

SAMPLE			
ASSAYING... COMPLETE IN 15 MIN			
01/10/2015 19:31			
ASSAY		CHECK	
REAGENT STATUS		SAMPLE INFO.	
LANE 1	cTnI 201112190001	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 2	cTnI 201112190002	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 3	cTnI 201112190003	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 4	cTnI 201112190004	PATIENT	Hct% 40.0%
LANE 5	NOT USED		
LANE 6	NOT USED		

- Po spuštění testu analyzátor PATHFAST zkontroluje reagenční kazety, typ testu a typ vzorku (plná krev nebo jiný typ) pro každou dráhu a zobrazí informace na výše uvedené obrazovce. Pokud vzorek není rozpoznán jako plná krev, Hct% se pro tento vzorek nezobrazí.
- Chcete-li zrušit test QC po jeho spuštění, vyberte tlačítko „“ v oblasti nabídky na obrazovce. Zobrazí se potvrzovací zpráva.

3. Informace o vzorku lze upravit po spuštění testu.

Na obrazovce [SAMPLE INFORMATION] (INFORMACE O VZORKU) vyberte položku [LANE NO.] (DRÁHA Č.) a postupujte podle kroků 2 až 6 v části **6.2 Úprava informací o vzorku**.

Upozornění: SID dráhy nemusíte upravovat pomocí hostitelského počítače.

Poznámka: Úpravy informací o vzorku dokončete, než test doběhne.

Pokud necháte obrazovku [EDIT INFORMATION] (ÚPRAVA INFORMACÍ) otevřenou, naměřené výsledky se nevytisknou. Přístroj zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete pokračovat v úpravách informací, nebo ne. Postupujte podle zobrazených pokynů.

12.4.2 Výstup výsledků

Po dokončení testu se naměřené výsledky vytisknou na vestavěné tiskárně a zobrazí se obrazovka [ASSAY/HOME] (TEST/DOMŮ).

***Poznámka:** Pokud je přístroj nastaven na odesílání výsledků do externího počítače, jsou výsledky před tiskem odeslány do externího počítače.*

Následuje tisk pro jednotlivé vzorky

Printed Data	Popis

DATE: 10/01/2022 14:55	←Čas zahájení testu
SAMPLE ID: 202201100011	←ID vzorku
LANE: 1	←Dráha č.
cTnl	←Test
0,058 ng/ml	←Výsledek s jednotkou
REMARK: DF	←Poznámky oddělené čárkou*
TYPE: WB (40.0%)	←Typ vzorku
SAMPLE: PATIENT	←Vzorek (Pacient)
PATIENT ID: A1300901	←ID pacienta
PATIENT NAME: John K. Washington	} Informace o pacientovi (jméno, Datum narození, pohlaví) z hostitelského počítače
BIRTH DATE: 12/12/1965	
PATIENT SEX: M	
INSTRUMENT SERIAL: 1511D2600	←Sériové číslo přístroje
PROGRAM VERSION: 4.1.1	←Verze programu
OPERATOR ID:USER1	←ID uživatele
REAGENT LOT: 1012210243	←Číslo šarže reagentie
CALIBRATED ON: 04/01/2022	←Datum kalibrace

12.4.3 Likvidace použitých reagenčních kazet a špiček


1. Likvidace použitých špiček:

Vyjměte z přístroje nádobku na odpadní špičky a použité špičky zlikvidujte.

Při likvidaci použitých špiček dodržujte místní pokyny pro manipulaci.

Po vyhození špiček vraťte odpadní nádobku na své místo.

Poznámka: Nádobku na odpadní špičky vyměňujte po každých 20 sériích měření nebo každý týden.



[Nádobka na odpadní špičky]

2. Likvidace použitých reagenčních kazet:

Vyjměte zásobník na reagenční kazety z přístroje a z něho vyjměte použité kazety. Dejte pozor, aby kapalina z kazet neukápla nebo nevystříkla. Při likvidaci reagenčních kazet dodržujte místní pokyny.

13 Údržba

V této kapitole jsou popsány postupy pravidelné údržby a výměny spotřebního materiálu. Údržbu provádějte při vypnutém přístroji a s vhodnými osobními ochrannými pomůckami (rukavice, brýle, laboratorní plášť atd.).

Přístroj, příslušenství a jednorázové pomůcky udržujte v čistotě. Provedenou údržbu si zaznamenávejte do formuláře uvedeného v této příručce.

Přístroj PATHFAST (např. povrch plošiny) čistěte postupem uvedeným v části „**13.1.1 Týdenní údržba**“ a „**13.1.2 Měsíční údržba**“.

Pro čištění přístroje PATHFAST používejte pouze čisticí prostředky uvedené v části „**13 Údržba**“. Chcete-li používat čisticí prostředky, které nejsou uvedeny v části „**13 Údržba**“, obraťte se na obchodního zástupce značky PATHFAST.

Pokud váš přístroj PATHFAST vyžaduje opravu nebo likvidaci, obraťte se na svého zástupce pro výrobky PATHFAST. Před opravou nebo likvidací přístroj PATHFAST vyčistěte podle postupu v části „**13.1 Uživatelská údržba**“.


13.1 Uživatelská údržba

13.1.1 Týdenní údržba


- 1) Výměna nádobky na odpadní špičky
Vyměňujte ji po každých 20 sériích měření nebo jednou týdně, podle toho, co nastane dříve.
- 2) Čištění zásobníku na reagenční kazety
Zásobník otírejte gázou napuštěnou antiseptickým přípravkem – ethanolem.
- 3) Čištění povrchu plošiny
Povrch otírejte gázou napuštěnou antiseptickým přípravkem – ethanolem..



[Nádobka na odpadní špičky]



[Zásobník na reagenční kazety]



13.1.2 Měsíční údržba

Měsíčně provádějte následující úkony:

1) Čistění vnější části přístroje

Vnější stranu přístroje otřete gázou navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem (ne příliš, aby neodkapával).


Poznámka: *Dbejte na to, aby se čisticí prostředek nedostal do přístroje.*

2) Čistění okrajů propichovacích trysek

Pomocí gázy navlhčené antiseptickým ethanolem (ne příliš, aby neodkapával) lehce otřete okraje propichovacích trysek, jednu tryšku po druhé. Hrany trysky jsou velmi ostré, dbejte zvýšené opatrnosti. Abyste zabránili znečištění okraje trysky, nedotýkejte se jí rukou bez rukavic.

3) Čistění držáku špiček

Povrch držáku špiček otírejte gázou navlhčenou antiseptickým ethanolem (ne příliš, aby neodkapával). K vyčištění vnitřku otvoru trysky používejte vatový tampon omotaný gázou navlhčenou antiseptickým ethanolem. Abyste zabránili křížové kontaminaci, pro každý otvor používejte novou gázu.




13.2 Různé

13.2.1 Výměna papíru v tiskárně

Při výměně papíru v tiskárně postupujte podle níže uvedeného postupu.

<Postup výměny papíru v tiskárně>



1. Otevřete kryt tiskárny umístěný v levé přední dolní části přístroje, a to tak, že zatlačíte na místo mezi středem a pravým horním rohem.




2. Zatáhněte za výstupek uprostřed a otevřete desku s papírem tiskárny, jak je znázorněno na obrázku níže.



Upozornění: *Dávejte pozor, abyste se o zuby určené k řezání papíru nezranili.*



3. Použitou roli papíru vyjměte z tiskárny a vložte nový papír tak, aby se odvíjel shora. Poté zatlačte držák zpět na místo. Přebytný papír odřízněte pomocí odtrhávací hrany.



4. Zavřete kryt tiskárny.

13.3 Doporučená pravidelná údržba

Pro zajištění optimálního výkonu přístroje PATHFAST doporučujeme, aby pravidelnou údržbu prováděl autorizovaný zástupce technického servisu PATHFAST. Pro podrobné informace a plánování údržby kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST.

1) Pravidelně budeme

- Provádět celkovou kontrolu mechanických pohyblivých částí
- Kontrolovat výukové pozice
- Kontrolovat optickou jednotku
- Kontrolovat ventilátory
- Provádět celkové čištění
- Další údržba podle potřeby

2) Doporučená výměna dílů

- Vzduchový filtr
Jednou ročně při průměrném používání
- Ozubené řemeny pro motory osy P a osy Z
Jednou za dva roky nebo dříve v závislosti na používání
- Jednotka stříkačky
Jednou za tři roky nebo dříve v závislosti na používání

13.4 SAMOKONTROLA

Analyzátor PATHFAST má funkci samokontroly, která se provádí automaticky v pravidelných intervalech nebo manuálně podle potřeby. Podrobnosti najdete v části **11.4.4 SAMOKONTROLA**.

V případě, že během samokontroly byla zjištěna nějaká závada, nebude další provádění testů povoleno. V takovém případě kontaktujte naše zástupce.

14 Odstraňování závad

Tato kapitola obsahuje informace o poznámkách a chybových hlášeních. Pokud se vyskytne problém, podívejte se nejprve sem. Pokud problém přetrvává nebo řešení v tomto návodu nenaleznete, obraťte se na obchodního zástupce značky PATHFAST, který vám poskytne další pomoc.

14.1 Úvod

PATHFAST reaguje na zjištěné chybové stavy poznámkovými kódy a chybovými zprávami. Kódy jsou uváděny u vytištěných výsledků a zobrazují se na obrazovce. Skládají se z jednoho nebo dvou písmen..

14.2 Poznámky

V následující tabulce jsou uvedeny kódy poznámek, popis kódu a doporučený postup pro uživatele.

Tabulka 14-1 Kódy poznámek

Kód poznámky	Popis	Způsob prezentace	Postup pro uživatele
S	Žádný vzorek nenalezen	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Opakujte test
NT	Nenalezena žádná špička	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Opakujte test
NC	Po dokončení testu není k dispozici žádná platná kalibrace.	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Překalibrujte
ED	Sekundární výsledek je nižší než předdefinovaná hodnota.	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST
H1	Teplota tepelného bloku L je příliš vysoká.	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST
H3	Teplota tepelného bloku T je příliš vysoká.	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST
L1	Teplota tepelného bloku L je příliš nízká.	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST
L3	Teplota tepelného bloku T je příliš nízká.	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST

UK	Chyba hlášená senzorem pro rozpoznávání vzorků	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST
ER	Příliš slabý světelný signál LED senzoru pro rozpoznání vzorků.	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky.	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST
DF	Výsledek testu byl vypočten s korekcí hematokritu pomocí výchozí hodnoty hematokritu.	Data se vytisknou s přidanou poznámkou.	Žádný
OR	Naměřené QC je mimo kontrolní rozsah.	Data se vytisknou s přidanou poznámkou.	Opakujte test
RS	Přidána poznámka pro přepočítaná data s použitím nové hodnoty Hct% při přenosu do hostitelského počítače.	Žádný	Žádný
AE	Abnormální hodnota luminiscence	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky	Opakujte test
HC	Chyba výpočtu Hct%	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST
CI	Chyba výpočtu jiná než HC výše	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST
BE	Chyba polohy PMT	K výsledku se přidá kód poznámky. Místo údajů se vytisknou hvězdičky	Kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST

14.3 Chybové kódy pro selhání kalibrace

Při neúspěšné kalibraci se do výpisu výsledku přidají chybové kódy. Chybové kódy se skládají ze dvou čísel.

V následující tabulce je uveden seznam chybových kódů s významem a protipatřeními.

Tabulka 14-2 Chybové kódy pro selhání kalibrace

Kód	Popis	Manipulace s daty	Postup pro uživatele
01	CV% výsledku CAL1 je vyšší než nastavený limit.	Kalibrace se nezdařila. Chybná data jsou uložena s kódem chyby.	Překalibrujte
02	CV% výsledku CAL2 je vyšší než nastavený limit.	Kalibrace se nezdařila. Chybná data jsou uložena s kódem chyby.	Překalibrujte
03	Při dvoubodové kalibraci je průměr výsledků CAL1 vyšší než nastavený limit.	Kalibrace se nezdařila. Chybná data jsou uložena s kódem chyby.	Překalibrujte
04	Při jednobodové kalibraci je průměr výsledků CAL1 nižší než nastavený limit. Nebo při dvoubodové kalibraci je průměr počtů CAL2 nižší než nastavený limit.	Kalibrace se nezdařila. Chybná data jsou uložena s kódem chyby.	Překalibrujte
05	Při jednobodové kalibraci je průměr výsledků CAL1 vyšší než nastavený limit. Nebo při dvoubodové kalibraci je průměr počtů CAL2 vyšší než nastavený limit.	Kalibrace se nezdařila. Chybná data jsou uložena s kódem chyby.	Překalibrujte
06	Absolutní hodnota „Cal F b“ při dvoubodové kalibraci je větší než zadaná hodnota.	Kalibrace se nezdařila. Chybná data jsou uložena s kódem chyby.	Překalibrujte
07	Sekundární výsledek je větší než nastavený limit a poměr k primárně hodnotě je menší než nastavený limit.	Kalibrace se nezdařila. Chybná data jsou uložena s kódem chyby.	Překalibrujte
08	Chyba výpočtu	Kalibrace se nezdařila. Neúspěšná data jsou vyřazena.	Překalibrujte
09	Pokud je u výsledků kalibrátorů alespoň jeden poznámkový kód.	Kalibrace se nezdařila. Chybná data jsou uložena s kódem chyby.	Překalibrujte
10	Výsledek není podobný standardní kalibrační křivce	Kalibrace se nezdařila. Chybná data jsou uložena s kódem chyby.	Překalibrujte

14.4 Chybové zprávy

Pokud je zjištěna provozní chyba a/nebo porucha přístroje, na displeji se zobrazí chybové hlášení.

Chybová hlášení mohou obsahovat pokyny pro další kroky, které je třeba provést.

V následujícím seznamu jsou uvedena možná chybová hlášení spolu s důvodem hlášení a případnou činností, kterou má uživatel provést.

Tabulka 14-3 Chybová hlášení

Aktuálně probíhající operace	Zpráva	Možné příčiny	Postup pro uživatele
Zpracování testů	ABNORMAL DARK CURRENT (ABNORMÁLNÍ PROUD ZA TEMNA)	Proud za temna v detekční jamce je abnormální	Vyměňte reagenční kazetu
Zpracování testů	LUMINESCENCE ERROR (CHYBA LUMINISCENCE)	Abnormálně vysoké hodnoty získané v jamce pro detekci	Vyměňte reagenční kazetu
Zpracování testů	PMT FITTING ERROR (CHYBA PŘI MONTÁŽI PMT)	PMT nesedí správně v detekční jamce	Vyměňte reagenční kazetu
Komunikace s hostitelem	RECEIVED ASSAY ITEM DOES NOT EXIST (PŘIJATÝ TEST NEEXISTUJE)	Položka testu přijatá z hostitelského počítače není zaregistrována v systému PATHFAST.	Proveďte operaci MC Entry (ZADÁNÍ KALIBRACE) pro položku testu
Komunikace s hostitelem	COMMUNICATION ERROR (CHYBA KOMUNIKACE)	Komunikaci s hostitelským počítačem se nepodařilo navázat	Zkontrolujte komunikační kabel a zda je počítač připraven
Inicializace systému	SYSTEM ERROR (SYSTÉMOVÁ CHYBA) I0011, I0013, I0020	Chyba zjištěná při inicializaci systému	Zaznamenejte kód chyby a kontaktujte svého zástupce pro výrobky PATHFAST.
Operace se soubory	SYSTEM ERROR (SYSTÉMOVÁ CHYBA) F0051, F0054	Zjištěna chyba při práci se soubory	Zaznamenejte kód chyby a kontaktujte svého zástupce pro výrobky PATHFAST.
Ovládání motoru	SYSTEM ERROR (SYSTÉMOVÁ CHYBA) M0101 – M0103 M0105, M0107	Zjištěná chyba u motorů nebo snímačů polohy	Zaznamenejte kód chyby a kontaktujte svého zástupce pro výrobky PATHFAST.

Řízení PMT	SYSTEM ERROR (SYSTÉMOVÁ CHYBA) P0200 – P0202	Zjištěna chyba při provozu PMT	Zaznamenejte kód chyby a kontaktujte obchodního zástupce značky PATHFAST.
Komunikace s hostitelem	SYSTEM ERROR (SYSTÉMOVÁ CHYBA) H0351	Žádná odezva z hostitelského počítače	Zkontrolujte, zda hostitelský počítač je připraven
Registrace nové položky	Chybný typ čárového kódu	Používá se „ITEM PARAMETER DATA SHEET“ (DATOVÝ LIST PARAMETRŮ POLOŽEK) pro typ A / B / C	Použijte datový list určený pro typ D

**OHLEDNĚ TECHNICKÉHO SERVISU KONTAKTUJTE
SVÉHO AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCE PRO VÝROBKY PATHFAST.**



Kontakt pro technickou pomoc

www.pathfast.eu/contact



PHC Corporation

1460-6 Aza-Mitodai, Mito, Tako-machi, Katori-gun, Chiba 289-2247, Japan



PHC Europe B.V.

Eikdonk 1, 4825 AZ, Breda, The Netherland



Axon Lab AG

Täfernstrasse 15, 5405 Baden-Dättwil, Switzerland