

# バイオメディカ機器のアスベスト使用製品一覧

2021年12月現在

## 4. CO<sub>2</sub>インキュベーター

- ・現在の生産・販売商品には、アスベスト類の使用は有りません
- ・下記の一覧に記載されていない商品にはアスベスト類の使用は有りません
- ・過去の生産・販売商品でのアスベスト類の使用部位とその影響  
使用部位：コンプレッサー内部のバルブプレート部のガスケット  
人体への影響：無し（ガスケットゴムへの練り込み使用の為、飛散無し）

品番 (製造番号)	アスベスト 使用有無	使用部位	飛散性の有無	備考
MCO-165	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MCO-165T	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MCO-325	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MCO-325T	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－

## 5.インキュベーター

- ・現在の生産・販売商品には、アスベスト類の使用は有りません
- ・下記の一覧に記載されていない商品にはアスベスト類の使用は有りません
- ・過去の生産・販売商品でのアスベスト類の使用部位とその影響  
 使用部位：コンプレッサー内部のバルブプレート部のガスケット  
 人体への影響：無し（ガスケットゴムへの練り込み使用の為、飛散無し）

品番 (製造番号)	アスベスト 使用有無	使用部位	飛散性の有無	備考
MIR-150	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MIR-151	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MIR-152	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MIR-250	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MIR-251	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MIR-252	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MIR-550	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MIR-551	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MIR-552	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－

## 6. 血液保冷库

- ・現在の生産・販売商品には、アスベスト類の使用は有りません
- ・下記の一覧に記載されていない商品にはアスベスト類の使用は有りません
- ・過去の生産・販売商品でのアスベスト類の使用部位とその影響  
 使用部位：コンプレッサー内部のバルブプレート部のガスケット  
 人体への影響：無し（ガスケットゴムへの練り込み使用の為、飛散無し）

品番 (製造番号)	アスベスト 使用有無	使用部位	飛散性の有無	備考
MBR-105T	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MBR-106T	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MBR-107T	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MBR-107T(H)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MBR-107T4	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MBR-505	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MBR-505T	有	コンプレッサ用ガスケット	無	－
MBR-506T	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し
MBR-506T(H)	有	コンプレッサ用ガスケット	無	2001年4月以降生産はアスベスト使用無し

# バイオメディカ機器のアスベスト使用製品一覧

2021年12月現在

## 7. 蒸気滅菌機

- ・現在の生産・販売商品には、アスベスト類の使用は有りません
- ・下記の一覧に記載されていない商品にはアスベスト類の使用は有りません
- ・過去の生産・販売商品でのアスベスト類の使用部位とその影響  
使用部位：コンプレッサー内部のバルブプレート部のガスケット  
人体への影響：無し（蒸気漏れ防止用パッキンへの練り込み使用の為、飛散無し）

品番 (製造番号)	アスベスト 使用有無	使用部位	飛散性の有無	備考
MLS-2400	有	ヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	無	－
MLS-3000	有	ヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	無	－
MAC-500	有	ヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	無	－
MBA-24	有	ヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	無	－
MBA-30	有	ヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	無	－
MLS-2420	有	ヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	無	1999年1月以降生産はアスベスト使用無し
MLS-3020	有	ヒーター取付部の蒸気漏れ防止用パッキン	無	1999年1月以降生産はアスベスト使用無し